



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 2068860

fax /+48/ 42 20688 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Łódź, dnia 7 maja 2018r.

IML/OA/9-3/ZP/2018

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę sprzętu medycznego i mebli dla IML Sp. z o.o.

Znak sprawy 9/ZP/PN/18

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Inwestycje Medyczne Łódzkiego Spółka z o.o., podaje wyjaśnienia treści SIWZ:

Pytanie 1.

Dotyczy Załącznika nr 1 zestawienie parametrów i warunków wymaganych – fotelik lekarski – 7 szt.

Czy Zamawiający dopuści fotelik lekarski z zakresem regulacji min 650 mm max 900 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści fotelik lekarski z zakresem regulacji min 650 mm max 900 mm

Pytanie 2.

Dotyczy Załącznika nr 1 zestawienie parametrów i warunków wymaganych – fotelik lekarski – 7 szt.

Czy Zamawiający dopuści fotelik lekarski z oparciem pleców tapicerowanym bez regulacji wysokości?

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 3.

Część nr 3 Załącznik nr 3 – Stolik typu MAYO – 1 szt.

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stolik typu Mayo posiadający koła o średnicy 50 mm?

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 4.

Część nr 3 Załącznik nr 4 – Stolik narzędziowy, dwublatowy, wym. ok. 80x60x89 cm – 1 szt.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 16 192 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stolik narzędziowy o następujących wymiarach: długość 80 cm, głębokość 68 cm, wysokość 89 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik narzędziowy o następujących wymiarach: długość 80 cm, głębokość 68 cm, wysokość 89 cm.

Pytanie 5.

Część nr 3 Załącznik nr 5 – Stolik zabiegowy – 3 szt.

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stolik zabiegowy posiadający szerokość wynoszącą 800 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik zabiegowy posiadający szerokość wynoszącą 800 mm

Pytanie 6.

Część nr 3 Załącznik nr 6 – Wózek reanimacyjny – 1 szt.

1. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny wykonany z tworzywa sztucznego, profili aluminiowych i metalowych, którego konstrukcja nośna składa się z 4 profili aluminiowych w narożach wózka?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny wykonany z tworzywa sztucznego, profili aluminiowych i metalowych, którego konstrukcja nośna składa się z 4 profili aluminiowych w narożach wózka.

Pytanie 7.

Część nr 3 Załącznik nr 6 – Wózek reanimacyjny – 1 szt.

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny posiadający blat wykonany z tworzywa typu polipropylen z pogłębieniem,, otoczony z 3 stron rantami (podniesionymi krawędziami)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny posiadający blat wykonany z tworzywa typu polipropylen z pogłębieniem,, otoczony z 3 stron rantami (podniesionymi krawędziami).

Pytanie 8.

Część nr 3 Załącznik nr 6 – Wózek reanimacyjny – 1 szt.

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny posiadający cztery szuflady?

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 9.

Część nr 3 Załącznik nr 6 – Wózek reanimacyjny – 1 szt.

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny posiadający półkę nadblatową z pojemnikiem (zamiast miski) i koszem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny posiadający półkę nadbłatową z pojemnikiem (zamiast miski) i koszem.

Pytanie 10.

Część nr 3 Załącznik nr 6 – Wózek reanimacyjny – 1 szt.

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny posiadający stelaż z profilu aluminiowego, bez pokrycia lakierem proszkowym, z bokami korpusu wypełnionymi tworzywami panelami z możliwością wyboru ich koloru z umieszczonymi z przodu frontami szuflad z możliwością wyboru koloru ich etykiet?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny posiadający stelaż z profilu aluminiowego, bez pokrycia lakierem proszkowym, z bokami korpusu wypełnionymi tworzywami panelami z możliwością wyboru ich koloru z umieszczonymi z przodu frontami szuflad z możliwością wyboru koloru ich etykiet.

Pytanie 11.

Część nr 3 Załącznik nr 6 – Wózek reanimacyjny – 1 szt.

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny posiadający podstawę wykonaną z tworzywa ABS z metalowymi elementami konstrukcyjnymi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny posiadający podstawę wykonaną z tworzywa ABS z metalowymi elementami konstrukcyjnymi.

Pytanie 12.

Część nr 3 Załącznik nr 6 – Wózek reanimacyjny – 1 szt.

Dotyczy punktu 21 i 22 tabeli technicznej. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny posiadający następujące wymiary zewnętrzne bez wyposażenia opcjonalnego: szerokość 770 mm, głębokość 510 mm, wysokość od podłoża do blatu 1010 mm, wysokość z nadstawką nadbłatową 1630 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny posiadający następujące wymiary zewnętrzne bez wyposażenia opcjonalnego: szerokość 770 mm, głębokość 510 mm, wysokość od podłoża do blatu 1010 mm, wysokość z nadstawką nadbłatową 1630 mm.

Pytanie 13.

Część nr 3 Załącznik nr 7 – Wielofunkcyjny wózek medyczny – 1 szt.

Dotyczy punktu 27 tabeli technicznej. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wielofunkcyjny wózek medyczny z trzema pojemnikami o wymiarach 300x400x50 mm, zamiast dwóch o wymiarach 300x400x110mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do zaferowania wielofunkcyjny wózek medyczny z trzema pojemnikami o wymiarach 300x400x50 mm, zamiast dwóch o wymiarach 300x400x110mm.

Pytanie 14.

Część nr 3 Załącznik nr 8 – Wózek anestezyjologiczny – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek anestezyjologiczny posiadający uniwersalne aluminiowego szyny do montażu wyposażenia dodatkowego posiadające długość 350 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do zaferowania wózek anestezyjologiczny posiadający uniwersalne aluminiowego szyny do montażu wyposażenia dodatkowego posiadające długość 350 mm

Pytanie 15.

Część nr 3 Załącznik nr 10 – Wózek pod aparaturę – 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek pod aparaturę posiadający wysokość kolumny montażowej wynoszącą 960 mm przy zachowaniu wymaganej wysokości całkowitej wózka? Oferowany parametr jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do zaferowania wózek pod aparaturę posiadający wysokość kolumny montażowej wynoszącą 960 mm przy zachowaniu wymaganej wysokości całkowitej wózka

Pytanie 16.

Część nr 3 Załącznik nr 12 – Wózek zabiegowy (typ II) – 1 szt.

Dotyczy punktu nr 2 tabeli technicznej. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek zabiegowy posiadający konstrukcję wykonaną z tworzywa (polipropylenu) z wewnętrznymi elementami metalowymi usztywniającymi konstrukcję, z podstawą wykonaną z tworzywa ABS z możliwością wyboru jej koloru?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do zaferowania wózek zabiegowy posiadający konstrukcję wykonaną z tworzywa (polipropylenu) z wewnętrznymi elementami metalowymi usztywniającymi konstrukcję, z podstawą wykonaną z tworzywa ABS z możliwością wyboru jej koloru.

Pytanie 17.

Część nr 3 Załącznik nr 12 – Wózek zabiegowy (typ II) – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek zabiegowy posiadający górny blat wykonany z polipropylenu o grubości całkowitej wraz z podniesionymi krawędziami wynoszącej 55 mm, bez właściwości antybakteryjnych?

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 18.

Część nr 3 Załącznik nr 12 – Wózek zabiegowy (typ II) – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek zabiegowy posiadający pięć szuflad o następujących wymiarach:- 2 x 628x534x72 mm- 1 x 628x534x148 mm- 2 x 628x534x225 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek zabiegowy posiadający pięć szuflad o następujących wymiarach:- 2 x 628x534x72 mm- 1 x 628x534x148 mm- 2 x 628x534x225 mm

Pytanie 19.

Część nr 3 Załącznik nr 12 – Wózek zabiegowy (typ II) – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek zabiegowy posiadający następujące wymiary:

szerokość 850 mm, głębokość 595 mm, wysokość 1044 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek zabiegowy posiadający następujące wymiary:

szerokość 850 mm, głębokość 595 mm, wysokość 1044 mm

Pytanie 20.

Część nr 3 Załącznik nr 13 – Wózek zabiegowy (typ III) – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek zabiegowy posiadający głębokość całkowitą 590 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek zabiegowy posiadający głębokość całkowitą 590 mm

Pytanie 21.

Część nr 3 Załącznik nr 14 – Wózek zabiegowy (typ IV) – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek zabiegowy posiadający wysokość korpusu 1130 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek zabiegowy posiadający wysokość korpusu 1130 mm.

Pytanie 22.

Część nr 3 Załącznik nr 14 – Wózek zabiegowy (typ IV) – 2 szt.

Dotyczy punktu 27 tabeli technicznej. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek zabiegowy z trzema pojemnikami o wymiarach 300x400x50 mm, zamiast dwóch o wymiarach 300x400x110mm?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek zabiegowy z trzema pojemnikami o wymiarach 300x400x50 mm, zamiast dwóch o wymiarach 300x400x110mm

Pytanie 23.

Prosimy o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 5 tygodni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 24.

CZEŚĆ NR 3. ZAŁĄCZNIK NR 3 Stolik typu MAYO - 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści stolik typu MAYO z blatem roboczym z pogłębieniem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści stolik typu MAYO z blatem roboczym z pogłębieniem

Pytanie 25.

CZEŚĆ NR 3. ZAŁĄCZNIK NR 3 Stolik typu MAYO - 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści stolik typu MAYO z regulacją wysokości w zakresie 960-1330 mm? Parametr ten nieznacznie różni się od zapisu w SIWZ, jednocześnie nie wpływa na funkcjonalność stolika.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści stolik typu MAYO z regulacją wysokości w zakresie 960-1330 mm.

Pytanie 26.

CZEŚĆ NR 3. ZAŁĄCZNIK NR 3 Stolik typu MAYO - 1 szt.

Czy Zamawiający odstąpi od punktu 7 podpunkt b) zawartego w umowie, dot. przeszkolenia pracowników użytkownika sprzętu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu, jeżeli zgodnie z Oświadczeniem Producenta produkt nie wymaga przeszkolenia przed użytkowaniem, ponieważ wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi?

Stolik typu MAYO nie jest aparaturą medyczną, zatem nie wymaga przeszkolenia personelu w zakresie jego użytkowania.

Odpowiedź:

Zamawiający odstąpi od punktu 7 podpunkt b) zawartego w umowie, dot. przeszkolenia pracowników użytkownika sprzętu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu- dotyczy stolików Mayo.

Pytanie 27.

ZAŁĄCZNIK NR 4. Stolik narzędziowy, dwublatowy, wym. ok 80x60x89 cm

Czy Zamawiający dopuści stolik, którego szerokość będzie wynosiła 44 cm?

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 28.

ZAŁĄCZNIK NR 4. Stolik narzędziowy, dwublatowy, wym. ok 80x60x89 cm

Czy Zamawiający dopuści stolik, którego szerokość będzie wynosiła 43 cm?

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 29.

ZAŁĄCZNIK NR 4. Stolik narzędziowy, dwublatowy, wym. ok 80x60x89 cm

Czy Zamawiający wymagając, aby materiały, z których wykonany jest stół narzędziowy posiadał świadectwa dopuszczającego do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych, rozumie atest PZH dla wyrobów ze stali kwasoodpornej? Jeżeli nie, prosimy o wyjaśnienie jakich dokumentów Zamawiający wymaga.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dokumentów wymienionych w SIWZ.

Pytanie 30.

ZAŁĄCZNIK NR 5. Stół zabiegowy – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy o poniższych podanych parametrach:

- Wymiary całkowite: 915x430x880 mm [długośćxszerokośćxwysokość],
- Stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany na biało,
- **WYPOSAŻENIE:**
- 2 blaty ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, montowane na stałe do stelaża, blaty z podniesionym rantem.
- Blat górny o wymiarach: 705x415x20 mm [długośćxszerokośćxwysokość],
powierzchnia użytkowa blatu górnego: 702x412x20 mm
[długośćxszerokośćxwysokość].
- Blat dolny o wymiarach: 655x415x20 mm [długośćxszerokośćxwysokość],
powierzchnia użytkowa blatu dolnego: 652x412x20 mm
[długośćxszerokośćxwysokość].
- 2 kuwety z tworzywa sztucznego na jednym poziomie, możliwość wyjmowania kuwet. Wymiary kuwety: 395x325x65 mm [długośćxszerokośćxwysokość],
- 1 x Uchwyt do worka na odpady stalowy lakierowany proszkowo, z pokrywą z tworzywa w kolorze białym,
- Stół wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą,
- 2 uchwyty do prowadzenia umieszczone na krótszych bokach stoika.

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 31.

ZAŁĄCZNIK NR 6. Wózek reanimacyjny – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny wyposażony w 4 szyny instrumentalne mocowane do profilu wózka? Nie ma możliwości, aby podane w SIWZ wyposażenie dodatkowe, było zamontowane na 2 szynach instrumentalnych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny wyposażony w 4 szyny instrumentalne mocowane do profilu wózka.

Pytanie 32.

ZAŁĄCZNIK NR 6. Wózek reanimacyjny – 1 szt.

Prosimy o wyjaśnienie czy w pkt. 17 parametrów wózka reanimacyjnego, Zamawiający poprzez półkę nadblatową z miską i koszem rozumie szynę instrumentalną, na której zamontowany jest koszyk oraz miska?

Odpowiedź:

Zamawiający poprzez półkę nadblatową z miską i koszem rozumie szynę instrumentalną, na której zamontowany jest koszyk oraz miska.

Pytanie 33.

ZAŁĄCZNIK NR 6. Wózek reanimacyjny – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści w pkt. 17 parametrów wózka reanimacyjnego miskę oraz koszyk na akcesoria o wymiarach 290x96x90 mm, mocowane na szynie instrumentalnej nad blatem wózka do stelaża nadstawek pod 6 pojemnikami, odstupując od półki nadblatowej, ponieważ zamontowanie półki nadblatowej na jednym poziomie oraz szyny z koszykiem i miską będzie niemożliwe do wykonania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści w pkt. 17 parametrów wózka reanimacyjnego miskę oraz koszyk na akcesoria o wymiarach 290x96x90 mm, mocowane na szynie instrumentalnej nad blatem wózka do stelaża nadstawek pod 6 pojemnikami, odstupując od półki nadblatowej.

Pytanie 34.

ZAŁĄCZNIK NR 6. Wózek reanimacyjny – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny, którego szerokość będzie wynosić 560 mm?

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 35.

ZAŁĄCZNIK NR 7. Wielofunkcyjny wózek medyczny – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjny wózek medyczny o podanych poniższych parametrach:

-Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego:

- długość: 670 mm,
- szerokość: 570 mm,
- wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm,

- Wymiary szafki:

- długość: 600 mm,
- szerokość: 500 mm,
- wysokość: 805 mm,

- Wózek wyposażony w 5 szuflad:

- 2 szuflady o wysokości frontu 97 mm,
- 1 szuflada o wysokości frontu 156 mm,
- 2 szuflady o wysokości frontu 175 mm,
- Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo – kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego,
- Blat szafki wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, obudowany z 3 stron,

-Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w 4 koła o średnicy 125 mm, w tym 2 z blokadą,

- Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego (minimum 19 kolorów do wyboru),

- Uchwyty szuflad aluminiowe anodowane lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru,

- wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do prowadzenia umieszczony z przodu wózka,

- wyposażenie dodatkowe montowane jest na szynach instrumentalnych wykonanych ze stali kwasoodpornej narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa.

- Wyposażenie dodatkowe:

1x Wysuwany blat boczny o wymiarach: szerokość: 475 mm, głębokość: 450 mm,

1x Zamek centralny do szuflad,

1x Kosz na odpady,

5x Szttywne podziałki wykonane z tworzywa ABS o grubości 4-5 mm, z możliwością dowolnej konfiguracji, dzielące szufladę na 9 pól,

1 x odcinek szyny instrumentalnej wykonanej z profilu ze stali kwasoodpornej o przekroju: 10x25 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wózek o przedmiotowych parametrach.

Pytanie 36.

ZAŁĄCZNIK NR 7. Wielofunkcyjny wózek medyczny – 1 szt

Czy Zamawiający odstąpi od punktu 8: Korpus wózka posiadający systemowe prowadnice tworzywowe z funkcją wysuwania i wyjmowania szuflad czy tac. Prowadnice umożliwiające wysuwanie szuflad, ich wyciąganie bez użycia narzędzi i posiadające blokadę wysuwu końcowego.

Odpowiedź:

Zamawiający odstąpi od punktu 8: Korpus wózka posiadający systemowe prowadnice tworzywowe z funkcją wysuwania i wyjmowania szuflad czy tac.

Prowadnice umożliwiające wysuwanie szuflad, ich wyciąganie bez użycia narzędzi i posiadające blokadę wysuwu końcowego.

Pytanie 37.

ZAŁĄCZNIK NR 7. Wielofunkcyjny wózek medyczny – 1 szt

Czy Zamawiający odstąpi od punktu 23.: Wózek zamykany roletą z uchwytem i zamkiem kluczowym?

Odpowiedź:

Zamawiający odstąpi od punktu 23.: Wózek zamykany roletą z uchwytem i zamkiem kluczowym

Pytanie 38.

ZAŁĄCZNIK NR 7. Wielofunkcyjny wózek medyczny – 1 szt

Czy Zamawiający wymaga, aby dodatkowe akcesoria mocowane były za pomocą aluminiowych kostek (w formie bryły, nie wygiętej blachy, która ulega odkształceniom), z pokrętkiem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm?

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 39.

ZAŁĄCZNIK NR 8. Wózek anesteziologiczny – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści wózek anesteziologiczny bez wyposażenia dodatkowego z załącznika nr 8, dotyczącej punktu 20: „Wyposażenie do wózka: aparat ambu, rurki ustno-gardłowe, zestaw do intubacji dotchawicznej z rurkami intubacyjnymi i dwoma

laryngoskopami”?

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 40.

ZAŁĄCZNIK NR 8. Wózek anesteziologiczny – 1 szt

Czy Zamawiający odstąpi od: Błat wózka z tworzywa sztucznego - polipropylenu posiadający odporność na ogólnie stosowane w szpitalach środki dezynfekujące. Uchwyt do przetaczania wózka zintegrowany z białem.

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 41.

ZAŁĄCZNIK NR 8. Wózek anesteziologiczny – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści wózek anesteziologiczny o podanych poniższych parametrach:

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego:
 - długość: 670 mm,
 - szerokość: 570 mm,
 - wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm,
- Wymiary szafki:
 - długość: 600 mm,
 - szerokość: 500 mm,
 - wysokość: 805 mm,
- Wózek wyposażony w 5 szuflad:
 - 2 szuflady o wysokości frontu 97 mm,
 - 1 szuflada o wysokości frontu 156 mm,
 - 2 szuflady o wysokości frontu 175 mm,
- Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo – kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego,
- Błat szafki wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, obudowany z 3 stron,
- Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w 4 koła o średnicy 125 mm, w tym 2 z blokadą,
- Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego (minimum 19 kolorów do wyboru),
- Uchwyty szuflad aluminiowe anodowane lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru,
- wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do prowadzenia umieszczony z przodu wózka,
- wyposażenie dodatkowe montowane jest na szynach instrumentalnych wykonanych ze stali kwasoodpornej narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa.
- Wyposażenie dodatkowe:
 - 5x sztywne podziałki wykonane z tworzywa ABS o grubości 4-5 mm, z możliwością dowolnej konfiguracji, dzielące szufladę na 9 pól,
 - 1x Zamek centralny do szuflad,
 - 1x Wysuwany błat boczny o wymiarach: szerokość: 475 mm, głębokość: 450 mm,
 - 1x Stelaż pod nadstawkę z możliwością montowania szyny instrumentalnej lub półki nadbłatowej,

- 1x Nadstawka na 5 pojemników,
- 1x Połka nadbłatowa wykonana z tworzywa ABS,
- 1x Pojemnik na rękawiczki,
- 1x Uchwyt do pojemnika na zużyte igły z możliwością dostosowania uchwytu do pojemnika Zamawiającego lub pojemnik na zużyte igły,
- 1x Koszyk na akcesoria o wymiarach: 290x96x90 mm [długośćxszerokośćxwysokość]
- 1x Uchwyt do worka na odpady z pokrywą ze stali kwasoodpornej lub tworzywa sztucznego,
- 1x Wieszak kroplówki z regulacją wysokości,
- 3x Odcinek szyny instrumentalnej wykonanej z profilu ze stali kwasoodpornej o przekroju: 10x25 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wózek o przedmiotowych parametrach.

Pytanie 42.

ZAŁĄCZNIK NR 8. Wózek anesteziologiczny – 1 szt

Czy Zamawiający wymaga, aby dodatkowe akcesoria mocowane były za pomocą aluminiowych kostek (w formie bryły, nie wygiętej blachy, która ulega odkształceniom), z pokręteł stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm?

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 43.

ZAŁĄCZNIK NR 9. Wózek do dystrybucji leków na oddziale – 2 szt

Czy Zamawiający dopuści wózek do dystrybucji leków na oddziale o podanych poniższych parametrach:

- Wymiary całkowite: 660x425x890 mm [długośćxszerokośćxwysokość],
- Stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany na biało,
- 2 blaty ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, blat w formie 2 wyjmowanych tac,
- 4 tace z przegródkami do leków z tworzywa sztucznego,
- Stolik wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą,
- 1 uchwyt do prowadzenia umieszczony na krótszym boku wózka

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 44.

ZAŁĄCZNIK NR 9. Wózek do dystrybucji leków na oddziale – 2 szt

Czy Zamawiający dopuści wózek do dystrybucji leków na oddziale o podanych poniższych parametrach:

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego:
- długość: 670 mm,
- szerokość: 570 mm,

- wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm,
 - Wymiary szafki:
 - długość: 600 mm,
 - szerokość: 500 mm,
 - wysokość: 805 mm,
 - Wózek wyposażony w 4 szuflady:
 - 3 szuflady o wysokości frontu 156 mm,
 - 1 szuflada o wysokości frontu 234 mm,
 - Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo – kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego,
 - Błat szafki wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, obudowany z 3 stron,
 - Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w 4 koła o średnicy 125 mm, w tym 2 z blokadą,
 - Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego (minimum 19 kolorów do wyboru),
 - Uchwyty szuflad aluminiowe anodowane lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru,
 - wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do prowadzenia umieszczony z przodu wózka,
 - Wyposażenie dodatkowe:
 - 4x Taca na 32 kieliszki do leków (16 stanowisk)
- Odpowiedź:**
Zamawiający dopuści wózek o przedmiotowych parametrach

Pytanie 45.

ZAŁĄCZNIK NR 10. Wózek pod aparaturę – 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek pod aparaturę o podanych poniższych parametrach:

- Wymiary całkowite bez wyposażenia dodatkowego: 600x600x1200 mm [długośćxszerośćxwysokość],
- Stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany,
- Stelaż umożliwiający dowolną regulację umieszczenia półek oraz wyposażenia dodatkowego,
- Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w podwójne koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą
- 3 blaty stalowe, blaty z pogłębieniem, wymiary blatu: 500x500 [długośćxszerość], wymiary powierzchni użytkowej blatu: 450x450 mm [długośćxszerość],
- 1 szuflada o wymiarach: 500x500x155 mm [długośćxszerośćxwysokość], wymiar powierzchni użytkowej szuflady: 425x460x105 mm [długośćxszerośćxwysokość],
- 2 uchwyty do prowadzenia montowane do profilu z lewej i prawej strony.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wózek o przedmiotowych parametrach.

Pytanie 46.

ZAŁĄCZNIK NR 11. Wózek zabiegowy (typ I) – 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy (typ I) o podanych poniższych

parametrach:

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego:
 - długość: 670 mm,
 - szerokość: 570 mm,
 - wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm,
 - Wymiary szafki:
 - długość: 600 mm,
 - szerokość: 500 mm,
 - wysokość: 805 mm,
 - Wózek wyposażony w 4 szuflady:
 - 3 szuflady o wysokości frontu 156 mm,
 - 1 szuflada o wysokości frontu 234 mm,
 - Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo – kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego,
 - Błat szafki wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, obudowany z 3 stron,
 - Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w 4 koła o średnicy 125 mm, w tym 2 z blokadą,
 - Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego (minimum 19 kolorów do wyboru),
 - Uchwyty szuflad aluminiowe anodowane lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru,
 - wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do prowadzenia umieszczony z przodu wózka,
 - wyposażenie dodatkowe montowane jest na szynach instrumentalnych wykonanych ze stali kwasoodpornej narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa.
- Wyposażenie dodatkowe:
1x Zamek centralny do szuflad,
1x Kosz na odpady,
1x Uchwyt do pojemnika na zużyte igły z możliwością dostosowania uchwytu do pojemnika Zamawiającego,
1x Kosz na akcesoria o wymiarach: 290x96x90 mm [długośćxszerośćxwysokość]
2x Odcinek szyny instrumentalnej wykonanej z profilu ze stali kwasoodpornej o przekroju: 10x25 mm.
- Odpowiedź:**
Zamawiający dopuści wózek o przedmiotowych parametrach.

Pytanie 47.

ZAŁĄCZNIK NR 11. Wózek zabiegowy (typ I) – 4 szt.

Czy Zamawiający wymaga, aby dodatkowe akcesoria mocowane były za pomocą aluminiowych kostek (w formie bryły, nie wygiętej blachy, która ulega odkształceniom), z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm?

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 48.

ZAŁĄCZNIK NR 12. Wózek zabiegowy (typ II) – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy (typ II) o podanych poniższych parametrach:

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego:
 - długość: 670 mm,
 - szerokość: 570 mm,
 - wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm,
- Wymiary szafki:
 - długość: 600 mm,
 - szerokość: 500 mm,
 - wysokość: 805 mm,
- Wózek wyposażony w 4 szuflady:
 - 3 szuflady o wysokości frontu 156 mm,
 - 1 szuflada o wysokości frontu 234 mm,
- Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo – kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego,
- Blat szafki wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, obudowany z 3 stron,
- Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w 4 koła o średnicy 125 mm, w tym 2 z blokadą,
- Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego (minimum 19 kolorów do wyboru),
- Uchwyty szuflad aluminiowe anodowane lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru,
- wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do prowadzenia umieszczony z przodu wózka,
- Wyposażenie dodatkowe:
 - 1x Zamek centralny do szuflad

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wózek o przedmiotowych parametrach.

Pytanie 49.

ZAŁĄCZNIK NR 13. Wózek zabiegowy (typ III) – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy (typ III) o podanych poniższych parametrach:

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego:
 - długość: 670 mm,
 - szerokość: 570 mm,
 - wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm,
- Wymiary szafki:
 - długość: 600 mm,
 - szerokość: 500 mm,
 - wysokość: 805 mm,
- Wózek wyposażony w 4 szuflady:
 - 3 szuflady o wysokości frontu 156 mm,
 - 1 szuflada o wysokości frontu 234 mm,

- Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo – kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego,
- Błat szafki wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, obudowany z 3 stron,
- Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w 4 koła o średnicy 125 mm, w tym 2 z blokadą,
- Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego (minimum 19 kolorów do wyboru),
- Uchwyty szuflad aluminiowe anodowane lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru,
- wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do prowadzenia umieszczony z przodu wózka,
- wyposażenie dodatkowe montowane jest na szynach instrumentalnych wykonanych ze stali kwasoodpornej narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa.

- Wyposażenie dodatkowe:

1x Wysuwany błat boczny o wymiarach: szerokość: 475 mm, głębokość: 450 mm

1x kosz na odpady

1x Kosz na akcesoria o wymiarach: 290x96x90 mm [długośćxszerokośćxwysokość]

1x Zamek centralny do szuflad,

1x Pojemnik na dokumentację zawieszony na szynie instrumentalnej,

3x odcinek szyny instrumentalnej wykonanej z profilu ze stali kwasoodpornej o przekroju: 10x25 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wózek o przedmiotowych parametrach.

Pytanie 50.

ZAŁĄCZNIK NR 13. Wózek zabiegowy (typ III) – 1 szt.

Czy Zamawiający wymaga, aby dodatkowe akcesoria mocowane były za pomocą aluminiowych kostek (w formie bryły, nie wygiętej blachy, która ulega odkształceniom), z pokrętkiem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm?

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 51.

ZAŁĄCZNIK NR 14. Wózek zabiegowy (typ IV) – 2 szt

Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy (typ IV) o podanych poniższych parametrach:

-Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego:

- długość: 670 mm,

- szerokość: 570 mm,

- wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm,
- Wymiary szafki:
 - długość: 600 mm,
 - szerokość: 500 mm,
 - wysokość: 805 mm,
- Wózek wyposażony w 4 szuflady:
 - 3 szuflady o wysokości frontu 156 mm,
 - 1 szuflada o wysokości frontu 234 mm,
- Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo – kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego,
- Blat szafki wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, obudowany z 3 stron,
- Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w 4 koła o średnicy 125 mm, w tym 2 z blokadą,
- Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego (minimum 19 kolorów do wyboru),
- Uchwyty szuflad aluminiowe anodowane lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru,
- wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do prowadzenia umieszczony z przodu wózka,
- wyposażenie dodatkowe montowane jest na szynach instrumentalnych wykonanych ze stali kwasoodpornej narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa.

Wyposażenie dodatkowe:

1x Zamek centralny do szuflad,

1x Wysuwany blat boczny o wymiarach: szerokość: 475 mm, głębokość: 450 mm

1x kosz na odpady

1x odcinek szyny instrumentalnej wykonanej z profilu ze stali kwasoodpornej o przekroju: 10x25 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści wózek o przedmiotowych parametrach.

Pytanie 52.

ZAŁĄCZNIK NR 14. Wózek zabiegowy (typ IV) – 2 szt

Czy Zamawiający wymaga, aby dodatkowe akcesoria mocowane były za pomocą aluminiowych kostek (w formie bryły, nie wygiętej blachy, która ulega odkształceniom), z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm?

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 53.

Czy Zamawiający dopuści, aby część nr 4 odbyła się przy jednej dostawie? Proszę o wskazanie terminów dostaw do Pawilonów F oraz A.

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ wymaga: Termin wykonania zamówienia na dostawę sprzętu medycznego i mebli do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dorota Kowal-Kądrowska
Kierownik
Dział Zamówień Publicznych

