



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 2068860

fax /+48/ 42 20688 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Łódź, dnia ¹⁵ lipca 2019 roku

IMŁ/BZ/4-5/BI/ZP/2019

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu medycznego dla IMŁ Sp. z o.o.”

Znak sprawy : 4/ZP/PN/19

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Inwestycje Medyczne Łódzkiego Spółka z o.o., podaje odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1.:

Dotyczy: pakietu nr 6 – lampa do fototerapii łożeczkowa; załącznik nr 1.6 do SIWZ

DOT. Pkt. 2. Czy Zamawiający dopuści światło niebieskie; wartość szczytowa 440-460 nm, szczytowe natężenie na powierzchni ciała pacjenta 35 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ (duża wkładka) lub 50 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ (mała wkładka) ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 2.:

Dot. Pkt. 3. Czy Zamawiający dopuści moduł LED, który przy użytkowaniu ciągłym, w temperaturze pokojowej, typowy moduł LED działa przez ok. 8000–10000 godzin, zanim natężenie światła spadnie o 25%, bez określonej zmiany intensywności w przedziale 6h?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 3.:

Dot. Pkt. 4. Czy Zamawiający dopuści powierzchnię skutecznego naświetlania dla małej wkładki 450 cm², natomiast dla dużej wkładki 750cm²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 4.:

Dot. Pkt. 5. Czy Zamawiający dopuści wkładkę pozycjonującą o poziomie natężenia 35 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ – w przypadku dużej wkładki 50 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ w przypadku małej wkładki) bez wyszczególnionego współczynnika natężenia światła? Urządzenie wyposażone jest we Wbudowany szablon do pomiaru napromieniowania za pomocą światłomierza BiliBlanket.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18 120.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 5.:

Dot.:Pkt. 6 i 7. Czy Zamawiający dopuści brak tej funkcji? Temperatura ciała pacjenta powinna być monitorowana podczas fototerapii z wykorzystaniem innych urządzeń, które mogą zaalarmować o podwyższeniu temperatury.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie Nr 6.:

Dot. Pkt. 9. Czy Zamawiający dopuści lampę do fototerapii bez zasilacza max. 12V, ale z zasilaniem sieciowym o mocy 1,5 A; 100-240 i częstotliwość 50-60 Hz?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie Nr 7.:

Dot.Pkt. 10. Czy Zamawiający zaakceptuje warunki użytkowania: temperatura otoczenia: +10°C do +35°C; wilgotność : 10% do 90% oraz warunki przechowywania: -40 do 70 °C, wilgotność 0% do 100% (niekondensacyjna)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 8.:

Dot. Pkt. 11. Czy Zamawiający dopuści wkładkę światłowodową o wymiarach 25 x 30 cm (750cm²)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Załącznika nr 1.1 do SIWZ

Pytanie Nr 9.:

Dot. Pkt. 3. W związku z tym, iż zamawiający wymaga, aby dostarczona głowica była wodoszczelna, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał, aby stopień wodoszczelności głowicy był najwyższy, tj. IPX8?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie Nr 10.

Dot. Pkt. 4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wodoodporną (o stopniu wodoszczelności IPX8) głowicę zamontowaną na elastycznym, kręconym kablu, który nie jest wodoodporny?

Odpowiedź : Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18 120.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Pytanie Nr 11.:

Dot. Pkt. Nr 5. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby dostarczona głowica umożliwiała badanie tętna płodu już od 9 tygodnia ciąży?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie Nr 12.:

Dot. Pkt. Nr 5. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby dostarczony detektor miał możliwość wymiany na głowicę o innej częstotliwości?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie Nr 13.:

Dot. Pkt. nr 7.: Czy Zamawiający dopuści wyświetlacz w nowoczesnej technologii OLED?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 14.:

Dot. Pkt. nr 7. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wyświetlacz posiadał wskaźnik częstotliwości pracy podłączonej sondy?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie Nr 15.:

Dot. Pkt. nr 8. Czy Zamawiający dopuści wagę detektora wraz z bateriami 350g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie stawia takiego wymogu.

Pytanie Nr 16.:

Dot. Pkt. nr 15.: Czy Zamawiający dopuści detektor tętna płodu z wodoszczelną (IPX8), wymienną sondą bez wbudowanego cyfrowego filtra zakłóceń?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie stawia takiego wymogu.

Pytanie Nr 17.:

Dot. Pkt. nr 16. Czy Zamawiający dopuści detektor tętna płodu z możliwością zapisania i odtworzenia ostatniego badania z automatycznym kasowaniem starszego zapisu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie stawia takiego wymogu.

dotyczy: Załącznik nr 1.2 do SIWZ

Pytanie Nr 18.:

Dot. Pkt. 2. - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z obsługą poprzez ekran dotykowy ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie stawia takiego wymogu.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18 120.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Pytanie Nr 19.:

Dot.Pkt. 5 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z jednym gniazdem USB ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania kardiomonitora z jednym gniazdem USB.

Pytanie Nr. 20.

Dot. Pkt. 11. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z analizą 21 kategorii zaburzeń rytmu w tym ASYS, BRADY , TACHY , AF ale bez VF?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 21.

Dot. Pkt. 14. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z zakresem pomiarowym częstości pulsu 20-254 p/min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 22.

Dot. Pkt .15. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor bez funkcji sekwencyjnego pomiaru NIBP ale z regulowanym interwałem w zakresie 1-720 min i pomiarem czystości pulsu wraz z NIBP w zakresie od 40 do 240 P/min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy: Załącznik 1.6 do SIWZ: Część 6 Lampa do fototerapii noworodka łóżeczkowa

Pytanie Nr. 23.

Dot. pkt. 8/9. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy lampę do fototerapii łóżeczkowej z zasilaczem wbudowanym w lampie o parametrach zasilania 110 – 230 V ±10 %, 50/60 Hz i mocy 100W?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18 120.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Pytanie Nr 24.

Dot. pkt. 11. Czy Zamawiający zrezygnuje z wyposażenia każdej lampy w kocyk ? Jeżeli nie to czy Zamawiający dopuści tolerancję wymiarów kocyka $\pm 10\%$ gdyż podane pole powierzchni kocyka nie może wynosić 819 cm².

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów kocyka. W związku z powyższym Załącznik Nr 1.6 do SIWZ, PKT. 11 otrzymuje następujące brzmienie:

(...)

11. Wyposażenie każdej lampy:

Kocyk o wymiarach 24,1 cm x 36,8 cm, 819 cm² ($\pm 15\%$)

Pokrowiec na kocyk jednorazowego użytku – 50 szt.

Becik dydykowany do fototerapii – 2 szt.

(...)

Pytanie Nr 25.

Dot. pkt. 10. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy lampę do fototerapii łóżeckowej o temperaturze przechowywania w zakresie od +5° do 40° C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 26.

Czy Zamawiający będzie wymagał aby lampa do fototerapii była wyposażona w białe światło do oceny noworodka?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie Nr 27.

Czy Zamawiający będzie wymagał aby lampa do fototerapii była wyposażona w czerwone światło służące do pozycjonowania lampy na kopule inkubatora?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie Nr 28.

Czy Zamawiający będzie wymagał aby lampa do fototerapii była wyposażona w min. dwa tryby pracy : z ręczną regulacją i tryb terapeutyczny z możliwością ustawiania mocy i czasu naświetlania?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18 120.000,00zł (opłacony w całości)


Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu, jako niezgodna z SIWZ.

Z poważaniem,


Prezes Zarządu
Marcin Rybka

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18 120.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).

