



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 2068860

fax /+48/ 42 20688 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Łódź, dnia 15 lipiec 2019 roku

IMŁ/BZ/4-6/BI/ZP/2019

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu medycznego dla IMŁ Sp. z o.o.”
Znak sprawy : 4/ZP/PN/19

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Inwestycje Medyczne Łódzkiego Spółka z o.o., podaje odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dotyczy: Załącznika Nr 1.2 do SIWZ

Pytanie nr 1.:

Dot. Pkt 1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania bez możliwości rozbudowy i zawieszenia na kolumnie anestetycznej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2.:

Dot. Pkt 6. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z wbudowanymi fabrycznie 3 gniazdami elektrycznymi do napięcia 230VAC ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Dot. Pkt. 10. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z zewnętrznymi reduktorami do butli O2 i N2O?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wymaga dostarczenia reduktorów.

Dot: Załącznik Nr 1.2 do SIWZ : II. System dystrybucji gazów

Pytanie nr 4:

Dot. Pkt 1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania bez możliwości wyświetlania przepływu zbiorczego gazów na ekranie wentylatora?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18 120.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Dot: Załącznik Nr 1.2 do SIWZ : IV. Respirator anestetyczny**Pytanie nr 5.**

Dot. Pkt. 5. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z precyzyjnym wyzwalaczem przepływowym z precyzyjną regulacją czułości od 1 l/min ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dot: Załącznik Nr 1.2 do SIWZ : V. Pomiary i obrazowanie**Pytanie nr 6.**

Dot. Pkt. 11. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z automatyczną identyfikacją anestetyku wziewnego i pomiar MAC w aparacie do znieczulania lub monitorze. Pomiar MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta ?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dot: Załącznik Nr 1.2 do SIWZ : VIII. Monitor pacjenta do aparatu dla dorosłych i dzieci**Pytanie Nr 7.**

Dot. Pkt 26. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania bez możliwości programowania dowolnych sekwencji automatycznego pomiaru o różnych długościach czasu repetycji ale z długim czasem repetycji o d 1 do 720 min ?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie Nr 8.

Dot. Pkt 29/33. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z pomiarem zwiótczenia mięśniowego z zewnętrznego monitora NMT? Aparat do znieczulania i kardiomonitor jednego producenta , monitor NMT innego producenta.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie Nr 9.

Dot. pkt. 2. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z ekranem dotykowym, ale bez ekranu pojemnościowego? Menu w oferowanym kardiomonitorze jest tak zaprojektowane, że zastosowanie ekranu pojemnościowego nie znalazłoby w tym przypadku żadnego zastosowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 10.

Dot. Pkt.11. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wykrywający 18 następujących kategorii zaburzeń rytmu:

1.Asystolia, 2. VF/VTA, 3. Rytm komorowy, 4. PARA PVC, 5.Częste PVC, 6.Bigeminia komorowa, 7.Trigeminia komorowa, 8. R na T, 9.Wielopostaciowe PVC , 10. Tachykardia zatokowa, 11.Bradykardia , 12.Pominięte uderzenie, 13.Tachykardia, 14.Stymulator nie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18 120.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



działa, 15.Stymulator nie przechwytyje, 16.PVC, 17.Nieregularny rytm serca, 18.Nieprawidłowy rytm serca ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11.

Dot. Pkt. 15. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym pomiarem ciśnienia w zakresie 40 do 240 P/min. i bez funkcji stazy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: **Załącznik Nr 1.6 do SIWZ – „Lampa do fototerapii łóżeczkowa” – 2szt.**

Pytanie Nr 12. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie lampy do fototerapii o poniższych parametrach:

Lampa do fototerapii

L.p.	Opis parametru
1.	Deklaracja zgodności – CE na aparat
2.	Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów
3.	Aparat fabrycznie nowy
4.	Rok produkcji aparatu: 2019
5.	Lampa Kocykowa/Łóżeczkowa, źródło światła z powierzchnią oświetlającą, połączone za pomocą elastycznego węża
6.	Źródło światła: 6 niebieskich diód LED o długości fal 430 nm do 490 nm - pik pomiędzy 455 i 465 nm
7.	Zasilanie: Napięcie 230 V~ 50-60Hz
8.	Moc: 90 W max.
9.	Hałas w paśmie akustycznym < 34 dB
10.	Szczytowe natężenie na powierzchni skóry pacjenta - 35 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$; +/- 15%
11.	Obszar emisji światła (BAG SYSTEM) 2 X 20 cm x 30 cm
12.	Obszar efektywnego naświetlania (BAG SYSTEM)

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18 120.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



	1200 cm ²
13.	Szerokość x długość x wysokość (panel lampy): 21 cm x 20 cm x 16 cm
14.	Waga (panel lampy): 1,4 kg
15.	Żywotność diód LED > 50000 h
16.	Żywotność materacyka > 8000 h
17.	Lampa zawierająca 5 szt. pokrowców jednorazowego użytku

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 13.

Dot. załącznik nr 1.2 – Część 2 kardiomonitor – 4 szt.

Ad. 2

Czy spełni wymagania Zamawiającego ekran dotykowy, obsługiwany w rękawiczkach, bez określenia przez producenta zastosowanej technologii?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 14.

Dot. załącznik nr 1.2 – Część 2 kardiomonitor – 4 szt.

Ad. 5.b

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez obsługi klawiatury oraz myszki komputerowej, które nie mają żadnego zastosowania podczas monitorowania pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 15.

Dot. załącznik nr 1.2 – Część 2 kardiomonitor – 4 szt.

Czy spełni wymagania Zamawiającego monitorowanie 16 kategorii zaburzeń rytmu, bez AF?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 16.

Dot. załącznik nr 1.2 – Część 2 kardiomonitor – 4 szt.

Ad. 14

Czy spełni wymaganie Zamawiającego pomiar SpO2 algorytmem Nellcor, umożliwiającym stosowanie wszystkich czujników z katalogu Nellcor, ale bez wskaźnika perfuzji, którego ten system nie udostępnia?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18 120.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Pytanie Nr 17.**Dot. załącznik nr 1.2 – Część 2 kardiomonitor – 4 szt.**

Ad. 15

Czy Zamawiający dopuści monitor bez funkcji stazy i bez funkcji sekwencyjnego pomiaru NIBP?

Czy Zamawiający dopuści pomiar częstości pulsu od 40 do 240 P/min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**Pytanie Nr 18.****Dot. załącznik nr 1.2 – Część 2 kardiomonitor – 4 szt.**

Ad. 19

Czy Zamawiający dopuści monitor bez funkcji automatycznego ustawiania granic alarmowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**Pytanie Nr 19.****Dot. załącznik nr 1.3 – Część 3 aparat do znieczulenia z monitorem anaglezji i monitorem zwiotczenia mięśniowego**

Ad pkt I 3

Czy Zamawiający dopuści aparat z jedną pojemną szufladą, z wbudowanym organizerem pozwalającym na bezproblemowe przechowanie akcesoriów używanych z aparatem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**Pytanie Nr 20.****Dot. załącznik nr 1.3 – Część 3 aparat do znieczulenia z monitorem anaglezji i monitorem zwiotczenia mięśniowego**

Ad pkt I 5

Czy Zamawiający dopuści aparat z indywidualnymi hamulcami na wszystkich kołach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie stawia takiego wymogu .**Pytanie Nr 21.****Dot. załącznik nr 1.3 – Część 3 aparat do znieczulenia z monitorem anaglezji i monitorem zwiotczenia mięśniowego**

Ad pkt I 6

Czy Zamawiający dopuści aparat z trzema wbudowanymi fabrycznie gniazdami elektrycznymi?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wyzd. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18 120.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Pytanie Nr 22.**Dot. załącznik nr 1.3 – Część 3 aparat do znieczulenia z monitorem anaglezji i monitorem zwiotczenia mięśniowego**

Ad pkt I 10

Czy Zamawiający dopuści aparat z zewnętrznymi reduktorami, nakręcanymi na butle, wyposażonymi w przyłącze do aparatu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wymaga dostarczenia reduktorów.**Pytanie Nr 23.****Dot. załącznik nr 1.3 – Część 3 aparat do znieczulenia z monitorem anaglezji i monitorem zwiotczenia mięśniowego**

Ad pkt I 11

Czy Zamawiający dopuści aparat ze zintegrowanym ssakiem z dwoma zbiornikami wielorazowymi, oraz z możliwością stosowania wkładów jednorazowych o pojemności 700 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**Pytanie Nr 24.****Dot. załącznik nr 1.3 – Część 3 aparat do znieczulenia z monitorem anaglezji i monitorem zwiotczenia mięśniowego**

Ad pkt I 12

Czy Zamawiający dopuści aparat ze złączem Dräger? Dostawcy środków znieczulających dysponują zarówno parownikami ze złączem Selectatec jak i Dräger

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**Pytanie Nr 25.****Dot. załącznik nr 1.3 – Część 3 aparat do znieczulenia z monitorem anaglezji i monitorem zwiotczenia mięśniowego**

Ad pkt II 1

Czy Zamawiający dopuści aparat z precyzyjnymi przepływomierzami elektronicznymi dla tlenu, podtlenu azotu, powietrza, z wyświetlaniem wartości przepływów na tzw. wirtualnych przepływomierzach oraz z wyświetlaniem przepływu całkowitego świeżych gazów na ekranie wentylatora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**Pytanie Nr 26.****Dot. załącznik nr 1.3 – Część 3 aparat do znieczulenia z monitorem anaglezji i monitorem zwiotczenia mięśniowego**

ad pkt II 2

Czy Zamawiający dopuści aparat z mieszalnikiem elektronicznym? Jest to bardziej zaawansowane rozwiązanie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18 120.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Pytanie Nr 27.**Dot. załącznik nr 1.3 – Część 3 aparat do znieczulenia z monitorem anaglezji i monitorem zwiotczenia mięśniowego**

Ad pkt II 4

Czy Zamawiający dopuści aparat ze zintegrowanym fabrycznie przepływomierzem do podawania tlenu podczas znieczuleń przewodowych, takie rozwiązanie zupełnie nie zmienia funkcjonalności?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**Pytanie Nr 28.****Dot. załącznik nr 1.3 – Część 3 aparat do znieczulenia z monitorem anaglezji i monitorem zwiotczenia mięśniowego**

Ad pkt II 5

Czy Zamawiający dopuści aparat z zamontowaną na elastycznym ramieniu lampką halogenową, co pozwala na oświetlenie innych obszarów niż blatu i ekranu? Taki strumień światła jest ponadto bardziej dopasowany fizjologicznie do postrzegania przez użytkownika

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian**Pytanie Nr 29.****Dot. załącznik nr 1.3 – Część 3 aparat do znieczulenia z monitorem anaglezji i monitorem zwiotczenia mięśniowego**

Ad pkt III 2

Czy Zamawiający dopuści aparat o objętości systemu oddechowego, łącznie ze zbiornikiem pochłaniacza i pojemnością tłoka, 4,0 litry?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian**Pytanie Nr 30.****Dot. załącznik nr 1.3 – Część 3 aparat do znieczulenia z monitorem anaglezji i monitorem zwiotczenia mięśniowego**

Ad pkt III 3

Czy Zamawiający dopuści aparat bez dodatkowego wyjścia do podłączania układów półotwartych, jeśli możliwe jest prowadzenie wentylacji mechanicznej z objętościami oddechowymi regulowanymi od 5 ml?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18 120.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Pytanie Nr 31.**Dot. załącznik nr 1.3 – Część 3 aparat do znieczulenia z monitorem anaglezji i monitorem zwiotczenia mięśniowego**

Ad pkt III 6 i 7

Czy Zamawiający wykreśli jeden z punktów 6 lub 7, oba opisują taką samą funkcjonalność i w nieuzasadniony sposób preferują rozwiązanie techniczne firmy GE?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**Pytanie Nr 32.****Dot. załącznik nr 1.3 – Część 3 aparat do znieczulenia z monitorem anaglezji i monitorem zwiotczenia mięśniowego**

Ad pkt IV A 1

Czy Zamawiający dopuści aparat z bezpiecznym dwuetapowym sposobem przełączania pomiędzy trybami wentylacji, uniemożliwiającym omyłkową zmianę, typu: wybierz tryb – potwierdź wybór?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**Pytanie Nr 33.****Dot. załącznik nr 1.3 – Część 3 aparat do znieczulenia z monitorem anaglezji i monitorem zwiotczenia mięśniowego**

Ad pkt IV A 7

Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością rozbudowy o tryb wentylacji z gwarantowaną objętością?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian**Pytanie Nr 34.****Dot. załącznik nr 1.3 – Część 3 aparat do znieczulenia z monitorem anaglezji i monitorem zwiotczenia mięśniowego**

Ad pkt IV A 8

Czy Zamawiający dopuści aparat z zakresem regulacji PEEP od 0 do 20 cmH₂O?**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.****Pytanie Nr 35.****Dot. załącznik nr 1.3 – Część 3 aparat do znieczulenia z monitorem anaglezji i monitorem zwiotczenia mięśniowego**

Ad pkt IV B 3

Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją objętości oddechowej do 1400 ml w trybie wentylacji objętościowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18 120.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Pytanie Nr 36.**Dot. załącznik nr 1.3 – Część 3 aparat do znieczulenia z monitorem anaglezji i monitorem zwiotczenia mięśniowego**

Ad pkt IV B 4

Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją objętości oddechowej od 5 ml do 1400 ml w trybie wentylacji objętościowej? Należy podkreślić, że proponujemy aparat z regulacją, a nie z możliwością uzyskania lub nie zakresu objętości, co ściśle zależy od stanu pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**Pytanie Nr 37.****Dot. załącznik nr 1.3 – Część 3 aparat do znieczulenia z monitorem anaglezji i monitorem zwiotczenia mięśniowego**

Ad pkt IV C 1

Czy Zamawiający dopuści aparat z alarmami objętości minutowej MV z regulowanymi progami bez tożsamego alarmu TV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**Pytanie Nr 38.****Dot. załącznik nr 1.3 – Część 3 aparat do znieczulenia z monitorem anaglezji i monitorem zwiotczenia mięśniowego**

Ad pkt V 9

Czy Zamawiający oczekuje pomiaru %O₂ metodą paramagnetyczną, niewymagającą okresowej wymiany czujników?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**Pytanie Nr 39.****Dot. załącznik nr 1.3 – Część 3 aparat do znieczulenia z monitorem anaglezji i monitorem zwiotczenia mięśniowego**

Ad. pkt VIII 2 i 3

Czy spełni wymagania Zamawiającego monitor z ekranem o przekątnej 12,2 cala i rozdzielczości 800 x 600 pixeli?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian**Pytanie Nr 40.****Dot. załącznik nr 1.3 – Część 3 aparat do znieczulenia z monitorem anaglezji i monitorem zwiotczenia mięśniowego**

Ad. pkt VIII 6

Czy spełni wymagania Zamawiającego monitor umożliwiający zaprogramowanie przez personel 12 różnych konfiguracji zawierających ustawienia ekranu i granic alarmowych, oraz

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18 120.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



posiadający możliwość automatycznego dopasowania konfiguracji ekranu do monitorowanych parametrów, oraz możliwość, na żądanie obsługi, automatycznego dopasowania granic alarmowych do bieżących parametrów pacjenta?

Czy spełni wymagania Zamawiającego monitor umożliwiający zaprogramowanie przez personel 15 różnych konfiguracji zawierających ustawienia ekranu i granic alarmowych, oraz posiadający możliwość automatycznego dopasowania konfiguracji ekranu do monitorowanych parametrów, oraz możliwość, na żądanie obsługi, automatycznego dopasowania granic alarmowych do bieżących parametrów pacjenta?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Pytanie Nr 41.

Dot. załącznik nr 1.3 – Część 3 aparat do znieczulenia z monitorem anaglezji i monitorem zwiotczenia mięśniowego

Ad. pkt VIII 11

Czy spełni wymagania Zamawiającego monitor umożliwiający ciągłą rejestrację i równoczesną prezentację wszystkich 7 odprowadzeń EKG dostępnych z 5 elektrod, tj. I, II, III, aVL, aVF, aVR, Vx?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Pytanie Nr 42.

Dot. załącznik nr 1.3 – Część 3 aparat do znieczulenia z monitorem anaglezji i monitorem zwiotczenia mięśniowego

Ad. pkt VIII 18

Czy Zamawiający dopuści pomiar saturacji w zakresie 1-100%?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Pytanie Nr 43.

Dot. załącznik nr 1.3 – Część 3 aparat do znieczulenia z monitorem anaglezji i monitorem zwiotczenia mięśniowego

Ad. pkt VIII 23

Czy spełni wymagania Zamawiającego monitor wyświetlający jednocześnie dwie wartości temperatury, albo dwie zmierzone wartości, albo jedną zmierzoną i obliczoną różnicę, do wyboru przez użytkownika?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18 120.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Pytanie Nr 44.**Dot. załącznik nr 1.3 – Część 3 aparat do znieczulenia z monitorem anaglezji i monitorem zwiotczenia mięśniowego**

Ad. pkt VIII 26

Czy Zamawiający dopuści pomiary automatyczne w ustalonych odstępach, bez programowania sekwencji automatycznego pomiaru o różnych długościach czasu repetycji?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian**Pytanie Nr 45.****Dot. załącznik nr 1.3 – Część 3 aparat do znieczulenia z monitorem anaglezji i monitorem zwiotczenia mięśniowego**

Ad. pkt VIII 29

Czy spełni wymagania Zamawiającego pomiar zwiotczenia za pomocą monitora ToFscan firmy IDMED, wyposażonego w czujnik drgań 3D, reagujący na drgania w dowolnym kierunku, połączonego z oferowanym monitorem pacjenta, spełniający pozostałe wymagania?

Czy spełni wymagania Zamawiającego czujnik drgań mocowany do kciuka, zamiast mechanosensora?

Czy Zamawiający dopuści pomiar NMT bez wizualizacji czasu od ostatniego impulsu TOF na monitorze?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian**Pytanie Nr 46.****Dot. załącznik nr 1.3 – Część 3 aparat do znieczulenia z monitorem anaglezji i monitorem zwiotczenia mięśniowego**

Ad. Pkt VIII 30 i 33

Czy spełni wymagania Zamawiającego pomiar głębokości uśpienia za pomocą monitora BIS Vista firmy Medtronic (dawniej Aspect), połączonego z oferowanym monitorem pacjenta w celu wyświetlania mierzonych parametrów i zapisywania ich w trendach?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18 120.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Pytanie Nr 47.**Załącznik nr 1.6.**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie lampy o niżej podanych parametrach:

Lampa kocykowa, źródło światła z powierzchnią oświetlającą, połączone za pomocą elastyczne węża
Źródło światła: 6 niebieskich diód LED o długości fal 430 nm do 490 nm - pik pomiędzy 455 i 465 nm
Zasilanie: Napięcie 230V ~ 50 -60 Hz
Moc: 90 W max.
Hałas w paśmie akustycznym < 34db
Szczytowe natężenie na powierzchni skóry pacjenta – 35 uW/cm ² /nm; +/- 15%
Obszar emisji światła (BAG SYSTEM) 2 x 20 cm x 30 cm
Obszar efektywnego naświetlania (BAG SYSTEM) 1200cm ²
Szerokość x długość x wysokość (panel lampy): 21 cm x 20 cm x 16 cm
Waga (panel lampy) : 1,4 kg
Żywotność diód LED > 50000h
Żywotność materacyka > 8000h
Lampa zwiększająca 5 szt. pokrowców jednorazowego użytku

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 48.

Dot. załącznik nr 1.3 – Część 3 aparat do znieczulenia z monitorem anagleji i monitorem zwiotczenia mięśniowego

I.1 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia jezdny bez możliwości rozbudowy i zawieszenia na kolumnie anestezjologicznej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie Nr 49.

Dot. załącznik nr 1.3 – Część 3 aparat do znieczulenia z monitorem anagleji i monitorem zwiotczenia mięśniowego

I.5 Czy Zamawiający dopuści aparat jezdny z czterema kołami blokowanymi przez hamulce indywidualne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 50.

Dot. załącznik nr 1.3 – Część 3 aparat do znieczulenia z monitorem anagleji i monitorem zwiotczenia mięśniowego

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18 120.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



I.6 Czy Zamawiający dopuści wbudowane fabrycznie 3 gniazda elektryczne do napięcia min. 230VAC?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie Nr 51.

Dot. załącznik nr 1.3 – Część 3 aparat do znieczulenia z monitorem anaglezji i monitorem zwiotczenia mięśniowego

I.9 Czy Zamawiający potwierdza, że przyzna 1 pkt. za zasilanie awaryjne na ponad 90 min. w warunkach standardowych?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie Nr 52.

Dot. załącznik nr 1.3 – Część 3 aparat do znieczulenia z monitorem anaglezji i monitorem zwiotczenia mięśniowego

II.5 Czy Zamawiający zaakceptuje kolorowy, dotykowy ekran respiratora w technologii LCD?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie stawia takiego wymogu

Pytanie Nr 53.

Dot. załącznik nr 1.3 – Część 3 aparat do znieczulenia z monitorem anaglezji i monitorem zwiotczenia mięśniowego

IV.A.5 Czy Zamawiający zaakceptuje precyzyjny wyzwalacz przepływowy z precyzyjną regulacją czułości 0,5 l/min w zakresie od 1 do 10 l/min i 0,2 l/min w zakresie 0,2 do 1 l/min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 54.

Dot. załącznik nr 1.3 – Część 3 aparat do znieczulenia z monitorem anaglezji i monitorem zwiotczenia mięśniowego

VIII.30 Czy Zamawiający zaakceptuje równoważny pomiar poziomu analgezji za pomocą modułu entropii? Dzięki posiadaniu modułu entropii oraz pomiaru bodźców nocycyptywnych będzie można obserwować na ekranie monitora korelacje powyższych parametrów w dedykowanym oknie adekwatności znieczulenia.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18 120.000,00zł (opłacony w całości)


Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu, jako niezgodna z SIWZ.

Z poważaniem,


Prezes Zarządu
Marcin Rybka

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18 120.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).

