



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515
90-051 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

Łódź, dnia 05.04.2018r.

IMŁ/BZ/.../BI/ZP/2018

**Wykonawcy,
którzy pobrali SIWZ**

**Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego dla IMŁ Sp. z o.o.
Znak sprawy: 8/ZP/PN/18**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Inwestycje Medyczne Łódzkiego Spółka z o.o., podaje wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dotyczy części nr 1 – Sterylizator parowy

1. Czy zamawiający nie popełnił omyłki w przyłączy elektrycznym – w Polsce prąd posiada częstotliwość 50Hz?
Odpowiedź: Zamawiający poprawia w treści pkt. A.1 Załącznika nr 1.1 do SIWZ w części 1 (sterylizator parowy) oczywistą omyłkę pisarską poprzez wpisanie zamiast wartości 60Hz, wartość 50Hz.
2. Czy zamawiający dopuści głębokość zewnętrzną 1030mm co stanowi 3% odchyłkę? Przy szerokości i wysokości zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylizatorów parowych o głębokości zewnętrznej 1030mm przy zachowaniu szerokości i wysokości określonej w SIWZ.
3. Czy zamawiający dopuści pełny płaszcz grzewczy zapewniający równomierne ogrzanie komory i brak zimnych punktów w trakcie procesu sterylizacji oraz równomierny rozkład temperatury w komorze. Pełny płaszcz grzewczy zapewnia możliwość sprawdzenia wszystkich spawów w trakcie próby ciśnieniowej.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylizatorów parowych z pełnym płaszczem grzewczym.
4. Czy zamawiający dopuści zamiast szyn w komorze które utrudniają utrzymanie czystości (trudne do dostępu zakamarki) rozwiązanie równoważne wózek na kółkach teflonowych z odbojnikami po bokach zapewniający szybki, łatwy i lekki ruch wózka z ładunkiem?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylizatorów parowych z wózkiem na kółkach teflonowych z odbojnikami po bokach.
5. Czy zamawiający dopuści drukarkę z trwałym wydrukiem numerycznym i wykresem o szerokości wydruku 58mm – standardowy i tani ekonomicznie papier?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylizatorów parowych z drukarką z trwałym wydrukiem numerycznym i wykresem o szerokości wydruku 58mm.
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie zapisu dotyczącego terminu dostawy na: „do 4 tygodni od pisemnego wezwania zamawiającego ale nie wcześniej niż 9 tygodni od podpisania umowy”? Uzasadnienie: Duże sterylizatory parowe są wyrobem medycznym produkowanym przez wszystkich producentów na zamówienie ponieważ ich ostateczna konfiguracja i zabudowa jest dostosowywana indywidualnie do potrzeb i możliwości klienta/rynku. Standardowy czas dostawy przez europejskich dostawców to 8 do 12 tygodni.

Proces produkcyjny urządzenia ciśnieniowego, które jednocześnie jest urządzeniem medycznym wymaga oprócz procesów spawania, szlifowania oraz montażu instalacji hydraulicznej, pneumatycznej, elektrycznej, sterującej przeprowadzenia testów bezpieczeństwa, testów hydrostatycznych zgodnie z dyr. Ciśnieniową PED oraz wielu testów dla potwierdzenia prawidłowej sterylizacji. Niedostateczny czas na przeprowadzenie testów spowoduje konieczność wykonania ich w miejscu instalacji a błędy mogą skutkować koniecznością odesłania sprzętu i wymiany na nowy co przy tak dużych gabarytach i ograniczeniach w miejscu instalacji może prowadzić do poniesienia dodatkowych kosztów związanych z rozbiórką ścian i drzwi?

Odpowiedź: Zapisy pkt. IV SIWZ (TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA) przyjmują brzmienie:

„Termin wykonania zamówienia na dostawę sprzętu medycznego: do 10 tygodni od dnia podpisania umowy.
Uwaga! Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert !”

Zapisy pkt 5 paragrafu 1 projektu umowy przyjmują brzmienie: Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i instalacji sprzętu w okresie do tygodni od dnia podpisania umowy przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, w szczególności w zakresie instalacji sprzętu. (Zapis zostanie doprecyzowany zgodnie ze złożoną ofertą).

Dotyczy części nr 2 – Myjnia dezynfektor

7. Czy zamawiający nie popełnił omyłki w przyłączy elektrycznym – w Polsce prąd posiada częstotliwość 50Hz?
Odpowiedź: Zamawiający poprawia w treści pkt. A.35 Załącznika nr 1.1 do SIWZ w części 2 (Przelotowa myjnia-dezynfektor) oczywistą omyłkę pisarską poprzez wpisanie zamiast wartości 60Hz, wartość 50Hz.
8. Czy zamawiający dopuści wymiar zewnętrzny 780x800x1950mm (szer. X głęb. X wys.)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie myjni o wymiarach zewnętrznych 780x800x1950mm (szer. x głęb. x wys.).
9. Czy zamawiający dopuści zakres ± 20 mm dla wymiaru komory przy zachowaniu załadunku minimum 10 tac DIN?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części 2 myjni z komorą o wymiarach wskazanych w pkt. 2 załącznika nr 1 do SIWZ z tolerancją wymiarów w zakresie $-/+ 20$ mm.
10. Wnosimy o pozostawienie pojemności według standardowych tac zgodnych ze standardem DIN – 480x260x50mm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części 2 myjni o pojemności według standardowych tac zgodnych ze standardem DIN - 480x260x50mm.
11. Czy zamawiający dopuści sterownik z ekranem dotykowym po obu stronach o przekątnej minimum 5"? Z uwagi na ograniczone miejsce konieczne jest zaoferowanie wąskiego urządzenia z panelem nad komorą więc jednocześnie musi być on mniejszy.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie myjni ze sterownikiem z ekranem dotykowym po obu stronach o przekątnej minimum 5".
12. Wnosimy o wykreślenie wymiarów tac dla wózka i pozostawienie wymagania pojemności minimum 10 tac według standardu DIN – europejski wymiar tac do mycia narzędzi.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części 2 myjni z wózkiem załadowniczym do jednoczesnego mycia 10 tac o wymiarach według standardu DIN (europejski wymiar tac do mycia narzędzi) dedykowanych do danej myjni.
13. Czy zamawiający wymaga wraz z dostawą myjni dostarczenia wkładów z przyłączami do mycia endoskopów i narzędzi mikrochirurgicznych czy jedynie wózka który posiada możliwość w przyszłości dokowania takich wkładów?
Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w części 2 - B.2 Wyposażenie myjni dezynfektora Zamawiający wymaga, aby wózek załadowniczy do mycia narzędzi **posiadał możliwość** doposażenia w przyłącza do mycia endoskopów sztywnych / narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym.

Dotyczy części nr 3 – Myjnia ultradźwiękowa

14. Czy zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne 525x480x405mm (dług. X szer. X wys.)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części 3 myjni ultradźwiękowej o wymiarach zewnętrznych 525x480x405mm (dług. x szer. x wys.).

Dotyczy części nr 4 – Zgrzewarka

15. Czy zamawiający dopuści wyświetlacz i wydruk w języku polskim natomiast dostęp serwisowy (programowanie nie dla obsługi) w języku angielskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części 4 zgrzewarki z wyświetlaczem i wydrukiem w języku polskim, natomiast z dostępem serwisowym (programowaniem nie dla obsługi) w języku angielskim.

16. Czy zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne 585x260x210mm (szer. X głęb. X wys.)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części 4 zgrzewarki o wymiarach zewnętrznych 585x260x210mm (szer. x głęb. x wys.).

17. Czy zamawiający dopuści max moc 600W?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części 4 zgrzewarki o max. mocy 600W.

18. Duże urządzenia jak sterylizatory parowe i myjnie-dezynfekторы są produkowane wg. specyfikacji użytkownika. Dlatego też typowy czas produkcji dla tych urządzeń wynosi ok. 10tygodni. Do czasu realizacji umowy należy doliczyć również: - transport (1-2 dni) - wniesienie, montaż, podłączenie do mediów (1 dzień/ 1 urządzenie): 3 dni - uruchomienie, testy (1 dzień/ 1 urządzenie): 3 dni - montaż zabudowy ze stali nierdzewnej (konstrukcji i montaż paneli, drzwi do przestrzeni serwisowej): 5 dni - szkolenie użytkownika z zakresu obsługi (1 dzień dla myjni i 1 dzień dla sterylizatorów): 2 dni - odbiór UDT: 1 dzień. Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o wydłużenie czasu realizacji umowy do min. 12 tygodni dla zadania nr 1 (sterylizatory parowe) i dla zadania nr 2 (myjnia-dezynfektor). Dla pozostałych zadań prosimy o termin realizacji równy 8 tygodni.

Odpowiedź: Zapisy pkt. IV SIWZ (TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA) przyjmują brzmienie:

„Termin wykonania zamówienia na dostawę sprzętu medycznego: do 10 tygodni od dnia podpisania umowy. Uwaga! Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert !“

Zapisy pkt 5 paragrafu 1 projektu umowy przyjmują brzmienie: Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i instalacji sprzętu w okresie do tygodni od dnia podpisania umowy przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, w szczególności w zakresie instalacji sprzętu. (Zapis zostanie doprecyzowany zgodnie ze złożoną ofertą).

19. Dla zadania nr 1 (sterylizatory) i zadania nr 2 (myjni) podano częstotliwość napięcia zasilającego 60Hz. Prosimy o zmianę tego parametru na częstotliwość obowiązującą w Polsce tj. 50 Hz.

Odpowiedź: Zamawiający poprawia w treści pkt. A.1 Załącznika nr 1.1 do SIWZ w części 1 (sterylizator parowy) oraz w treści pkt. A.35 Załącznika nr 1.1 do SIWZ w części 2 (Przelotowa myjnia-dezynfektor) oczywistą omyłkę pisarską poprzez wpisanie zamiast wartości 60Hz, wartość 50Hz.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Inwestycje Medyczne Łódzkiego Spółka z o.o., w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania, dokonuje zmiany zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.

I. Zmianie ulegają kryteria oceny ofert określone w pkt. XII SIWZ OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

1. „Łączna cena ofertowa brutto” – C;
2. „Gwarancja” – G.
3. „Termin dostawy” - T

Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Kryterium	Waga [%]	Liczba punktów	Sposób oceny wg wzoru
-----------	----------	----------------	-----------------------

Łączna cena ofertowa brutto	90%	90	Cena najtańszej oferty $C = \frac{\text{Cena najtańszej oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 90\text{pkt}$
Gwarancja	5%	5	Zamawiający będzie oceniał zaoferowany przez Wykonawcę termin gwarancji na sprzęt medyczny. Wykonawca otrzyma 5 pkt – w przypadku zaoferowania terminu 36 miesięcznej gwarancji. Wykonawca otrzyma 0 pkt – w przypadku zaoferowania terminu 24 miesięcznej gwarancji.
Termin dostawy	5%	5	Zamawiający będzie oceniał zaoferowany przez Wykonawcę termin dostawy przedmiotu zamówienia. Wykonawca otrzyma 0 pkt. – w przypadku zaoferowania terminu dostawy <u>do 10 tyg.</u> od dnia podpisania umowy Wykonawca otrzyma 2.5 pkt. – przypadku zaoferowania terminu dostawy przedmiotu zamówienia <u>do 8 tyg.</u> od dnia podpisania umowy Wykonawca otrzyma 5 pkt. – w przypadku zaoferowania terminu dostawy <u>do 6 tyg.</u> od dnia podpisania umowy
RAZEM	100%	100	_____

2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

$$L = C + G + T$$

gdzie:

L – całkowita liczba punktów,

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,

G - punkty uzyskane w kryterium „Gwarancja”.

T – punkty uzyskane w kryterium „Termin dostawy”

3. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.

4. Ocena punktowa w kryterium „Gwarancja” i „Termin dostawy” dokonana zostanie na podstawie złożonego **Załącznika nr 2.2 do SIWZ**.

W przypadku kiedy Wykonawca nie poda w formularzu ofertowym w kryterium oceny ofert „Gwarancja” (**Załącznik nr 2.2 do SIWZ**), oferowanego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje 24 miesięczny okres gwarancji.

W przypadku kiedy Wykonawca nie poda w formularzu ofertowym w kryterium oceny ofert „Termin dostawy” (**Załącznik nr 2.2 do SIWZ**), oferowanego terminu dostawy przedmiotu zamówienia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje 10 tygodniowy termin dostawy przedmiotu zamówienia.

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

II. Zapisy paragrafu 7 pkt. b) projektu umowy przyjmują brzmienie:

a) w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonego sprzętu w przypadku uchybienia terminowi określone w §1 ust.5 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (termin dostawy).

III. Zapisy pkt. B.1) załącznika nr 2.2 do SIWZ (formularz ofertowy) przyjmie brzmienie:

1) OŚWIADCZAMY ŻE:

a)

W części 1 udzielam:	24 miesiące gwarancji/ 36 miesięcy gwarancji*
W części 2 udzielam:	24 miesiące gwarancji/ 36 miesięcy gwarancji*
W części 3 udzielam:	24 miesiące gwarancji/ 36 miesięcy gwarancji*
W części 4 udzielam:	24 miesiące gwarancji/ 36 miesięcy gwarancji*

b)

Oświadczam, że termin dostawy przedmiotu zamówienia wynosi:

Termin dostawy w części 1: tygodni
Termin dostawy w części 2: tygodni
Termin dostawy w części 3: tygodni
Termin dostawy w części 4: tygodni

***Niepotrzebne skreślić**

[...]

IV. Zapisy pkt. IX. 2) SIWZ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT przyjmują brzmienie:

- 2) wypełniony i podpisany formularz asortymentowy (w częściach na które Wykonawca składa ofertę) - według wzorów stanowiących załączniki (opis przedmiotu zamówienia- od nr 1 do nr 4) do załącznika nr 1.1 do SIWZ.

V. W związku z omyłką pisarską, w załączniku nr 1.1 do SIWZ w części 3 (myjka ultradźwiękowa) zapisy w wierszu drugim tabeli z opisem przedmiotu zamówienia ulegają zmianie na:


„Medyczna myjnia ultradźwiękowa” (w załączeniu poprawiony załącznik nr 1.1 do SIWZ – część 3 myjka ultradźwiękowa).

Działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w związku ze zmianą treści SIWZ, w dniu 05.04.b.r.przekazał ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (w załączeniu w/w przekazane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia).

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Dorota Kowal-Kądrowska



Kierownik Działu Zamówień Publicznych