



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515
90-051 Łódź
NIP: 726-26-54-060
REGON: 101745880

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
iml@iml.biz.pl
www.iml.biz.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze powyżej 221 tys. euro na

Dostawę sprzętu medycznego i wyposażenia dla IMŁ Sp. z o.o.

nr sprawy: 6/ZP/PN/19

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

- | | |
|--|------------------|
| – Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowy | – Załącznik nr 1 |
| – Formularz ofertowy | – Załącznik nr 2 |
| – Oświadczenie JEDZ | – Załącznik nr 3 |
| – Wzór umowy | – Załącznik nr 4 |
| – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej | – Załącznik nr 5 |
| – Wykaz wykonanych dostaw | – Załącznik nr 6 |

ZATWIERDZIŁ

Kierownik Zamawiającego

PREZES JANUSZ KAZIMIERCZAK

dnia 12.03.2019. roku

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.

Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18.120.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Spis treści

I.	Nazwa oraz adres zamawiającego.....	3
II.	Tryb udzielenia zamówienia	3
III.	Opis przedmiotu zamówienia.....	3
IV.	Termin wykonania zamówienia.....	4
V.	Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia, wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia	5
	Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.....	6
	Vb. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia.....	6
	Vc. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego	12
Vi.	Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.....	12
VII.	Wymagania dotyczące wadium.....	14
VIII.	Termin związania ofertą	15
IX.	Opis sposobu przygotowania ofert	15
X.	Miejsce i termin składania i otwarcia ofert	17
XI.	Opis sposobu obliczania ceny.....	17
XII.	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert	18
XIII.	Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego	19
XIV.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.....	19
XV.	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach	20
XVI.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej.....	20
XVII.	Inne postanowienia	21
Xviii.	Klauzula informacyjna Inwestycji Medycznych Łódzkiego Sp. z o.o. w zakresie związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.....	21

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o. o.
al. Piłsudskiego 12 lok. 515, 90-051 Łódź

Tel: (42) 206 88 60

Fax: (42) 206 88 61

e-mail Zamawiającego: zamowienia.publiczne@iml.biz.pl

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.iml.biz.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /IML_Lodz/SkrytkaESP

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP” (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
2. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
4. Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu procedury opisanej w art. 24 aa ustawy Pzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa **sprzętu medycznego i wyposażenia**, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załącznikach nr 1.1. do nr 1.4.20. do SIWZ.

Nr części	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość [szt.]
Część 1	Mikroskop okulistyczny	1
Część 2	Negatoskop cyfrowy	2
Część 3	Diatermia chirurgiczna	
	1. Diatermia chirurgiczna klasyczna	1
	2. Diatermia chirurgiczna laparoskopowa	1
Część 4	Wyposażenie	
	1. Podest operacyjny dwustopniowy	4
	2. Podest operacyjny jednostopniowy	4
	3. Stojak medyczny z regulacją wysokości z listwą zasilającą i półką	5
	4. Stojak medyczny z regulacją wysokości z listwą zasilającą	7
	5. Stojak medyczny z regulacją wysokości	4
	6. Stojak z misą podgrzewaną 6L	4
	7. Stolik instrumentalny (typu Mayo)	5
	8. Stolik mobilny na instrumenty z blatami zagłębionymi i uchwytem do prowadzenia	4
	9. Stolik opatrunkowy	4
	10. Stolik transportowy mobilny na instrumenty	4
	11. Stolik z szufladą	4
	12. Stolik mobilny na instrumenty jednobladowy	4
	13. Szafa medyczna zabudowana – na 1500 mm	5
	14. Szafa medyczna zabudowana – na 2200 mm	6
	15. Taboret z podporą pod nogi i oparciem	6
	16. Taboret	15
17. Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej - dwusekcyjny	7	

18. Wózek na odpady lub brudną bieliznę podwójny pojemność worka 60L	8
19. Wózek na odpady lub brudną bieliznę podwójny pojemność worka 100L	12
20. Wózek reanimacyjny z 4 szufladami	4

2. Miejsce dostawy: **Wojewódzki Szpital Zespolony im. S. Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 – 100 Skierniewice.**
3. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki od nr 1.1 do nr 1.4.20. SIWZ.
5. Zamawiający dopuszcza dokonanie wizji lokalnej w zakresie części 4 poz. 13 i poz. 14.
6. Zamawiający wymaga czynności obmiarów w pomieszczeniach miejsca dostawy przedmiotu zamówienia przez wykonawcę, który wygra postępowanie przed przystąpieniem do realizacji umowy (część 4 dotyczy poz. 13 i poz. 14).
7. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi określone obowiązującym prawem polskim, jak i prawem Unii Europejskiej, został dopuszczony do obrotu handlowego i posiadał wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski, a także spełniać inne wymagania (normy, parametry), określone przez Zamawiającego w załącznikach od nr 1.1 do nr 1.4.20. SIWZ.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym **Załącznik nr 4 do SIWZ.**
9. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

Kod CPV główny	33100000-1	
Kod CPV uzupełniające	Część 1	33122000-1
	Część 2	33100000-1
	Część 3	33161000-6
	Część 4	33192340-7

10. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferta może obejmować całość przedmiotu zamówienia lub wybrane części, a jeżeli część obejmuje więcej niż jedną pozycję, oferta dla swojej ważności w tej części musi być złożona na wszystkie jej pozycje. Zamówienie zostało podzielone na 4 części.
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7.
13. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu dostawy. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawcy (podwykonawców) należy wskazać w treści oferty, która część/ części zamówienia powierzona zostanie podwykonawcy/podwykonawcom wraz z wykazem zakresu zadań zleczanych podwykonawcy/podwykonawcom oraz podaniem nazwy (firmy) takiego podwykonawcy/podwykonawców. W przypadku nie złożenia stosownego oświadczenia w ww. zakresie, Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza wykonać zamówienie lub jego poszczególne części samodzielnie.
14. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
15. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
16. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia 4 tygodnie od daty pisemnego wezwania przez Zamawiającego.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA, WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) nie podlegają wykluczeniu;
- 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Wstępne potwierdzenie, a w przypadku, gdy złożenie dokumentów na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu nie jest wymagane przez Zamawiającego to potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu stanowi aktualne na dzień składania ofert **oświadczenie Wykonawcy, w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ.**

2. Warunki udziału w postępowaniu:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1b pkt 1-3 Pzp dotyczące	Wstępne potwierdzenie, a w przypadku gdy złożenie dokumentów na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu nie jest wymagane przez Zamawiającego to potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu	Wykaz oświadczeń/dokumentów, jakie mają dostarczyć na wezwanie zamawiającego wykonawcy, których oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1 Pzp
<p>1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; <i>Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny</i></p>	<p>Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.</p>	<p>_____</p>
<p>2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; <i>Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny</i></p>		<p>_____</p>
<p>3) zdolności technicznej lub zawodowej <i>Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem dwóch dostaw wyposażenia ze stali nierdzewnej w części 4 w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, o wartości łącznej co najmniej 200 000,00 zł brutto - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.</i></p>	<p>Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów składa wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.</p>	<p>Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.</p>
Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia		

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - Załącznik nr 3 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Pzp.

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawca zgodnie z art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp, może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. 1.2 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w rozdz. V.4. niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając oświadczenie potwierdzające zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
6. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotów, o których mowa w pkt. V.4 SIWZ, nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
 - 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. V.1.2) SIWZ.

Va. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 USTAWY PZP

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę wobec, którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi podstawa wykluczenia wskazana w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć wykonawcę w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791) (art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp).

Vb. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

Lp.	Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się:	Wstępne potwierdzenie, a w przypadku, gdy złożenie dokumentów na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu nie jest wymagane przez Zamawiającego to potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia	Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają dostarczyć na wezwanie zamawiającego wykonawcy, których oferta została najwyższej oceniona, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia - zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 Pzp.	Termin wystawienia
1. art. 24 ust. 1 pkt 13	Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016r. poz. 1137, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz 2017r. poz. 60 i 1051), b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, c) skarbowe, d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).	Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.	Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp	Wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2. art. 24 ust. 1 pkt 14	Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13 ustawy Pzp;	Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.	Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp	Wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3. art. 24 ust. 1 pkt 15	Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;	Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.	Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.	
4. art. 24 ust. 1 pkt 16	Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w	Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3		

Lp.	Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się:	Wstępne potwierdzenie, a w przypadku, gdy złożenie dokumentów na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu nie jest wymagane przez Zamawiającego to potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia	Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają dostarczyć na wezwanie zamawiającego wykonawcy, których oferta została najwyższej oceniona, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia - zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 Pzp.	Termin wystawienia
	stanie przedstawić wymaganych dokumentów;	do SIWZ.		
5.	art. 24 ust. 1 pkt 17 Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;	Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.		
6.	art. 24 ust. 1 pkt 18 Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;	Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.		
7.	art. 24 ust. 1 pkt 19 Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;	Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.		
8.	art. 24 ust. 1 pkt 20 Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;	Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.		
9.	art. 24 ust. 1 pkt 21 Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016r. poz. 1541 oraz z 2017r. poz. 724 i 993)	Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.	Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp	Wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10.	art. 24 ust. 1 pkt 22 Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;	Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.	Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.	

Lp.	Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się:	Wstępne potwierdzenie, a w przypadku, gdy złożenie dokumentów na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu nie jest wymagane przez Zamawiającego to potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia	Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają dostarczyć na wezwanie zamawiającego wykonawcy, których oferta została najwyższej oceniona, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia - zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 Pzp.	Termin wystawienia
11. art. 24 ust. 1 pkt 23	Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017r. poz. 229, 1089 i 1132) złożyli odrębne oferty, oferty częściowe w postępowaniu, chyba że wykazą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.			
12. art. 24 ust. 5 pkt 1	Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791).	Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3. do SIWZ.	Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. <i>Zamawiający pobierze ten dokument z bazy danych wskazanej przez Wykonawcę.</i>	
Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia				
13.	<p>1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument w formie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Pzp.</p> <p>2. Zgodnie z Art. 23 ust. 3 ustawy Pzp zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.</p>			
Siedziba lub miejsce zamieszkania Wykonawcy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej				

14.	<p>1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:</p> <p>1) pkt 1, 2, 9 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;</p> <p>2) pkt 12 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.</p> <p>2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.</p> <p>3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.</p> <p>4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.</p>
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	
15.	<p>1. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1, 2, 9, składa dokument, o którym mowa w pkt 14 tabeli ust. 1 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 14 tabeli ust. 2 stosuje się.</p> <p>2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu</p>
16.	<p>W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).</p>

2. Wykluczenie **wykonawcy następuje:**

- a) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
 - b) w przypadkach, o których mowa:
 - w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp,
 - w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp;
 - c) jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
 - d) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
 - e) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - f) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz

nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. V b. ust. 3 SIWZ.
5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w V i V b. SIWZ, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z 2018 r. poz. 1000, 1544, 1669, z 2019 r. poz. 60.), zgodnie z art. 26 ust 6 PZP.
8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. V ust. 1 i V b. ust. 1 SIWZ, z wyłączeniem dokumentów o których mowa w pkt. V b. ust. 1 pkt 15 tabeli, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, zgodnie z § 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
9. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne, zgodnie z § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).
10. Wykonawca, **W TERMINIE 3 DNI** od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 pkt. 5 Ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu **OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (**Załącznik nr 5 do SIWZ**).

W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z Wykonawców składa odrębne oświadczenie. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu stanowiącego dowód braku zakłócenia konkurencji dokonuje odpowiednio Wykonawca lub podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Oświadczenie i/lub dowody w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.
12. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, zgodnie z V, Vb, Vc. SIWZ, zgodnie z art. 26 ust. 1 PZP.
13. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów, zgodnie z art. 26 ust. 2f PZP.
14. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia – standardowego formularza Jednorodnego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, określonych w V, Vb i Vc. SIWZ, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający

wezwanie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania, zgodnie z art. 26 ust. 3 PZP.

15. Zamawiający może wezwać także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, określonych w V, V b i Vc. SIWZ, zgodnie z art. 26 ust 4 PZP.
16. Wykonawcy są zobowiązani do złożenia wyjaśnień w formie i o treści zgodnej z zapytaniem Zamawiającego w ramach postępowania wyjaśniającego.
17. Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyższej ocenioną spośród pozostałych ofert.
18. Zapisy Rozdziału IX SIWZ - Opis sposobu przygotowania ofert - dla oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:
 - 1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
 - 2) spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego,
 - 3) brak podstaw wykluczeniastosuje się odpowiednio.

Vc. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca powinien złożyć na **WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO** prospekty/foldery, katalogi i/lub ulotki lub inne dokumenty (wszystkie materiały w języku polskim) potwierdzające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia wymagane SIWZ.
2. **Dokumenty należy czytelnie oznaczyć w zakresie przypisania danego dokumentu do oferowanego wyrobu.**

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem:
 - a. miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/> oraz ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal> na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP **/IML_Lodz/SkrytkaESP**
 - ORAZ**
 - b. **poczty elektronicznej** (email) na adres: zamowienia.publiczne@iml.biz.pl .
2. Komunikacja prowadzona jest w języku polskim w formie elektronicznej i odbywa się zgodnie z:
 - a) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320 ze zm.);
 - b) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1991).
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
4. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Regulaminie korzystania z miniPortalu” oraz „Regulaminie ePUAP”.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii

- dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zaświadczeń, pytań do SIWZ, zawiadomień oraz innych informacji przyjmuje się datę potwierdzenia dostarczenia wiadomości z serwera pocztowego Zamawiającego.
7. Zamawiający udostępni klucz publiczny i identyfikator postępowania na swojej stronie internetowej www.iml.biz.pl wraz z dokumentacją postępowania. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dostępne są także na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
 8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w rozdz. IX pkt 2 SIWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).
 9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem *Formularza do komunikacji* jako załączniki.
 10. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: zamowienia.publiczne@iml.biz.pl
 11. Korespondencja z Wykonawcą odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie Wykonawcy.
 12. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w:
 - a. Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. – w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1320 ze zm.)oraz
 - b. Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. – w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).
 13. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 14. Korespondencja w postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka korespondencja w języku obcym winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.
 15. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak **nie później niż na 6 dni** przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 16. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 12 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 17. Treść wszystkich zapytań i udzielonych odpowiedzi, Zamawiający przekaże (bez ujawniania źródła zapytania) wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ. Ponadto Zamawiający zamieści treść pytań i odpowiedzi na stronie internetowej, na której SIWZ jest udostępniona. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
 18. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. Ponadto Zamawiający zamieści zmianę SIWZ na stronie internetowej, na której SIWZ jest udostępniona. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się częścią SIWZ. Wszelkie zmiany wprowadzone do SIWZ przez Zamawiającego będą obowiązywały zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcę. Natomiast zmiany wprowadzone na własną rękę przez Wykonawcę skutkować będą odrzuceniem oferty.
 19. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny czas na wprowadzanie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści tę informację na stronie internetowej, na której SIWZ jest udostępniona.

20. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 15.
21. Zamawiający informuje, że nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
22. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Anna Piechota Dział Zamówień Publicznych, tel. 42 307 09 97, e-mail: zamowienia.publiczne@iml.biz.pl.pl
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakiegokolwiek inny kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt osobisty w swojej siedzibie.

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Wadium na całość przedmiotu zamówienia wynosi **15 657,82 zł**, słownie: piętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych 82/100. Łączna kwota wadium jest sumą kwot wadium na poszczególne części:

Nr części	Kwota wadium dla poszczególnych części postępowania [zł]	Kwota wadium dla poszczególnych części - słownie:
Część 1	4 444,46 zł	Cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery złote 46/100
Część 2	1 200,00 zł	Tysiąc dwieście złotych 00/100
Część 3	2 962,96 zł	Dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 96/100
Część 4	7 050,40 zł	Siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych 40/100
RAZEM	15 657,82 zł	Piętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych 82/100

2. **Wadium należy przed upływem terminu składania ofert.**
3. Wadium może być wniesione w:
 - 1) pieniądzu;
 - 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto nr: **74 1240 3073 1111 0010 5905 3755** z dopiskiem na przelewie: „**Wadium – postępowanie 6/ZP/PN/19**”.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VII. pkt. 4 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert).
7. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zostać złożone w oryginale oraz obejmować cały okres wiązania ofertą. Oznacza to, że skuteczne wniesienie wadium w ww. formie wymaga złożenia dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej zaopatrzonego w kwalifikowany podpis elektroniczny **GWARANTA**, tj. wystawcę gwarancji / poręczenia. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt. 3 (z wyłączeniem formy pieniężnej) należy złożyć poprzez załączenie pliku do oferty.
8. Z treści gwarancji / poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.
9. Oferta wykonawcy, który nie wnieśli wadium lub wnieśli w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
10. W przypadku przesunięcia terminu składania ofert należy uwzględnić nowy termin ważności wadium.

W przypadku przedłużenia terminu związania ofertą należy przedłużyć okres ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe należy wnieść nowe wadium na przedłużony okres związania ofertą.

11. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadek oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, w ofercie należy podać nazwę, adres banku oraz numer konta, na jakie zamawiający dokona zwrotu wadium. Jeżeli wykonawca złoży ofertę w kilku częściach, a jako dowód wniesienia wadium zostanie złożona jedna gwarancja (lub poręczenie) obejmująca kilka części, to Zamawiający zwróci wadium dopiero wówczas, gdy przesłanki do jego zwrotu zostaną spełnione we wszystkich tych częściach.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **60 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. – dalej: ustawa PZP), aktach wykonawczych do ustawy oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ).
2. **Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą w formie elektronicznej w niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert:**
 - a) Wypełniony **Formularz ofertowy** – załącznik nr 2 do SIWZ.
 - b) Wypełniony **Formularz asortymentowy** (w częściach, na które Wykonawca składa ofertę) – według wzorów stanowiących załączniki od nr 1.1. do nr 1.4.20 do SIWZ.
 - c) **Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium.**
 - d) Pełnomocnictwo (*jeżeli jest wymagane*).
 - e) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę (*jeśli dotyczy*).
 - f) **Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – aktualne na dzień składania ofert – załącznik nr 3 do SIWZ** (elektroniczny wzór dokumentu JEDZ, sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE). Informacje zawarte ww. oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 - e.1) W przypadku **wspólnego ubiegania się o zamówienie** przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
 - e.2) Wykonawca, który powołuje się na **zasoby innych podmiotów**, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IX. 2.e). niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.
 - e.3) Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. IX. 2.e). niniejszej SIWZ.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
4. **Wykonawca składa ofertę WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.** Klucz publiczny niezbędny do

zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu i na stronie internetowej Zamawiającego. Do formularza do składania ofert można załączyć tylko jeden załącznik o maksymalnym rozmiarze 150MB. W celu załączenia większej ilości dokumentów w jednym załączniku należy podpisać je (każdy osobno) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, skompresować i zapisać te pliki w formacie ZIP i dopiero zaszyfrować Aplikacją do szyfrowania, a następnie załączyć do formularza do składania ofert.

5. W formularzu oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres poczty elektronicznej, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę.
7. W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca składa ofertę pod rygorem nieważności w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych „.doc”, „.docx” lub „.pdf” oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania został opisany w „Regulaminie korzystania z miniPortalu”. Wykonawcy zobowiązani są do postępowania zgodnie z „Regulaminem miniPortalu”.
8. Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być złożone w formie **oryginałów** w postaci dokumentów elektronicznych lub poświadczonych elektronicznie przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
9. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy dołączonych do SIWZ oraz, aby załączone pliki zawierały nazwę identyfikującą dany dokument, tytuł postępowania oraz oznaczenie Wykonawcy.
10. Do oferty należy dołączyć **JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA (załącznik nr 3) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym**, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
11. **DOKUMENTY** tworzące ofertę muszą być **PODPISANE** przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy **KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM**. Upoważnienie do podpisania oferty powinno wynikać z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). Jeżeli ofertę podpisuje inna osoba, to należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby do podpisania oferty.
12. **PEŁNOMOCNICTWO** do składania ofert składane jest w **ORYGINALE** opatrzone **KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM** osób/osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub w przypadku kopii pełnomocnictwa wymaga się pozyskania notarialnego uwierzytelnienia odpisu pełnomocnictwa opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza, zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz.U. 1991 nr 22 poz. 91 ze zm.). Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
13. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oferta musi być podpisana, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest kilka osób to dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wszystkie osoby.
14. Oświadczenia lub dokumenty, o których jest mowa w rozdziale V, V.b i V.c SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 10 **składane są w oryginale lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.**
15. **POŚWIADCZENIA ZA ZGODNOŚĆ** z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu, o której mowa w ust. 14, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
16. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej elektronicznej kopii dokumentów lub oświadczeń określonych w SIWZ, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
17. Dokumenty lub oświadczenia składane wraz z ofertą jak i na żądanie Zamawiającego w językach obcych mają być złożone z **tłumaczeniem** na język polski. Tłumaczenie może zostać złożone zarówno w formie oryginału jak i elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie

z zasadami opisanymi w niniejszym rozdziale SIWZ.

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów, zgodnie z § 16 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z zm.).
19. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio poufności informacji, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
20. Wykonawca może wprowadzić **zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty** pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. za pomocą formularza zmiany dostępnego poprzez konto ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany oferty opisany został w instrukcji użytkownika dostępnej na mini Portalu oraz w Regulaminie ePUAP. Formularze oznaczone jako „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
21. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert **wycofać** się z postępowania poprzez złożenie powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek tj. za pomocą formularza wycofania oferty dostępnego poprzez konto ePUAP i udostępnionego również przez miniPortal. Sposób zmiany oferty opisany został w instrukcji użytkownika dostępnej na mini Portalu oraz w Regulaminie ePUAP. Formularze oznaczone jako „WYCOFANIE OFERTY” będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Wycofanie oferty należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferty wycofywane nie będą otwierane.
22. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **19.04.2019 r. do godz. 10:00 na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP /IML_Lodz/SkrytkaESP**
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty.
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
4. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego - Łódź, al. Piłsudskiego 12, Dział Zamówień Publicznych w dniu: **19.04.2019 r. o godz. 11:00.**
5. W przypadku złożenia oferty po upływie terminu określonego w pkt.1, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu przewidzianego na złożenie odwołania. W przypadku przesłania oferty decyduje dzień i godzina doręczenia.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto.
4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia –

- poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
 6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

dla części 1, 2 i 3:	„łączna cena ofertowa brutto”(C), „Gwarancja” (G) oraz „Parametry techniczne” (P)
dla części 4:	„łączna cena ofertowa brutto”(C) oraz „Gwarancja” (G)

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

w zakresie części 1, 2 i 3:

Kryterium	Waga [%]	Liczba punktów	Sposób oceny kryterium
łączna cena ofertowa brutto	90%	90	$C = \frac{\text{Cena najtańszej oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 90 \text{ pkt}$
Okres gwarancji	5%	5	Zamawiający będzie oceniał zaoferowany przez Wykonawcę termin gwarancji (G). Wykonawca otrzyma 5 pkt – w przypadku zaoferowania terminu 36 miesięcznej gwarancji. Wykonawca otrzyma 0 pkt – w przypadku zaoferowania terminu 24 miesięcznej gwarancji.
Parametry techniczne	5%	5	$P = (\text{Liczba punktów za ocenę parametrów technicznych w badanej ofercie} / \text{Maksymalna liczba punktów za ocenę parametrów technicznych spośród badanych ofert}) \times 5 \text{ pkt}$
RAZEM	100%	100	

w zakresie części 4:

Kryterium	Waga [%]	Liczba punktów	Sposób oceny kryterium
łączna cena ofertowa brutto	90%	90	$C = \frac{\text{Cena najtańszej oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 90 \text{ pkt}$
Okres gwarancji	10%	10	Zamawiający będzie oceniał zaoferowany przez Wykonawcę termin gwarancji (G). Wykonawca otrzyma 10 pkt – w przypadku zaoferowania terminu 36 miesięcznej gwarancji. Wykonawca otrzyma 0 pkt – w przypadku zaoferowania terminu 24 miesięcznej gwarancji.
RAZEM	100%	100	

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

dla części 1, 2 i 3:	$L = C + G + P$
dla części 4:	$L = C + G$

4. Ocena punktowa w kryterium „łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według sposobu (wzoru) opisanego w tabeli powyżej.
5. Ocena punktowa w kryterium „Gwarancja” dokonana zostanie na podstawie złożonego przez wykonawcę

- Załącznika nr 2 (Formularz ofertowy). W przypadku, jeśli Wykonawca nie poda w formularzu ofertowym w pkt. III ust. 1) w kryterium oceny ofert „Gwarancja” oferowanego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje 24 miesięczny okres gwarancji.
6. Ocena punktowa w kryterium „Parametry techniczne” dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę Załącznika od nr 1.1. do nr 1.4.20 do SIWZ.
 7. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
 9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).
 10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. W przypadku spółek cywilnych Zamawiający żąda przedłożenia umowy spółki.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
6. Wykonawca powinien złożyć w dniu dostawy (przy odbiorze):
 - a. dla wyrobów medycznych powyżej klasy I: Certyfikat CE, tj. certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną biorącą udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego, zgodnie z aktualną ustawą o wyrobach medycznych, na zaoferowany sprzęt medyczny;
 - b. deklarację zgodności wystawioną przez producenta dla wyrobów medycznych;
 - c. wniosek o przeniesienie do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych lub zgłoszenie wyrobu lub powiadomienie o wprowadzeniu wyrobu do obrotu – dla wyrobów medycznych;
 - d. inne dokumenty wymienione w formularzu asortymentowym (dotyczy wszystkich części);
 - e. atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dla mebli ze stali nierdzewnej, jako gotowego wyrobu dopuszczający ich stosowanie w placówkach medycznych (dotyczy mebli).

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wzór umowy, która zostanie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 - a. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
 - b. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
11. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
12. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie 16 internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
13. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
14. Uczestnikami postępowania odwoławczego stają się Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania

- odwoławczego w ciągu 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania i posiadają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
15. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
 16. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
 17. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby. Odpis skargi przesyła się jednocześnie przeciwnikowi skargi.
 18. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

XVII. INNE POSTANOWIENIA

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
3. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Prawa Zamówień Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

XVIII. KLAUZULA INFORMACYJNA INWESTYCJI MEDYCZNYCH ŁÓDZKIEGO SP. Z O.O. W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.** z siedzibą przy al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź (nr tel. 42 206 88 60, adres e-mail: iml@iml.biz.pl);
- Z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym w Spółce IMŁ Sp. z o.o. można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: daneosobowe@iml.biz.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres niezbędny do archiwizacji dokumentacji;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**** Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawne uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki SIWZ:

- Załącznik nr 1.1 - Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowy „Mikroskop okulistyczny”
- Załącznik nr 1.2 - Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowy „Negatoskop cyfrowy”
- Załącznik nr 1.3.1 - Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowy „Diatermia chirurgiczna klasyczna”
- Załącznik nr 1.3.2 - Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowy „Diatermia chirurgiczna laparoskopowa”
- Załącznik nr 1.4.1 - Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowy „Podest operacyjny dwustopniowy”
- Załącznik nr 1.4.2 - Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowy „Podest operacyjny jednostopniowy”
- Załącznik nr 1.4.3 - Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowy „Stojak medyczny z regulacją wysokości z listwą zasilającą i półką”
- Załącznik nr 1.4.4 - Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowy „Stojak medyczny z regulacją wysokości z listwą zasilającą”
- Załącznik nr 1.4.5 - Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowy „Stojak medyczny z regulacją wysokości”
- Załącznik nr 1.4.6 - Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowy „Stojak z misą podgrzewaną 6L”
- Załącznik nr 1.4.7 - Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowy „Stolik instrumentalny (typu Mayo)”
- Załącznik nr 1.4.8 - Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowy „Stolik mobilny na instrumenty z blatami zagłębionymi i uchwytem do prowadzenia”
- Załącznik nr 1.4.9 - Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowy „Stolik opatrunkowy”
- Załącznik nr 1.4.10 - Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowy „Stolik transportowy mobilny na instrumenty”
- Załącznik nr 1.4.11 - Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowy „Stolik z szufladą”
- Załącznik nr 1.4.12 - Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowy „Stolik mobilny na instrumenty jednobladowy”
- Załącznik nr 1.4.13 - Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowy „Szafa medyczna zabudowana – na 1500 mm”
- Załącznik nr 1.4.14 - Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowy „Szafa medyczna zabudowana – na 2200 mm”
- Załącznik nr 1.4.15 - Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowy „Taboret z podporą pod nogi i oparciem”
- Załącznik nr 1.4.16 - Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowy „Taboret”
- Załącznik nr 1.4.17 - Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowy „Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej – dwusekcyjny”
- Załącznik nr 1.4.18 - Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowy „Wózek na odpady lub brudną bieliznę podwójny pojemność worka 60L”
- Załącznik nr 1.4.19 - Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowy „Wózek na odpady lub brudną bieliznę podwójny pojemność worka 100L”
- Załącznik nr 1.4.20 - Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowy „Wózek reanimacyjny z 4 szufladami”
- Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
- Załącznik nr 3 - Oświadczenie JEDZ
- Załącznik nr 4 - Wzór umowy
- Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
- Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych dostaw

MIKROSKOP OKULISTYCZNY – 1 SZT.**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI**

Lp.	PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY	Spełnienie warunku	Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ
1.	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy	Podać	
2.	Producent	Podać	
3.	Kraj pochodzenia	Podać	
4.	Rok produkcji min. 2018	Podać	
I. Parametry			
1.	Zasilanie 230 V AC, 50 Hz	Tak	
2.	Mikroskop okulistyczny przeznaczony do przeprowadzania zabiegów na przednim i tylnym odcinku oka.	Tak	
3.	Statyw jezdny ze sprzęgłami elektromagnetycznymi oraz hamulcem podstawy jezdnej	Tak	
4.	Szeroka baza stereoskopii 25mm zapewniający doskonałe widzenie przestrzenne i głębię ostrości	Tak	
5.	Pochylenie głowicy mikroskopu zgrubne w zakresie od min.-50 do +70 stopni. <i>Wartość wymagana = 0 pkt.</i> <i>Wartość wyższa niż wymagana = 1 pkt.</i>	Tak, podać	
6.	Pochylenie precyzyjne przez przekładnię w zakresie od -10 do +10 stopni	Tak	
7.	Nasadka okularowa operatora o regulowanym pochyleniu w szerokim zakresie regulacji min. 120 stopni. <i>Wartość wymagana = 0 pkt</i> <i>Wartość wyższa niż wymagana = 1 pkt</i>	Tak, podać	
8.	Okulary szerokokątne operatora z regulacją korekcji sferycznej w zakresie od min. +5D do -5D. <i>Wartość wymagana = 0 pkt</i> <i>Wartość wyższa niż wymagana = 1 pkt</i>	Tak, podać	
9.	Zwarta budowa umożliwiająca łatwą dezynfekcję i mycie.	Tak	
10.	Oświetlenie prowadzone światłowodem, ciągła regulacja jasności z przycisku nożnego i z panelu sterującego.	Tak	
11.	Oświetlenie LED moc oświetlacza min. 50 W, system włączanych filtrów imitujących światło halogenowe.	Tak	
12.	Układ XY z regulacją szybkości i centrowaniem w zakresie min. 60 mm.	Tak	
13.	Przewodowy lub bezprzewodowy pedał nożny umożliwiający sterowanie funkcjami powiększenia, włączania i wyłączania oświetlenia, ogniskowania, natężenia światła, sterowania funkcją XY, ogniskowania systemu do obrazowania zabiegów witreoretinalnych, nagrywanie obrazów.	Tak	
14.	Apochromatyczna optyka układu optycznego.	Tak	
15.	Elektromotoryczne płynnie sterowane powiększenie w zakresie min. 1:6 (zoom).	Tak	

Lp.	PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY	Spełnienie warunku	Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ
16.	Elektromotoryczna płynna regulacja ostrości (fokus) z centrowaniem oraz regulacją szybkości działania.	Tak	
17.	Automatyczne zablokowanie ruchu głowicy w pionie w przypadku braku jej wyważenia dla bezpieczeństwa pacjenta i operatora.	Tak	
18.	Ogniskowa obiektywu - 200 mm	Tak, podać	
19.	Oświetlenie koaxialne z minimum 2 wiązkami optycznymi i ciągłą regulacją kąta oświetlenia	Tak	
20.	Przysłona lub filtr ochraniający plamkę	Tak	
21.	Stereoskopowy mikroskop asystenta współosiowy z regulacją ustawienia w trzech osiach	Tak	
22.	Filtr ochronny UV i IR	Tak	
23.	Uchwyty boczne mikroskopu do łatwego manewrowania głowicą z przyciskami wyzwalającymi zaprogramowane funkcje	Tak	
24.	Gumowe nakładki na pokrętła sterujące pozwalające na ich sterylizację w autoklawie w ilości min. 5 kompletów. <i>Wartość wymagana = 0 pkt</i> <i>Wartość wyższa niż wymagana = 1 pkt</i>	Tak, podać	
25.	Możliwość rozbudowy mikroskopu do zabiegów witrektomii	Tak	
26.	Możliwość podłączenia toru wizyjnego	Tak	
27.	Możliwość podłączenia systemu archiwizacji danych w tym obrazów i sekwencji filmowych	Tak	
II. Gwarancja –serwis gwarancyjny – serwis pogwarancyjny			
1.	Okres gwarancji min.24 miesiące	Tak/Podać	
2.	Wykonawca będzie bez odrębnej płatności sprawował autoryzowany serwis gwarancyjny w okresie trwania gwarancji	Tak	
3.	Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji zalecany przez producenta min. jeden raz w ciągu 12 miesięcy	Tak	
4.	Mikroskop zastępczy w tej samej klasie i o tych samych lub wyższych parametrach na czas naprawy gwarancyjnej w przypadku nie dokonania naprawy w terminie 3 dni	Tak	
5.	Wykonawca zabezpieczy autoryzowany serwis pogwarancyjny na terenie Polski przez okres min. 8 lat: nazwa serwisu, adres, nr telefonu	Tak	
6.	W razie potrzeby wykonania naprawy okresie gwarancji transport sprzętu odbywa się na koszt Wykonawcy	Tak	

Lp.	PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY	Spełnienie warunku	Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ
7.	Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów	Tak	
8.	Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności	Tak	
III. Szkolenie			
1.	Przeszkolenie personelu medycznego z zakresu obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania mikroskopu okulistycznego	Tak	
2.	Instrukcja obsługi w języku polskim	Tak	

Uwaga:

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

NEGATOSKOP CYFROWY – 2 SZT.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

Lp.	PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY	Spełnienie warunku	Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ
1	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy	Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Rok produkcji 2019	Podać	
I. Parametry			
5	Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz.	Tak	
6	Urządzenie przeznaczone do pracy w warunkach sali operacyjnej.	Tak	
7	Negatoskop wykonany do zawieszenia na ścianie	Tak	
8	Obudowa wysokogatunkowa blacha gwarantująca łatwość dezynfekcji	Tak	
9	Szyba z wielokrotną redukcją niepożądanych refleksów świetlnych	Tak	
10	Klawiatura składana, podfoliowa z powłoką antybakteryjną z touchpad'em, przewody zabudowane niewidoczne	Tak	
11	Stacja DVD+/-RW LightScribe	Tak	
12	Monitor chroniony szybą z antyrefleksem, z wielokrotną redukcją niepożądanych refleksów świetlnych	Tak	
13	Dwa gniazda USB 2.0 lub 3.0 zabezpieczone przed zalaniem	Tak	
14	Gniazdo sieciowe LAN 10/100/1000GB zabezpieczone przed zalaniem	Tak	
15	System operacyjny Windows 7 lub równoważny system operacyjny	Tak, podać:	
16	Procesor Intel min. i3 3,40 GHz lub równoważny lub wyższy	Tak, podać:	
17	Płyta Główna Intel - Pamięć RAM 4 GB z możliwością rozbudowy do 16 GB lub równoważna lub wyższa	Tak, podać:	
18	Dysk twarde HDD min. 500 GB. Dysk twarde HDD ≥1TB – 1 pkt	Tak, podać:	
19	Karta graficzna – profesjonalna karta graficzna zapewniająca wysoką dokładnością odwzorowania obrazu	Tak, podać:	
20	Kolorowy medyczny monitor referencyjny z funkcją kalibracji zgodnie z DICOM Part 14	Tak	
21	Przekątna monitora min. 47cali	Tak	
22	Rozdzielczość monitora 1920x1080 – 2Mpix	Tak	
23	Jasność monitora min. 700 cd/m ²	Tak, podać:	
24	Kontrast monitora min. 1000:1	Tak, podać:	
25	Kąty widzenia monitora poziom/pion - 178°/178°	Tak, podać:	
II. Gwarancja –serwis gwarancyjny – serwis pogwarancyjny			
26	Okres gwarancji min.24 miesiące	Tak, podać:	

Lp.	PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY	Spełnienie warunku	Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ
27	Wykonawca będzie bez odrębnej płatności sprawował autoryzowany serwis gwarancyjny w okresie trwania gwarancji	Tak	
28	Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji zalecany przez producenta min. jeden raz w ciągu 12 miesięcy	Tak	
29	Negatoskop cyfrowy zastępczy w tej samej klasie i o tych samych lub wyższych parametrach na czas naprawy gwarancyjnej w przypadku nie dokonania naprawy w terminie 3 dni	Tak	
30	Wykonawca zabezpieczy autoryzowany serwis pogwarancyjny na terenie Polski przez okres min. 8 lat: nazwa serwisu, adres, nr telefonu	Tak	
31	W razie potrzeby wykonania naprawy okresie gwarancji transport sprzętu odbywa się na koszt Wykonawcy	Tak	
32	Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności	Tak/ podać wykaz podmiotów wraz z adresami	
33	Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów	Tak/ podać wykaz dostawców wraz z adresami	
III. Szkolenie			
34	Nieodpłatne szkolenie personelu w miejscu użytkowania aparatu w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę oraz efektywne wykorzystanie urządzenia.	Tak	
35	Instrukcja obsługi w języku polskim	Tak	

Uwaga:

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

DIATERMIA CHIRURGICZNA KLASYCZNA – 1 SZT.**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI**

Lp.	PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY	Spełnienie warunku	Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ
1.	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy	Podać	
2.	Producent	Podać	
3.	Kraj pochodzenia	Podać	
4.	Rok produkcji 2019	Podać	
I. Parametry			
1.	Diatermia chirurgiczna umożliwiająca pracę mono i bipolarną z systemem zamykania naczyń do śr. 7 mm oraz resekcją bipolarną w roztworze soli fizjologicznej. Diatermia z technologią wykrywania oporności tkanki sterującą wszystkimi trybami oraz efektami.	Tak	
2.	Trzy tryby monopolarne: cięcie, koagulacja i zaawansowany tryb monopolarny, aktywowane z jednego urządzenia za pomocą oddzielnych włączników/przycisków.	Tak	
3.	Cięcie monopolarne czyste regulowane w zakresie co najmniej do 300 W, regulacja: – z krokiem +/- 1 W do 40 W, – z krokiem +/- 5 W od 40 W do 100 W oraz – z krokiem +/- 10 W od 100 W do 300 W.	Tak, podać	
4.	Cięcie monopolarne mieszane regulowane w zakresie co najmniej do 200 W, regulacja: – z krokiem +/- 1 W do 40 W, – z krokiem +/- 5 W od 40 W do 100 W oraz – z krokiem +/- 10 W od 100 W do 200 W.	Tak, podać	
5.	Zaawansowany tryb monopolarny łączący uzyskanie hemostazy i dyssekcji, zwolnienie pracy pozwala na uzyskanie lepszej hemostazy, natomiast przyspieszenie – na szybszą dyssekcję. Regulacja w zakresie do 200 W.	Tak, podać	
6.	Koagulacja monopolarna regulowana w zakresie do min. 120 W: – z krokiem +/- 1 W do 40 W, – z krokiem +/- 5 W od 40 W do 100 W oraz – z krokiem +/- 10 W od 100 W do 120 W	Tak, podać	
7.	Koagulacja bipolarna regulowana w zakresie do 95 W, regulacja: – z krokiem +/- 1 W do 40 W oraz – z krokiem +/- 5 W od 40 W do 95 W.	Tak, podać	
8.	Możliwość wyboru rodzaju koagulacji monopolarnej między łagodną, koagulacją bezkontaktową, koagulacją natryskową.	Tak	
9.	Możliwość podłączenia dwóch narzędzi monopolarnych i jednoczesowego użycia w trybie koagulacji.	Tak	
10.	Koagulacja bipolarna dostępna w trybie niskim, średnim, wysokim.	Tak	

Lp.	PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY	Spełnienie warunku	Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ
11.	Funkcja auto-start dla koagulacji bipolarnej z regulowanym czasem opóźnienia z krokiem +/- 0,5 s. W przypadku wzrostu impedancji tkanki podczas aktywacji powyżej 4000 Ω , dostarczanie energii zostanie dezaktywowane (auto-stop).	Tak	
12	Wirtualny amperomierz w sekcji bipolarnej wyświetlający prąd dostarczany podczas aktywacji narzędzia bipolarnego. Amperomierz rejestruje prąd z zakresu od 1 do 1000 mA. Wzrosty i spadki dostarczanego prądu są sygnalizowane przy pomocy sygnałów dźwiękowych.	Tak	
13.	Funkcja do bipolarnego zamykania dużych naczyń oraz naczyń limfatycznych o śr. do 7 mm włącznie z mocą do min. 350W, system dostarcza precyzyjną ilość energii umożliwiającą całkowite i trwałe zespolenie tkanek i światła naczyń.	Tak	
14.	Rodzaj i liczba niezależnie działających gniazd wyjściowych: – bipolarne – min. 1 szt., – monopolarne – min. 2 szt., – do zamykania naczyń/resekcji bipolarnej – min. 1 szt., – neutralne – 1 szt.	Tak	
15.	Diatermia przystosowana do wykonywania zabiegów w płynach w technice bipolarnej (w soli fizjologicznej). Ustawienia efektu chirurgicznego mogą być regulowane w zakresie od 1 do 6.	Tak	
16.	Aparat wyposażony w system monitorowania jakości styku elektrycznego między elektrodą neutralną, a pacjentem. System ma za zadanie zminimalizować ryzyko wystąpienia oparzeń w miejscu przyłożenia elektrody neutralnej	Tak	
17.	Czytelna informacja o aktualnym stanie połączenia elektrody ze skórą pacjenta (wizualna – w postaci np. linijki lub zmieniającej kolor ikony elektrody neutralnej)	Tak	
18.	Ekran dotykowy LCD min. 7 cali	Tak	
19.	Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia: komunikaty i opisy nieprawidłowości w języku polskim, kody serwisowe, pamięć kodów.	Tak	
20.	Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla trybów alarmowych.	Tak	
21.	Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla różnych trybów pracy z możliwością swobodnej regulacji głośności (nie dotyczy dźwięków alarmowych).	Tak	
22.	Gniazda przyłączeniowe automatycznie rozpoznające podłączone narzędzie.	Tak	
23	Możliwość ustawiania mocy zaawansowanego trybu monopolarnego ze sterylnej pola.	Tak	
24	Możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania w urządzeniu przez użytkownika (update)	Tak	
II. Wyposażenie diatermii chirurgicznej			

Lp.	PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY	Spełnienie warunku	Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ
25.	Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, długość 18 cm, trzon obracany o 180 stopni, szczęki zakrzywione pod kątem 14 stopni, elektrody szczęk pokryte nanopowłoką minimalizującą przywieranie tkanek, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne z generatorem Ligasure.	1 opakowanie (opakowanie zawiera 6 szt.)	Tak
26.	Przewód do pincety bipolarnej, złącze dwubolcowe kompatybilne z generatorem Valleylab, długość przewodu 4,5 m, wtyk odlewany, sterylizacja parowa i gazowa, wielorazowego użytku, pasuje do penset z wtykami płaskimi	1 szt.	Tak
27.	Elektroda kulkowa o średnicy 5,6 mm ze stali nierdzewnej, wielorazowego użytku o długości 5,1 cm, średnica trzonka 2,4 mm.	3 szt.	Tak
28.	Elektroda igłowa, delikatna, ze stali nierdzewnej, wielorazowego użytku, długość całkowita 6,6 cm, długość robocza 2,54 cm, średnica trzonka 2,4 mm.	2 szt.	Tak
29.	Uchwyt monopolarny wielorazowy z: - elektrodą nożową, - dwoma przyciskami cięcia i koagulacja, - przełącznikiem kotłuskowym, - przewodem o dł. 4,6 m, - złączem trójbolcowym kompatybilnym z generatorem Valleylab, - elektrodami z typowym trzonkiem 2,4 mm, minimum 50 cykli sterylizacji – 10 szt.		Tak
30.	Przewód elektrody powrotnej pacjenta z klipsem o szerokości styku 4 cm, długość przewodu 4,6 m, kompatybilny z generatorem Valleylab.	2 szt.	Tak
31.	Elektroda powrotna dla pacjentów o masie powyżej 13,6 kg z klejem elektroprzewodzącym oraz dzielonym stykiem szerokości 4 cm, wyposażona w system kontroli jakości styku kompatybilny z zaferowanym generatorem oraz żelem zapewniającym prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta, powierzchnia min. 150 cm ²	1 opakowanie (opakowanie zawiera 50 szt.)	Tak
32.	Dwuprzyciskowy włącznik monopolarny kompatybilny z generatorem Valleylab.	1 szt.	Tak
33.	Jednoprzyciskowy włącznik nożny bipolarny kompatybilny z generatorem Valleylab.	1 szt.	Tak
34.	Elektroda kulkowa ze stali nierdzewnej, całkowita długość: 5,33 cm, długość robocza: 1 cm, średnica 3,2 mm.	2 szt.	Tak
35.	Jednorazowa elektroda monopolarana, pętla wolframowa, 20 mm × 15 mm, długość trzonu 13 cm, średnica trzonka 2,4 mm, opakowanie zbiorcze 10 szt.	1 opakowanie (opakowanie zawiera 10 szt.)	Tak
36.	Pinceta bipolarna, całkowita długość: 16,5 cm, prosta, końcówka: 1 mm.	1 szt.	Tak

Lp.	PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY	Spełnienie warunku	Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAC
III. Warunki gwarancji i serwisu			
37.	Okres gwarancji min.24 miesiące	Tak, podać	
38.	Wykonawca będzie bez odrębnej płatności sprawował autoryzowany serwis gwarancyjny w okresie trwania gwarancji	Tak, podać	
39.	Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji zalecany przez producenta min. jeden raz w ciągu 12 miesięcy	Tak	
40.	Diatermia chirurgiczna zastępcza w tej samej klasie i o tych samych lub wyższych parametrach na czas naprawy gwarancyjnej w przypadku nie dokonania naprawy w terminie 3 dni	Tak	
41.	Wykonawca zabezpieczy autoryzowany serwis pogwarancyjny na terenie Polski przez okres min. 8 lat: nazwa serwisu, adres, nr telefonu	Tak, podać	
42.	W razie potrzeby wykonania naprawy okresie gwarancji transport sprzętu odbywa się na koszt Wykonawcy	Tak	
43.	Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów	Tak, podać	
44.	Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności	Tak, podać	
IV. Szkolenie			
45.	Przeszkolenie personelu medycznego z zakresu obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania diatermii chirurgicznej	Tak	
46.	Instrukcja obsługi w języku polskim	Tak	

Uwaga:

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie

DIATERMIA CHIRURGICZNA LAPAROSKOPOWA – 1 SZT.**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI**

Lp.	PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY	Spełnienie warunku	Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ
1.	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy	Podać	
2.	Producent	Podać	
3.	Kraj pochodzenia	Podać	
4.	Rok produkcji 2019	Podać	
I. Parametry			
1.	Diatermia chirurgiczna umożliwiająca pracę mono i bipolarną z systemem zamykania naczyń do śr. 7mm oraz resekcją bipolarną w roztworze soli fizjologicznej. Diatermia z technologią wykrywania oporności tkanki sterującą wszystkimi trybami oraz efektami.	Tak	
2.	Trzy tryby monopolarne: cięcie, koagulacja i zaawansowany tryb monopolarny, aktywowane z jednego urządzenia za pomocą oddzielnych włączników/przycisków.	Tak	
3.	Cięcie monopolarne czyste regulowane w zakresie co najmniej do 300 W, regulacja: – z krokiem +/- 1 W do 40 W, – z krokiem +/- 5 W od 40 W do 100 W oraz – z krokiem +/- 10 W od 100 W do 300 W.	Tak, podać	
4.	Cięcie monopolarne mieszane regulowane w zakresie co najmniej do 200 W, regulacja: – z krokiem +/- 1 W do 40 W, – z krokiem +/- 5 W od 40 W do 100 W oraz – z krokiem +/- 10 W od 100 W do 200 W.	Tak, podać	
5.	Zaawansowany tryb monopolarny łączący uzyskanie hemostazy i dyssekcji, zwolnienie pracy pozwala na uzyskanie lepszej hemostazy, natomiast przyspieszenie – na szybszą dyssekcję. Regulacja w zakresie do 200 W.	Tak, podać	
6.	Koagulacja monopolarna regulowana w zakresie do min. 120 W: – z krokiem +/- 1 W do 40 W, – z krokiem +/- 5 W od 40 W do 100W oraz – z krokiem +/- 10 W od 100 W do 120 W	Tak, podać	
7.	Koagulacja bipolarna regulowana w zakresie do 95 W: – z krokiem +/- 1 W do 40 W oraz – z krokiem +/- 5 W od 40 W do 95 W.	Tak, podać	
8.	Możliwość wyboru rodzaju koagulacji monopolarnej między łagodną, koagulacją bezkontaktową, koagulacją natryskową	Tak	
9.	Możliwość podłączenia dwóch narzędzi monopolarnych i jednoczesowego użycia w trybie koagulacji.	Tak	
10.	Koagulacja bipolarna dostępna w trybie niskim, średnim, wysokim.	Tak	

Lp.	PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY	Spełnienie warunku	Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ
11.	Funkcja auto-start dla koagulacji bipolarnej z regulowanym czasem opóźnienia z krokiem +/- 0,5s. W przypadku wzrostu impedancji tkanki podczas aktywacji powyżej 4000 Ω , dostarczanie energii zostanie dezaktywowane (auto-stop).	Tak	
12	Wirtualny amperomierz w sekcji bipolarnej wyświetlający prąd dostarczany podczas aktywacji narzędzia bipolarnego. Amperomierz rejestruje prąd z zakresu od 1 do 1000 mA. Wzrosty i spadki dostarczanego prądu są sygnalizowane przy pomocy sygnałów dźwiękowych.	Tak	
13.	Funkcja do bipolarnego zamykania dużych naczyń oraz naczyń limfatycznych o śr. do 7mm włącznie z mocą do min. 350W, system dostarcza precyzyjną ilość energii umożliwiającą całkowite i trwałe zespolenie tkanek i światła naczyń.	Tak	
14.	Rodzaj i liczba niezależnie działających gniazd wyjściowych: - bipolarne – min. 1 szt., - monopolarne – min. 2 szt., - do zamykania naczyń/resekcji bipolarnej – min. 1 szt., - neutralne – 1 szt.	Tak	
15.	Diatermia przystosowana do wykonywania zabiegów w płynach w technice bipolarnej (w soli fizjologicznej). Ustawienia efektu chirurgicznego mogą być regulowane w zakresie od 1 do 6.	Tak	
16.	Aparat wyposażony w system monitorowania jakości styku elektrycznego między elektrodą neutralną, a pacjentem. System ma za zadanie zminimalizować ryzyko wystąpienia oparzeń w miejscu przyłożenia elektrody neutralnej.	Tak	
17.	Czytelna informacja o aktualnym stanie połączenia elektrody ze skórą pacjenta (wizualna – w postaci np. linijki lub zmieniającej kolor ikony elektrody neutralnej).	Tak	
18.	Ekran dotykowy LCD min. 7 cali.	Tak, podać	
19.	Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia: komunikaty i opisy nieprawidłowości w języku polskim, kody serwisowe, pamięć kodów.	Tak	
20.	Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla trybów alarmowych.	Tak	
21.	Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla różnych trybów pracy z możliwością swobodnej regulacji głośności (nie dotyczy dźwięków alarmowych).	Tak	
22.	Gniazda przyłączeniowe automatycznie rozpoznające podłączone narzędzie.	Tak	
23	Możliwość ustawiania mocy zaawansowanego trybu monopolarnego ze sterylnej pola.	Tak	
24	Możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania w urządzeniu przez użytkownika (update).	Tak	
II. Wyposażenie diatermii chirurgicznej			

Lp.	PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY	Spełnienie warunku	Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ
25.	Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7mm włącznie, długość 18 cm, trzon obracany o 180 stopni, szczęki zakrzywione pod kątem 14 stopni, elektrody szczęk pokryte nanopowłoką minimalizującą przywieranie tkanek, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne z generatorem Ligasure, opakowanie zbiorcze 6 szt .	1 opakowanie (opakowanie zawiera 6 szt.)	Tak
26.	Przewód do pincety bipolarnej, złącze dwubolcowe kompatybilne z generatorem Valleylab, długość przewodu 4,5 m, wtyk odlewany, sterylizacja parowa i gazowa, wielorazowego użytku, pasuje do penset z wtykami płaskimi.	1 szt.	Tak
27.	Elektroda kulkowa o średnicy 5,6 mm ze stali nierdzewnej, wielorazowego użytku o długości 5,1 cm, średnica trzonka 2,4 mm.	3 szt.	Tak
28.	Elektroda igłowa, delikatna, ze stali nierdzewnej, wielorazowego użytku, długość całkowita 6,6 cm, długość robocza 2,54 cm, średnica trzonka 2,4 mm.	2 szt.	Tak
29.	Uchwyt monopolarny wielorazowy z elektrodą nożową, dwoma przyciskami cięcia i koagulacja, przełącznikiem kołyskowym, przewodem o dł. 4,6 m, złączem trójbolcowym kompatybilnym z generatorem Valleylab oraz elektrodami z typowym trzonkiem 2,4mm, minimum 50 cykli sterylizacji (10 szt.)		Tak
30.	Przewód elektrody powrotnej pacjenta z klipsem o szerokości styku 4 cm, długość przewodu 4,6 m, kompatybilny z generatorem Valleylab.	2 szt.	Tak
31.	Elektroda powrotna dla pacjentów o masie powyżej 13,6kg z klejem elektroprzewodzącym oraz dzielonym stykiem szerokości 4 cm, wyposażona w system kontroli jakości styku kompatybilny z zaoferowanym generatorem oraz żelem zapewniającym prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta, powierzchnia min. 150 cm ² (opakowanie 50 szt.).	1 opakowanie (opakowanie zawiera 50 szt.)	Tak
32.	Dwuprzyciskowy włącznik monopolarny kompatybilny z generatorem Valleylab.	1 szt.	Tak
33.	Jedno przyciskowy włącznik nożny bipolarny kompatybilny z generatorem Valleylab.	1 szt.	Tak
34.	Elektroda kulkowa ze stali nierdzewnej, całkowita długość: 5,33 cm, długość robocza: 1 cm, średnica 3,2 mm.	2 szt.	Tak
35.	Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie, naczyń limfatycznych i pęczków tkankowych, długość 20 cm, średnica trzonu 10 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracany trzonem, kompatybilne z generatorem Ligasure.	5 szt.	Tak

Lp.	PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY	Spełnienie warunku	Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ
36.	Laparoskopowe narzędzie do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie, naczyń limfatycznych i pęczków tkankowych, długość 37 cm, średnica trzonu 5 mm, długość szczęk 19,5 mm, długość cięcia 17,8 mm, elektrody szczęk pokryte nanopowłoką minimalizującą przywieranie tkanek, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracany trzonem, kompatybilny z generatorem Ligasure.	1 opakowanie zbiorcze (opakowanie zawiera 6 szt.)	Tak
37.	Laparoskopowe narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie, naczyń limfatycznych oraz pęczków tkankowych, średnica trzonu 10 mm; długość trzonu 37 cm, obrót 359 stopni, kleszczyki proste, tępe, aktywowane ręczne lub nożne.	5 szt.	Tak
38.	Precyzyjne kleszczyki do uszczelniania i rozdzielania naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie, naczyń limfatycznych oraz pęczków tkankowych, długość szczęk 16,5 mm, długość narzędzia 18,8 cm, kleszczyki zagięte pod kątem 28 stopni, profilowane końcówki do tępej dyssekcji.	6 szt.	Tak
39.	Pinceta bipolarna, całkowita długość: 16,5 cm, proste, końcówka: 1 mm.	1 szt.	Tak
III. Warunki gwarancji i serwisu			
40.	Okres gwarancji min. 24 miesiące	Tak, podać	
41.	Wykonawca będzie bez odrębnej płatności sprawował autoryzowany serwis gwarancyjny w okresie trwania gwarancji	Tak, podać	
42.	Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji zalecany przez producenta min. jeden raz w ciągu 12 miesięcy	Tak	
43.	Diatermia chirurgiczna zastępcza w tej samej klasie i o tych samych lub wyższych parametrach na czas naprawy gwarancyjnej w przypadku nie dokonania naprawy w terminie 3 dni	Tak	
44.	Wykonawca zabezpieczy autoryzowany serwis pogwarancyjny na terenie Polski przez okres min. 8 lat: nazwa serwisu, adres, nr telefonu	Tak, podać	
45.	W razie potrzeby wykonania naprawy okresie gwarancji transport sprzętu odbywa się na koszt Wykonawcy	Tak	
46.	Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów	Tak, podać	

Lp.	PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY	Spełnienie warunku	Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ
47.	Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności	Tak, podać	
IV. Szkolenie			
48.	Przeszkolenie personelu medycznego z zakresu obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania diatermii chirurgicznej	Tak	
49.	Instrukcja obsługi w języku polskim	Tak	

Uwaga:

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie

PODEST OPERACYJNY DWUSTOPNIOWY- 4 SZT**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI**

Lp.	PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY	Spełnienie warunku	Parametry oferowanego urządzenia urządzenia PODAĆ/OPISAĆ
1	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy	Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Rok produkcji 2019	Podać	
I. Opis przedmiotu			
5	Podest wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gatunek OH18N9	Tak	
6	Nóżki z możliwością regulacji	Tak	
7	Błat pokryty materiałem antypoślizgowym	Tak	
8	Wymiary [szerokość x głębokość x wysokość; w mm]: 480 x 650 x 425 [+/- 5] mm	Tak	

PODEST OPERACYJNY JEDNOSTOPNIOWY- 4 SZT
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

Lp.	PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY	Spełnienie warunku	Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ
1	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy	Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Rok produkcji 2019	Podać	
I. Opis przedmiotu			
5	Podest wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gatunek OH18N9	Tak	
6	Nóżki z możliwością regulacji	Tak	
7	Błat pokryty materiałem antypoślizgowym	Tak	
8	Wymiary [szerokość x głębokość x wysokość; w mm]: 480x320x220 mm +/- 5 mm	Tak	

STOJAK MEDYCZNY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI Z LISTWĄ ZASILAJĄCĄ I PÓŁKĄ - 5 SZT
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

Lp.	PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY	Spełnienie warunku	Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ
1	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy	Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Rok produkcji 2019	Podać	
I. Opis przedmiotu			
5	Stojak medyczny z regulacją wysokości w zakresie: od 1600 do 2000 mm (+/- 100 mm)	Tak	
6	Przystosowany do mocowania dodatkowego osprzętu – nośność: minimum 20 kg.	Tak	
7	Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gatunek 0H18N9.	Tak	
8	Podstawa ze stali kwasoodpornej gatunek 0H18N9 z obniżonym środkiem ciężkości.	Tak	
9	Podstawa pięcioramienna na kółkach o średnicy minimum 75 mm, w tym dwa kółka z blokadą.	Tak	
10	Kolumna ze stali kwasoodpornej gatunek 0H18N9 o średnicy 38/25 mm.	Tak	
11	Głowica na 4 haczyki ze stali kwasoodpornej.	Tak	
12	Wypożyczenie dodatkowe: - listwa zasilająca, - półka ze stali kwasoodpornej, wymiary zewnętrzne: 240 x 305 mm, +/- 10 mm, mocowana za pomocą uchwyty z możliwością regulacji wysokości.	Tak	

STOJAK MEDYCZNY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI Z LISTWĄ ZASILAJĄCĄ – 7 SZT
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

Lp.	PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY	Spełnienie warunku	Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ
1	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy	Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Rok produkcji 2019	Podać	
I. Opis przedmiotu			
5	Stojak medyczny z regulacją wysokości w zakresie: od 1600 do 2000 mm, +/- 100 mm.	Tak	
6	Przystosowany do mocowania dodatkowego osprzętu – nośność: minimum 20 kg.	Tak	
7	Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gatunek 0H18N9.	Tak	
8	Podstawa ze stali kwasoodpornej gatunek 0H18N9 z obniżonym środkiem ciężkości.	Tak	
9	Podstawa pięcioramienna na kółkach o średnicy minimum 75 mm w tym dwa kółka z blokadą.	Tak	
10	Kolumna ze stali kwasoodpornej gatunek 0H18N9 o średnicy 38/25 mm.	Tak	
11	Głowica na 4 haczyki ze stali kwasoodpornej.	Tak	
12	Wyposażenie dodatkowe: - listwa zasilająca.	Tak	

STOJAK MEDYCZNY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI – 4 SZT
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

Lp.	PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY	Spełnienie warunku	Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ
1	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy	Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Rok produkcji 2019	Podać	
I. Opis przedmiotu			
5	Podest wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gatunek OH18N9.	Tak	
6	Nóżki z możliwością regulacji.	Tak	
7	Błat pokryty materiałem antypoślizgowym.	Tak	
8	Wymiary [szerokość x głębokość x wysokość; w mm]: 480x650x425 mm [+/- 5 mm].	Tak	

STOJAK Z MISĄ PODGRZEWANĄ 6L – 4 SZT.**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI**

Lp.	PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY	Spełnienie warunku	Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ
1	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy	Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Rok produkcji 2019	Podać	
I. Opis przedmiotu			
5	Stojak z podgrzewaną misą o pojemności 6 litrów.	Tak	
6	Elektroniczna regulacja temperatury.	Tak	
7	Maksymalna temperatura podgrzewanego płynu do 85°C.	Tak	
8	Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami antystatycznymi (wszystkie kółka z blokadą).	Tak	
9	Przewód zasilający o długości minimum 3 mb.	Tak	
10	Zasilanie 230V / 600W.	Tak	
11	Regulacja wysokości w zakresie 1140/1280 mm za pomocą pompy hydraulicznej nożnej.	Tak	
12	Wyrób wykonany ze stali nierdzewnej.	Tak	
13	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.	Tak	
14	Wymiary zewnętrzne [długość x szerokość x wysokość; w mm] 560 x 560 x 1140 / 1280 mm.	Tak	

STOLIK INSTRUMENTALNY TYPU MAYO – 5 SZT.**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI**

Lp.	PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY	Spełnienie warunku	Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ
1	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy	Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Rok produkcji 2019	Podać	
I. Opis przedmiotu			
5	Stolik wykonany ze stali nierdzewnej.	Tak	
6	Górny blat zagłębiony podnoszony przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni.	Tak	
7	Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami o średnicy minimum 80 mm.	Tak	
8	Wszystkie kółka wyposażone w blokadę.	Tak	
9	Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża.	Tak	
10	Górny blat obracany w poziomie o 360°.	Tak	
11	Wymiary blatu: 740 x 490 mm +/- 50 mm.	Tak	
12	Dopuszczalne obciążenie 15 kg.	Tak	
13	Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.	Tak	
14	Wymiary zewnętrzne [długość x szerokość x wysokość, w mm]: 740x490x960/1370 [+/- 50 mm]	Tak	

STOLIK MOBILNY NA INSTRUMENTY Z BLATAMI ZAGŁĘBIONYMI**I UCHWYTEM DO PROWADZENIA – 4 SZT.****ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI**

Lp.	PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY	Spełnienie warunku	Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ
1	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy	Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Rok produkcji 2019	Podać	
I. Opis przedmiotu			
5	Stolik wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku OH18N9.	Tak	
6	Stolik wyposażony w trzy półki oraz uchwyt do prowadzenia.	Tak	
7	Stolik na kółkach o średnicy 75 mm (dwa kółka z blokadą).	Tak	
8	Wymiary stolika [długość x szerokość x wysokość; w mm]: 1000x430x890 mm +/- 50 mm.	Tak	

STOLIK OPATRUNKOWY – 4 SZT.**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI**

Lp.	PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY	Spełnienie warunku	Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ
1	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy	Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Rok produkcji 2019	Podać	
I. Opis przedmiotu			
5	Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej.	Tak	
6	Stolik z jednym blatem prostym i półką montowanymi na stałe.	Tak	
7	Odległość między blatem a półką 455 mm +/- 50 mm.	Tak	
8	Stolik wyposażony w uchwyt do prowadzenia znajdujący się przy krótszym boku.	Tak	
9	Stolik na kółkach o średnicy 100 mm (dwa z blokadą).	Tak	
10	Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego, które chronią wyrób przed uszkodzeniem.	Tak	
11	Wymiary blatu: 1000x650 mm +/- 50 mm	Tak	
12	Wymiary stolika [długość x szerokość x wysokość; w mm]: 1115x720x880 mm +/- 50 mm.	Tak	

STOLIK TRANSPORTOWY MOBILNY NA INSTRUMENTY – 4 SZT.**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI**

Lp.	PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY	Spełnienie warunku	Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ
1	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy	Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Rok produkcji 2019	Podać	
I. Opis przedmiotu			
5	Stolik wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku OH18N9.	Tak	
6	Stolik z podwójnymi drzwiczkami zamykanymi na kluczyk.	Tak	
7	Stolik wyposażony w dwie półki oraz dwie ręczki do prowadzenia.	Tak	
8	Stolik na kółkach o średnicy 200 mm (dwa kółka z blokadą).	Tak	
9	Przy kółkach odbojniki z tworzywa sztucznego, które chronią wyrób przed uszkodzeniem.	Tak	
10	Wymiary stolika [długość x szerokość x wysokość; w mm]: 800x600x900 mm +/- 50mm.	Tak	

STOLIK Z SZUFLADĄ – 4 SZT.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

Lp.	PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY	Spełnienie warunku	Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ
1	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy	Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Rok produkcji 2019	Podać	
I. Opis przedmiotu			
5	Stolik z jedną szufladą.	Tak	
6	Błat stalowy płaski, otoczony z 3 stron bandami o wysokości min. 50 mm.	Tak	
7	Stolik stalowy lakierowany proszkowo, front lakierowany na kolor wg palety RAL.	Tak	
8	Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS, wyposażona w nóżki z regulacją.	Tak	
9	Stolik wyposażony w uchwyt do prowadzenia.	Tak	
10	Wymiary stolika [długość x szerokość x wysokość; w mm]: 6000x500x1000 mm +/- 50 mm.	Tak	

STOLIK MOBILNY NA INSTRUMENTY JEDNOBLATOWY – 4 SZT.**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI**

Lp.	PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY	Spełnienie warunku	Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ
1	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy	Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Rok produkcji 2019	Podać	
I. Opis przedmiotu			
5	Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej.	Tak	
6	Stolik z jednym blatem prostym montowanym na stałe.	Tak	
7	Stolik wyposażony w uchwyt do prowadzenia umieszczony przy krótszym boku.	Tak	
8	Stolik na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą).	Tak	
9	Przy kółkach odbojniki z tworzywa sztucznego, które chronią wyrób przed uszkodzeniem.	Tak	
10	Wymiary blatu: 1000x650 mm +/- 50 mm.	Tak	
11	Wymiary stolika [długość x szerokość x wysokość; w mm]: 1090x740x880 mm +/- 50 mm.	Tak	

SZAFY MEDYCZNE ZABUDOWANE NA 1500 MM – 5 SZT.**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI**

Lp.	PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY	Spełnienie warunku	Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ
1	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy	Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Rok produkcji 2019	Podać	
I. Opis przedmiotu			
5	Szafy wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).	Tak	
6	Szafy z drzwiami przeszklonymi (front).	Tak	
7	Szkló w drzwiach bezpieczne, przezroczyste.	Tak	
8	Drzwi szafy otwierane przesuwnie.	Tak	
9	Drzwi wyposażone w uchwyt typu C.	Tak	
10	Wewnątrz szafy regulowane półki, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).	Tak	
11	Szafy wyposażone w zamek.	Tak	
12	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.	Tak	
13	Wymiary [szerokość x głębokość x wysokość; w mm]: 1500 mm x 580 mm x 2500 mm +/- 50 mm.	Tak	

SZAFY MEDYCZNE ZABUDOWANE NA 2200 MM – 6 SZT.**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI**

Lp.	PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY	Spełnienie warunku	Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ
1	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy	Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Rok produkcji 2019	Podać	
I. Opis przedmiotu			
5	Szafy wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).	Tak	
6	Szafy z drzwiami przeszklonymi (front).	Tak	
7	Szkló w drzwiach bezpieczne, przezroczyste.	Tak	
8	Drzwi szafy otwierane przesuwnie.	Tak	
9	Drzwi wyposażone w uchwyt typu C.	Tak	
10	Wewnątrz szafy regulowane półki, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).	Tak	
11	Szafy wyposażone w zamek.	Tak	
12	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.	Tak	
13	Wymiary wnek pod szafy [szerokość x głębokość x wysokość, w cm]: 1. 225 cm x 40 cm x 250 cm 2. 173 cm x 40 cm x 250 cm 3. 230 cm x 30 cm x 250 cm 4. 232 cm x 30 cm x 250 cm 5. 220 cm x 58 cm x 250 cm 6. 250 cm x 34 cm x 250 cm Możliwość dokonania pomiarów wnek przez wykonawcę.	Tak	
14	Szafy muszą posiadać otwory z dostępem do gniazd elektrycznych umieszczonych w panelach ściennych. Według wskazań Zamawiającego.		

TABORET Z PODPORĄ POD NOGI I OPARCIEM - 6 SZT.**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI**

Lp.	PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY	Spełnienie warunku	Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ
1	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy	Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Rok produkcji 2019	Podać	
I. Opis przedmiotu			
5	Siedzisko tapicerowane o średnicy minimum 350 mm.	Tak	
6	Siedzisko z oparciem.	Tak	
7	Wybór koloru siedziska i oparcia według palety RAL.	Tak	
8	Wysokość regulowana za pomocą siłownika pneumatycznego - dźwignia nożna.	Tak	
9	Regulacja wysokości w zakresie: od 600 mm do 860 mm.	Tak	
10	Wyposażony w podstawę pięcioramienną na kołach w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa koła z blokadą.	Tak	
11	Podstawa ze stali kwasoodpornej gatunku OH18N9 z podporą pod nogi.	Tak	

TABORET - 15 SZT.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

Lp.	PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY	Spełnienie warunku	Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ
1	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy	Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Rok produkcji 2019	Podać	
I. Opis przedmiotu			
5	Siedzisko tapicerowane o średnicy minimum 350 mm.	Tak	
6	Wybór koloru siedziska według palety RAL.	Tak	
7	Wysokość regulowana za pomocą siłownika pneumatycznego-dźwignia nożna.	Tak	
8	Regulacja wysokości w zakresie: od 600 mm do 860 mm.	Tak	
9	Wyposażony w podstawę pięcioramienną na kołach w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa koła z blokadą.	Tak	
10	Podstawa ze stali kwasoodpornej gatunek 0H18N9.	Tak	

WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH W POZYCJI LEŻĄCEJ – DWUSEKCYJNY – 7 SZT.**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI**

Lp.	PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY	Spełnienie warunku	Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ
1	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy	Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Rok produkcji 2019	Podać	
I. Opis przedmiotu			
5	Leże pacjenta dwusekcyjne, wykonane z wysokiej jakości płyt HPL o grubości minimum 10 mm.	Tak	
6	Leże przeźierne dla promieni RTG, z kasetą do wykonywania zdjęć RTG i ze wspornikiem kasety.	Tak	
7	Leże pacjenta wyposażone w chromowane uchwyty utrzymujące materac na miejscu.	Tak	
8	Możliwość obustronnego zastosowania wzmacniacza obrazu na powierzchni leża pacjenta, który zapewnia pełne diagnozowanie radiologiczne pacjentów.	Tak	
9	Regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej.	Tak	
10	Uchwyt do unoszenia oparcia pleców umiejscowiony na całej szerokości leża, nie koliduje z kasetą. Uchwyt łatwo odróżniający się, w innym kolorze od oparcia pleców i ramy wózka.	Tak	
11	Wózek oparty na dwóch kolumnach cylindrycznych.	Tak	
12	Kolumny obudowane tworzywem sztucznym w celu zapewnienia łatwego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni kolumn.	Tak	
13	Rozstaw kolumn: minimum 1600 mm +/- 2 cm.	Tak	
14	Rama wózka wykonana z elementów stalowych pokrytych wysokiej jakości lakierem epoksydowym przeznaczonym do obszarów medycznych, odpornym na zadrapania i środki dezynfekcyjne.	Tak	
15	Wózek wyposażony w krążki odbojowe w narożnikach oraz w listwy odbojowe na całej długości leża w jego najbardziej wysuniętych miejscach.	Tak	
16	Uchwyt do prowadzenia wózka od strony nóg z obracaną półką i dwoma pasami na kardiomonitor oraz z komorą na dokumenty.	Tak	
17	Dwa składane, ergonomiczne, chromowane, z nakładkami z tworzywa sztucznego uchwyty do prowadzenia wózka od strony głowy pacjenta.	Tak	
18	Tworzywowa obudowa wózka o wymiarach: 67,5 cm x 181 cm +/- 2 cm.	Tak	
19	W obudowie znajduje się: - miejsce na dwie butle tlenowe (wgłębienia z pasami) oraz - oddzielne dwa miejsca na prywatne rzeczy pacjenta.	Tak	

20	Poręcze boczne opuszczane w systemie cyrklowym. Poręcze boczne pokryte wysokiej jakości lakierem epoksydowym przeznaczonym do obszarów medycznych, odpornym na zadrapania i środki dezynfekcyjne.	Tak	
21	Regulacja przechyłów wzdłużnych za pomocą dwustronnych siłowników hydraulicznych - dźwigni nożnych znajdujących się w obudowie wózka, z wyraźnym oznaczeniem realizowanej funkcji	Tak	
22	Regulacja wysokości dwoma siłownikami hydraulicznymi - dźwigniami nożnymi umieszczonymi po obu stronach wózka. Podnoszenie wózka pojedynczą dźwignią nożną, opuszczanie wózka podwójną dźwignią nożną. Te same dźwignie nożne do regulacji Trendelenburga i anty-Trendelenburga oraz opuszczania leża.	Tak	
23	Wózek na 4 kołach o średnicy minimum 200 mm. Blokada centralna i kierunkowa od strony każdego koła.	Tak	
24	Wymiary zewnętrzne wózka: długość 2130 mm x szerokość 830 mm. +/- 50 mm	Tak	
25	Powierzchnia leża: długość 1910 mm (+/- 20 mm) x szerokość 650 mm (+/- 20 mm).	Tak	
26	Regulacja wysokości siłownikami hydraulicznymi - dźwigniami nożnymi dwustronnymi: minimum: od 560 do 880 mm (+/- 20 mm).	Tak	
27	Trendelenburg i anty – Trendelenburg: min.: 0 - 12°.	Tak	
28	Wózek wyposażony w stojak na kroplówkę.	Tak	
29	Regulacja sekcji oparcia pleców: min. 0-90°.	Tak	
30	Wykonany ze stali nierdzewnej uchwyt na montaż akcesoriów. Uchwyt lewo lub prawostronny	Tak	
31	Wózek z materacem. Pokrowiec materaca odporny na ciecze, materac o grubości min. 8 cm.	Tak	

WÓZEK NA ODPADY LUB BRUDNĄ BIELIZNĘ - PODWÓJNY
POJEMNOŚĆ WORKA 60 LITRÓW – 8 SZT.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

Lp.	PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY	Spełnienie warunku	Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ / OPISAĆ
1	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy	Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Rok produkcji 2019	Podać	
I. Opis przedmiotu			
5	Wózek na odpady lub brudną bieliznę - podwójny – pojemność worka 60 L	Tak	
6	Stelaż wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka	Tak	
7	Podstawa stalowa ocynkowana z osłoną z tworzywa sztucznego, wyposażona w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą	Tak	
8	Pokrywa ze stali kwasoodpornej, lakierowana proszkowo na wybrany kolor z palety RAL	Tak	
9	Pokrywa ze spowalniczem opadania, który zapewnia komfort użytkowania, zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii, podnoszona pedałem każda oddzielnie	Tak	
10	Wymiary całkowite [mm]: 815 x 520 x 680 [+/- 20 mm] [szerokość x głębokość x wysokość]	Tak	

**WÓZEK NA ODPADY LUB BRUDNĄ BIELIZNĘ PODWÓJNY
POJEMNOŚĆ WORKA 100 LITRÓW – 12 SZT.**

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

Lp.	PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY	Spełnienie warunku	Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ
1	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy	Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Rok produkcji 2019	Podać	
I. Opis przedmiotu			
5	Wózek na odpady lub brudną bielizną - podwójny – pojemność worka 100 litrów.	Tak	
6	Stelaż wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunieniem się worka.	Tak	
7	Podstawa stalowa ocynkowana z osłoną z tworzywa sztucznego, wyposażona w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą.	Tak	
8	Pokrywa ze stali kwasoodpornej, lakierowana proszkowo na wybrany kolor z palety RAL.	Tak	
9	Pokrywa ze spowalniaczem opadania, który zapewnia komfort użytkowania, zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii, podnoszona dźwignią nożną każda oddzielnie.	Tak	
10	Wymiary całkowite [szerokość x głębokość x wysokość, mm]: 815 x 520 x 860 [+/- 20 mm].	Tak	

WÓZEK REANIMACYJNY Z 4 SZUFLADAMI – 4 SZT.**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI**

Lp.	PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY	Spełnienie warunku	Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ
1	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy	Podać	
2	Producent	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
4	Rok produkcji 2019	Podać	
I. Opis przedmiotu			
5	Wózek reanimacyjny z 4 szufladami (wysokość frontów: 1x234mm, 3x156mm) +/- 20 mm	Tak	
6	Błat stalowy płaski, otoczony z 3 stron bandami o wysokości min. 50 mm.	Tak	
7	Wózek stalowy lakierowany proszkowo, front lakierowany na kolor wg palety RAL.	Tak	
8	Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min 125 mm, w tym dwa koła z blokadą.	Tak	
9	Wyposażenie wózka: -błat boczny wysuwany, -szyny instrumentalne minimum 2 szt., -uchwyt do prowadzenia.	Tak	
10	Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego [mm]: 750x550x1000 [+/- 50]	Tak	

FORMULARZ OFERTOWY

Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.
90-051 Łódź, al. J. Piłsudskiego 12**OFERTA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Dostawę sprzętu medycznego i wyposażenia dla IMŁ Sp. z o.o.”

I. DANE WYKONAWCY:

Nazwa Wykonawcy	
Adres:	
NIP:	
REGON:	
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:	
Telefon osoby do kontaktu z Zamawiającym:	
Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:	
Adres e-mail:	
Adres skrzynki ePUAP:	

II. OFERUJE/EMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA CENĘ:

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ.

Nr części	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)	VAT [%]	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość brutto (zł)
1	Mikroskop okulistyczny	1					
Razem						Razem:	
2	Negatoskop cyfrowy	2					
Razem						Razem:	
3	Diatermia chirurgiczna						
	1. Diatermia chirurgiczna klasyczna	1					
	2. Diatermia chirurgiczna laparoskopowa	1					
Razem:						Razem:	
4	Wyposażenie						
	1. Podest operacyjny dwustopniowy	4					
	2. Podest operacyjny jednostopniowy	4					

Nr części	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)	VAT [%]	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość brutto (zł)
	3. Stojak medyczny z regulacją wysokości z listwą zasilającą i półką	5					
	4. Stojak medyczny z regulacją wysokości z listwą zasilającą	7					
	5. Stojak medyczny z regulacją wysokości	4					
	6. Stojak z misą podgrzewaną 6L	4					
	7. Stolik instrumentalny (typu Mayo)	5					
	8. Stolik mobilny na instrumenty z blatami zagłębionymi i uchwytem do prowadzenia	4					
	9. Stolik opatrunkowy	4					
	10. Stolik transportowy mobilny na instrumenty	4					
	11. Stolik z szufladą	4					
	12. Stolik mobilny na instrumenty jednoblatowy	4					
	13. Szafa medyczna zabudowana – na 1500 mm	5					
	14. Szafa medyczna zabudowana – na 2200 mm	6					
	15. Taboret z podporą pod nogi i oparciem	6					
	16. Taboret	15					
	17. Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej - dwusekcyjny	7					
	18. Wózek na odpady lub brudną bieliznę podwójny pojemność worka 60L	8					
	19. Wózek na odpady lub brudną bieliznę podwójny pojemność worka 100L	12					
	20. Wózek reanimacyjny z 4 szufladami	4					
Razem:						Razem:	

III. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY1) **Oświadczam, że (proszę skreślić niewłaściwy wariant):**

w części I udzielał:	24 miesiące gwarancji* / 36 miesięcy gwarancji*
w części II udzielał:	24 miesiące gwarancji* / 36 miesięcy gwarancji*
w części III udzielał:	24 miesiące gwarancji* / 36 miesięcy gwarancji*
w części IV udzielał:	24 miesiące gwarancji* / 36 miesięcy gwarancji*

- 2) Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz ze wzorze umowy.
3) W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
4) Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
5) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres **60 dni** licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);
6) Wadium w wysokości _____ PLN (słownie: _____ złotych), zostało wniesione w dniu _____, w formie: _____.
7) Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na następujący rachunek: _____.
8) Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiegokolwiek znaczące zmiany w sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.
9) Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonamy bez udziału podwykonawców.
W przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca jest zobowiązany podać:
1. zakres tej części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom: _____.
2. nazwę /firmę/podwykonawcy: _____.
Nie podanie powyżej przez wykonawcę zakresu części zamówienia, który powierzy podwykonawcom będziemy traktować, że wykonawca wykona cały przedmiot zamówienia własnymi siłami.
10) Akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi jednorazowo (na zasadach opisanych we wzorze umowy) w terminie **do 30 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
11) Składamy niniejszą Ofertę w imieniu **własnym*/jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia***. Ponadto oświadczamy, że będziemy odpowiadać solidarnie za wykonanie niniejszego zamówienia*.
12) Oświadczamy, że oferta **nie zawiera*/zawiera*** informacji/-e stanowiących/-e tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
13) W celu realizacji umowy Wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela zarządzającego realizacją Umowy w osobie: (imię i nazwisko) _____, tel. _____.
14) Oświadczamy, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.
15) Aktualna dokumentacja wymagana przez Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 5 pkt 1): **jest / nie jest*** dostępna w formie elektronicznej – Zamawiający może ją uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
Jeżeli tak proszę podać adres internetowy, wydający urząd lub organ oraz dane referencyjne dokumentacji np. KRS lub CEiDG): _____.
***należy skreślić niewłaściwy wariant**

IV. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRYZNANIA ZAMÓWIENIA:

- 1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest
Imię i nazwisko _____
E-mail _____
Tel./fax. _____

V. SPIS TREŚCI:

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Oferta została złożona na _____ kolejno ponumerowanych stronach.

VI. OŚWIADCZAM, ŻE:

Wypełniłem/łam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu – **dotyczy* / nie dotyczy***

****należy skreślić niewłaściwy wariant***

¹⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1)

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania informacyjnego, stosownie do art. 13 lub 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa.

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ I: INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ORAZ INSTYTUCJI
ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

Tożsamość zamawiającego¹	Odpowiedź:
Nazwa:	<i>INWESTYCJE MEDYCZNE ŁÓDZKIEGO SP.Z O.O.</i>
Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?	Odpowiedź:
Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia ² :	<i>Dostawę sprzętu medycznego i wyposażenia dla IMŁ Sp. z o.o. Przetarg nieograniczony</i>
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy) ³ :	6/ZP/PN/19 Ogłoszenie nr 2019/S 053-121253
Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.	

CZĘŚĆ II: INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja:	Odpowiedź:
Nazwa:	[]
Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.	[]
Adres pocztowy:	[.....]
Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów ⁴ :	[.....]
Telefon:	[.....]
Adres e-mail:	[.....]
Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):	[.....]
Informacje ogólne:	Odpowiedź:
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem ⁵ ?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

¹ Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

² Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

³ Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

⁴ Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

⁵ Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

<p>Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone⁶: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym”⁷ lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego?</p> <p>Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy.</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p> <p>[....]</p>
<p>Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy</p>
<p>Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI.</p> <p>a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:</p> <p>b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać:</p> <p>c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie⁸:</p> <p>d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji?</p> <p>Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia:</p> <p>e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>e) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

⁶ Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

⁷ Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

⁸ Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]
Rodzaj uczestnictwa:	Odpowiedź:
Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami ⁹ ?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
JEŻELI TAK, PROSZĘ DOPILNOWAĆ, ABY POZOSTALI UCZESTNICY PRZEDSTAWILI ODRĘBNE JEDNOLITE EUROPEJSKIE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA.	
Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział:	a): [.....] b): [.....] c): [.....]
Części	Odpowiedź:
	[.....]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

<i>W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:</i>	
Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:	Odpowiedź:
Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:	[.....],
Stanowisko/Działający(-a) jako:	[.....]
Adres pocztowy:	[.....]
Telefon:	[.....]
Adres e-mail:	[.....]
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):	[.....]

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

Zależność od innych podmiotów:	Odpowiedź:
Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należyście wypełniony i podpisany przez dane podmioty. Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca	

⁹ Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki *joint venture* lub podobnego podmiotu.

będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.

O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V¹⁰.

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

Podwykonawstwo:	Odpowiedź:
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: [...]

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

CZĘŚĆ III: PODSTAWY WYKLUCZENIA

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

1. udział w organizacji przestępczej¹¹;
2. korupcja¹²;
3. nadużycie finansowe¹³;
4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną¹⁴
5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu¹⁵
6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi¹⁶.

Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:	Odpowiedź:
Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

¹⁰ Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

¹¹ Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

¹² Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

¹³ W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

¹⁴ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 te samej decyzji ramowej.

¹⁵ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

¹⁶ Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

<p>jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?</p>	<p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]¹⁷</p>
<p>Jeżeli tak, proszę podać¹⁸:</p> <p>a) datę wyroku, określić, których spośród punktów b) wskazać, kto został skazany []; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku:</p>	<p>a) data: [], punkt(-y): [], powód(-ody): [] b) [.....] c) długość okresu wykluczenia [.....] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]¹⁹</p>
<p>W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia²⁰ („samoczyszczenie”)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
<p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki²¹:</p>	<p>[.....]</p>

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:	Odpowiedź:	
<p>Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>	
<p>Jeżeli nie, proszę wskazać:</p> <p>a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? – Proszę podać datę wyroku lub decyzji. – W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 	<p>Podatki</p> <p>a) [.....] b) [.....] c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [.....] [.....]</p>	<p>Składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>a) [.....] b) [.....] c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [.....] [.....]</p>

¹⁷ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

¹⁸ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

¹⁹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²⁰ Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

²¹ Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny?	c2) [...] d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]	c2) [...] d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): ²² [.....][.....][.....]	

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI²³

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych	Odpowiedź:
Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy , naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy²⁴ ?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]
Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował ; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami ; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych ²⁵ ; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona ? Jeżeli tak: – Proszę podać szczegółowe informacje: – Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej ²⁶ .	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie – [.....] – [.....]

²² Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²³ Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

²⁴ O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

²⁵ Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

²⁶ Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

<p>Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego²⁷?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów²⁸ spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p>
<p>Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p>
<p>Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca może potwierdzić, że:</p> <p>a) nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;</p> <p>b) nie zataił tych informacji;</p> <p>c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz</p> <p>d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>

²⁷ W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

²⁸ Wskazany w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?

**D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA
CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO**

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym	Odpowiedź:
Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....] ²⁹
W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym , czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak , proszę opisać przedsięwzięte środki:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [.....]

CZĘŚĆ IV: KRYTERIA KWALIFIKACJI

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

 α : OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji	Odpowiedź
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

A: KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Kompetencje	Odpowiedź
1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy ³⁰ : Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[...] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [...] <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

²⁹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

³⁰ Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
--	--

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.	
Sytuacja ekonomiczna i finansowa	Odpowiedź:
1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący ³¹ (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta (liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący ³² : Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta (liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:	[.....]
4) W odniesieniu do wskaźników finansowych ³³ określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y ³⁴ – oraz wartość): [.....], [.....] ³⁵ (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[.....] [...] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które	[.....]

³¹ Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

³² Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

³³ Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

³⁴ Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

³⁵ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

<p>mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
--	--

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.									
Zdolność techniczna i zawodowa	Odpowiedź:								
<p>1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane:</p> <p>W okresie odniesienia³⁶ wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju:</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...]</p> <p>Roboty budowlane: [.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>								
<p>1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi:</p> <p>W okresie odniesienia³⁷ wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych³⁸:</p>	<p>Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...]</p> <table border="1" data-bbox="794 1048 1348 1120"> <thead> <tr> <th>Opis</th> <th>Kwoty</th> <th>Daty</th> <th>Odbiorcy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy				
Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy						
<p>2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych³⁹, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości:</p> <p>W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót:</p>	<p>[.....]</p> <p>[.....]</p>								
<p>3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać</p>									

³⁶ Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

³⁷ Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

³⁸ Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

³⁹ W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

<p>dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu:</p> <p>Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli⁴⁰ swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
<p>6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się:</p> <p>a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia):</p> <p>b) jego kadra kierownicza:</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p>
<p>7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego:</p>	<p>[.....]</p>
<p>8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące</p>	<p>Rok, średnie roczne zatrudnienie: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....]</p>
<p>9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia:</p>	<p>[.....]</p>
<p>10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom⁴¹ następującą część (procentową) zamówienia:</p>	<p>[.....]</p>
<p>11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy:</p> <p>Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności.</p> <p>Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności.</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy:</p> <p>Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>

⁴⁰ Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

⁴¹ Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

<p>produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[...] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
--	---

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.	
Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego	Odpowiedź:
<p>Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [.....] [.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [.....] [.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

<p>Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określili obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:</p>

Wykonawca oświadcza, że:

Ograniczanie liczby kandydatów	Odpowiedź:
<p>W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów:</p> <p>W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty:</p> <p>Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej⁴², proszę wskazać dla każdego z nich:</p>	<p>[...]</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie⁴³</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]⁴⁴</p>

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawdziwe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim⁴⁵, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.⁴⁶, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

⁴² Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

⁴³ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁴⁴ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁴⁵ Pod warunkiem, że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

⁴⁶ W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

Podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w niniejszym jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę sprzętu medycznego i wyposażenie” znak postępowania 6/ZP/PN/19

Data, miejscowość

UMOWA Nr ____ /ZP/PN/D/2019
zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na
„Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia” [nr postępowania 6/ZP/PN/19]

zawarta w dniu _____ r. w Łodzi
pomiędzy:

Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o. o.
90-051 Łódź, al. J. Piłsudskiego 12 pok. 515

NIP: 726-26-54-060

REGON: 101745880

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 000507870, kapitał zakładowy: 18 120 000,00zł (opłacony w całości)
reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu – Janusza Kazimierczaka
zwaną w dalszej części umowy **Zamawiającym**

a:

(w przypadku osób fizycznych)

imię i nazwisko właściciela nazwa firmy i jej adres oraz adres do doręczeń

wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej _____ pod nr _____

NIP: _____

REGON: _____

(w przypadku spółki prawa handlowego)

nazwa firmy, jej siedziba, KRS, nr rejestru, imiona i nazwiska członków Zarządu,

reprezentowanym przez:

imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę

NIP: _____

REGON: _____

zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**.

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia dla Inwestycji Medycznych Łódzkiego Sp. z o.o.” tj.: _____. *(Zapis zostanie doprecyzowany zgodnie ze złożoną ofertą).*
2. Dostawa / montaż / instalacja i uruchomienie przedmiotu zamówienia będzie miało miejsce w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym im. S. Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 – 100 Skierniewice. *(Zapis zostanie doprecyzowany zgodnie ze złożoną ofertą).*
3. Parametry techniczne ww. przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 1.____ do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia w częściach _____), który stanowi integralną część umowy. *(Zapis zostanie doprecyzowany zgodnie ze złożoną ofertą).*
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt/wyposażenie jest fabrycznie nowy/e, wyprodukowany/e w 2019 roku, nie powystawowy, nieregenerowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi, oraz że nie ma wad fizycznych i prawnych.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia / montażu / instalacji i uruchomienia przedmiotu zamówienia w okresie do 4 tygodni od pisemnego wezwania Zamawiającego, zachowując wszelkie środki ostrożności, w szczególności w zakresie instalacji sprzętu/wyposażenia.
6. W przypadku wystąpienia uszkodzeń pomieszczeń, w których **sprzęt medyczny / wyposażenie jest instalowany/e**, z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zobowiązany jest

- do przywrócenia stanu pierwotnego na koszt własny w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Wykonawca jako profesjonalista zobowiązuje się wykonać wszelkie prace instalacyjne na wysokim poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami.
7. Wykonawca po dostarczeniu /montażu /zainstalowaniu i uruchomieniu przedmiotu zamówienia zobowiązany jest w szczególności do:
 - a. dokonania wpisu zainstalowanego urządzenia do paszportu technicznego urządzenia;
 - b. nieodpłatnego przeszkolenia pracowników użytkownika sprzętu w zakresie obsługi i konserwacji dostarczonego sprzętu/wyposażenia w miejscu użytkowania sprzętu/wyposażenia.
 8. Wykonawca przekaże wraz z dostarczonym sprzętem medycznym/wyposażeniem:
 - a. dla wyrobów medycznych powyżej klasy I: Certyfikat CE, tj. certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną biorącą udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego, zgodnie z aktualną ustawą o wyrobach medycznych, na zaoferowany sprzęt medyczny;
 - b. deklarację zgodności wystawioną przez producenta dla wyrobów medycznych;
 - c. wniosek o przeniesienie do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych lub zgłoszenie wyrobu lub powiadomienie o wprowadzeniu wyrobu do obrotu – dla wyrobów medycznych;
 - d. inne dokumenty wymienione w formularzu asortymentowym (dotyczy wszystkich części);
 - e. atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dla mebli ze stali nierdzewnej jako gotowego wyrobu dopuszczający ich stosowanie w placówkach medycznych (dotyczy mebli).
 - f. paszport techniczny urządzenia z wpisanymi uruchomionymi urządzeniami, w którym będą rejestrowane wszelkie czynności serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji;
 - g. instrukcję obsługi w języku polskim (w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej);
 - h. dokumenty gwarancyjne;
 - i. inne dokumenty wymienione w formularzu asortymentowym (dotyczy wszystkich części);
 - j. listę preparatów do sterylizacji i dezynfekcji.
 9. Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga:
 - a. specjalnych części zamiennych, część i zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów;
 - b. fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej lub doraźnych przeglądów, regulacji kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika – załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności.

§ 2

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

1. Wykonawca zapewnia w ramach wynagrodzenia umownego pełną gwarancję na zaoferowany sprzęt / wyposażenie - _____ (*minimum 24 miesiące*) zgodnie ze złożoną ofertą (*Zapis zostanie doprecyzowany zgodnie ze złożoną ofertą*). Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
2. Czas przystąpienia do naprawy wynosi maksymalnie **48 godzin** w dni robocze rozumiane, jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczonych od momentu zgłoszenia.
3. Gwarancja, dla wymienionych na nowe, podzespołów z powodu uszkodzenia w końcowym okresie zaoferowanej gwarancji, liczona od dnia ich zainstalowania – wynosi minimum **6 miesięcy**.
4. Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji wymaganych przez producenta przedmiotu umowy (minimum jeden raz w ciągu 12 miesięcy, minimum dwa bezpłatne przeglądy w tym, drugi po 24 miesiącach od daty uruchomienia), o ile przeglądy w takim wymiarze są wymagane przez producenta danego urządzenia. Koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych, części podlegających wymianie, dojazdów do Użytkownika sprzętu oraz robocizny w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.
5. Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – wynosi **maksymalnie 3 dni robocze** rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - wynosi **maksymalnie 6 dni** roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni

- ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części i podzespołów fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta.
7. Wymiana podzespołu urządzenia na nowy - po maksymalnie trzech nieskutecznych próbach naprawy tego podzespołu.
 8. Niesprawność przedmiotu umowy trwająca minimum 2 dni z powodu awarii, uniemożliwiająca korzystanie z niego, automatycznie wydłuża gwarancję o czas przestoju.
 9. Wykonawca zagwarantuje dostępność części zamiennych dla sprzętu medycznego przez minimum 10 lat.
 10. W przypadku nie dokonania naprawy gwarancyjnej w terminach określonych w paragrafie 2 ust. 5 lub 6 niniejszej umowy, Wykonawca zapewni na swój koszt i we własnym zakresie sprzęt zastępczy w tej samej klasie, o tych samych lub wyższych parametrach na czas naprawy.
 11. Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Użytkownika przedmiotu umowy na numer faksu: _____ lub adres e-mail: _____. Wykonawcy, w formie faksu lub poczty elektronicznej.
 12. Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu umowy dostarczy wykaz lokalizacji gwarancyjnych, autoryzowanych serwisów Wykonawcy (wraz z danymi kontaktowymi: adresami, adresami e-mail, telefonami/faksami).
 13. **Na mocy niniejszej umowy Zamawiający ma prawo do przekazania uprawnień wynikających z gwarancji, na rzecz _____ (*zapis zostanie doprecyzowany zgodnie ze złożoną ofertą*), który zyskuje samodzielne uprawnienia z tytułu gwarancji, w szczególności do zgłaszania usterek, wad oraz żądania naprawy gwarancyjnej. Uprawnienia wynikające z gwarancji mogą być realizowane przez w/w Szpital.**
 14. **Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania terminów przeglądów gwarancyjnych bez konieczności zgłaszania ich przez Zamawiającego.**

§ 3

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu umowy w **formie pisemnej (przynajmniej 7 dni przed planowanym terminem odbioru)**. Odbiór całościowy przedmiotu umowy będzie potwierdzony podpisaniem przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru. W protokole potwierdzony zostaje fakt odbycia szkolenia (*jeśli dotyczy*) dla uprawnionych osób oraz dostarczenie wszelkich dokumentów wymienionych w Załączniku Nr 1 do umowy. Bezusterkowy protokół odbioru stanie się integralną częścią umowy.
2. W przypadku stwierdzenia wad/uszkodzeń/zastrzeżeń, podczas odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek ich usunięcia **w terminie do 14 dni**. Fakt ten zostanie opisany w protokole odbioru, podpisanym przez obydwie strony umowy.

§ 4

1. Osobą upoważnioną do kontaktów a także do odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest: _____
2. Do kontaktów ze strony Wykonawcy upoważniony jest: *imię, nazwisko, numer telefonu, faxu* _____
3. Strona poinformuje drugą stronę niniejszej umowy, na piśmie pod rygorem nieważności, o każdorazowej zmianie osoby uprawnionej do kontaktów, zmianie jej danych, a w szczególności zmianie numerów telefonów.

§ 5

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Strony ustalają, iż całkowite łączne wynagrodzenie za dostarczony i zainstalowany przedmiot umowy wynosi:
cena netto: _____ zł (słownie: _____ zł),
podatek: _____ zł (słownie: _____ zł),
cena brutto: _____ zł (słownie: _____ zł).
2. Ustalone wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty (w tym materiałów i robocizny, przeglądów, szkoleń) niezbędne do realizacji umowy.
3. Płatność całości wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury, w której zostanie ujęte rozbieżności cen za poszczególne pozycje, wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu umowy, tj. po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy **bez zastrzeżeń** oraz podpisaniu protokołu odbioru sprzętu/wyposażenia.

4. Termin płatności faktury wynosi do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, przy czym dniem dokonania płatności jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Płatność zostanie dokonana za pomocą przelewu na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.
5. Zamawiający nie będzie waloryzował ceny przedmiotu umowy.
6. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot wierzytelności przysługujących mu względem Zamawiającego, bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

§ 6

Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 7

1. **Strony ustanawiają kary umowne.**
2. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną:
 - a. w wysokości 10% wartości brutto odpowiednio części umowy lub całości umowy określonej w § 5 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od tej części lub całości umowy lub innego sposobu rozwiązania umowy z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
 - b. w wysokości 0,3% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 1 ust.5 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 - c. w wysokości 10% wartości brutto odpowiednio części lub całości umowy określonej w § 5 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, lub odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w § 8 ust. 1 a). lub innego rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca;
 - d. w wysokości 0,2% wartości dostarczonego sprzętu, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w §2 ust.2 (przystąpienia serwisu do naprawy) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 - e. w wysokości 0,2% wartości dostarczonego sprzętu brutto, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w §2 ust.5 (termin wykonania naprawy gwarancyjnej bez użycia części zamiennych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 - f. w wysokości 0,2% wartości dostarczonego sprzętu brutto, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w §2 ust.6 (termin wykonania naprawy gwarancyjnej z użyciem części zamiennych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 - g. w wysokości 0,5% wartości umowy brutto, w przypadku nieprzywrócenia do stanu pierwotnego na koszt własny pomieszczeń, w których sprzęt medyczny/wyposażenie jest instalowany/e, w sytuacji określonej w § 1 ust. 6 umowy- w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez Użytkownika, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 - h. w wysokości 0,2% wartości umowy brutto w przypadku niedostarczenia sprzętu/wyposażenia zastępczego w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 2 ust. 10 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

§ 8

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni licząc od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie:
 - a. Wykonawca uchybił terminowi określonemu w § 1 ust. 5 umowy.
2. Uprawnienia przysługujące z tytułu kary umownej nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
3. Strony zgodnie dopuszczają możliwość sumowania kar umownych należnych Zamawiającemu z różnych tytułów.
4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
6. W przypadku powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych pacjentów, których Użytkownik przedmiotu umowy jest administratorem, w zakresie i w celu związanym wyłącznie z wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych - w terminie 30 dni

od daty podpisania umowy z Zamawiającym, Wykonawca zawrze z administratorem danych osobowych (Użytkownikiem) umowę powierzenia danych osobowych *(jeżeli dotyczy)*.

§ 9

Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia wykona własnymi siłami z udziałem / bez udziału podwykonawców: _____ *(Zapisy powyższego paragrafu zostaną doprecyzowane na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty)*.

§ 10

Ewentualne spory mogące wynikać na tle stosowania umowy rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 13

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami do umowy stanowią integralną część umowy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Miejscowość, data (dd-mm-rrrr)

(oznaczenie Wykonawcy)

**Oświadczenie o
braku przynależności / przynależności
Wykonawcy do grupy kapitałowej**

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu medycznego i wyposażenia dla IMŁ Sp. z o.o.” zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, oświadczam, że :

1. **NIE NALEŻĘ*** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP z żadnym z Wykonawców, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. **NALEŻĘ*** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634 z późn. zm.) o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia:
W celu wykazania, że istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia przedstawiamy stosowne dokumenty i/lub informacje, stanowiące załącznik do niniejszego oświadczenia.
 1. _____
 2. _____
 3. _____

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

* niepotrzebne skreślić

UWAGA:

- W przypadku Wykonawców wspólnie biorących udział w postępowaniu niniejsze oświadczenie jest składane przez każdego z nich z osobna.
- Niniejsze oświadczenie należy przedłożyć Zamawiającemu W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT, po zapoznaniu się z firmami oraz adresami wykonawców, którzy złożyli oferty.

(oznaczenie Wykonawcy)

Wykaz wykonanych dostaw w części 4

Lp.	Nazwa dostawy	Wartość dostawy	Daty wykonania	Nazwa odbiorcy
1.				
2.				

Uwaga:

Do niniejszego wykazu należy załączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.