



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.impl.biz.pl

tel. /+48/ 42 2068860

fax /+48/ 42 20688 61

REGON: 101745880

impl@impl.biz.pl

IML/BZ/4-3/BI/ZP/2019

Łódź, dnia 10 lipca 2019 roku

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu medycznego dla IML Sp. z o.o.”

Znak sprawy : 4/ZP/PN/19

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Inwestycje Medyczne Łódzkiego Spółka z o.o., podaje odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1.:

Dotyczy – część 2 – Kardiomonitor:

Dotyczy. Punktu 5A – Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z wyjściem sygnału HDMI? Oferowane złącze jest równoważnym rozwiązaniem do DVI. Każdy monitor zewnętrzny który jest wyposażony w złącze DVI można podłączyć także do złącza HDMI poprzez zastosowanie adaptera.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem dostarczenia do posiadanego złącza HDMI adaptera gwarantującego do wyjścia DVI.

Pytanie nr 2.:

Dot. – część 2 – Kardiomonitor :

Dot. punktu 15 – Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor nieposiadający funkcji sekwencyjnego pomiaru NIBP? Oferowany przez nas kardiomonitor dokonuje pomiaru w trzech trybach : ręczny, automatyczny i ciągły. Pomiar automatyczny jest regulowany interwałem czasu w zakresie 1 – 480 minut. Kardiomonitor prezentuje na ekranie wartości : skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Zaawansowane menu pozwala na wstępne ustawianie ciśnienia pompowania mankietu. Oferowany przez nas kardiomonitor spełnia wszelkie wymagania dotyczące pomiaru NIBP wykorzystywane w praktyce.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18 120.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Pytanie nr 3.:

Z związku z ustanowieniem przez Zamawiającego dla zadania nr 2 warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wiedzy i doświadczenia w ramach którego zamawiający wymaga wykazania się dostawą na 60 000,00 zł brutto zwracam się z pytaniem, czy zamawiający dopuści wykonawców z doświadczeniem polegającym na realizacji minimum 5 dostaw na wartość minimum 15 000,00 zł brutto. Wprowadzenie proponowanej zmiany nie tylko sprawia, że postępowanie zachowuje zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, ale daje również realną możliwość wyłonienia wykonawców posiadających faktyczne doświadczenie w realizacji dostaw sprzętu będącego przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 4.:

Dot. Część 3 – „Aparat do znieczulenia z monitorem poziomu analgezji i monitorem zwiótczenia mięśniowego”- 1 szt.

Pkt.10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania wyposażony w zewnętrzne reduktory do butli O₂ i N₂O, wyposażone w przyłącze do aparatu? Jest to typowe rozwiązanie w praktycznie wszystkich aparatach do których instaluje się butle o pojemności 10L.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania aparat do znieczulenia wyposażony w zewnętrzne reduktory do butli O₂ i N₂O. Zamawiający wymaga dostarczenia reduktorów.

Pytanie nr 5.:

DOTYCZY: Załącznik nr 1.2 do SIWZ – Część 2 – Kardiomonitor – 4 szt.

Pkt. 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z kolorowym ekranem w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej 15 cali i rozdzielczości 1024x768 pikseli obsługiwany dotykowo w technologii rezystancyjnej, z możliwością obsługi w rękawiczkach i jednoczesnego wyświetlenia do 13 krzywych na jednym ekranie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18 120.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Pytanie nr 6.:**DOTYCZY:** *Załącznik nr 1.2 do SIWZ – Część 2 – Kardiomonitor – 4 szt.*

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z funkcją monitorowania NIBP - nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi metodą oscylometryczną, pomiar w trybach ręcznym, automatycznym (z regulowanym interwałem w zakresie 1 - 480 minut) oraz ciągłym (powtarzające się pomiary w czasie co 5 minut). Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem krwi w zakresie od 40 do 240 P/min, prezentacją wartości: skurczowej, rozkurczowej, średniej bez funkcji stazy, z funkcją wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**Pytanie nr 7.:****DOTYCZY:** *Załącznik nr 1.2 do SIWZ – Część 2 – Kardiomonitor – 4 szt.*

Pkt. 19: Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor umożliwiający ustawianie granic alarmowych przez użytkownika na jednym wspólnym dla wszystkich parametrów, dedykowanym do tego ekranie?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza.**Pytanie nr 8.****DOTYCZY:** *Załącznik nr 1.2 do SIWZ – Część 2 – Kardiomonitor – 4 szt.*

Pkt. 22: Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z historią 400 alarmów wraz z zapisem krzywej, która wywołała alarm i wartości wszystkich mierzonych parametrów i przyzna za tą funkcjonalność maksymalną ilość punktów czyli 1 pkt.?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**DOTYCZY:** *Załącznik nr 1.8 do SIWZ – Część 8 – Kardiomonitor noworodkowy z wyposażeniem – 6 szt. kardiomonitorów + centrala***Pytanie nr 9.:****DOTYCZY:** *Załącznik nr 1.8 do SIWZ – Część 8 – Kardiomonitor noworodkowy z wyposażeniem – 6 szt. kardiomonitorów + centrala*

Pkt. 2: Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor modułowy z kolorowym ekranem w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej 12,1" i rozdzielczości 800x600 pikseli?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18 120.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Pytanie nr 10.:

DOTYCZY: Załącznik nr 1.8 do SIWZ – Część 8 – Kardiomonitor noworodkowy z wyposażeniem – 6 szt. kardiomonitorów + centrala

Pkt. 3: Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z kolorowym ekranem w postaci płaskiego panelu LCD TFT obsługiwany dotykowo w technologii rezystancyjnej, z możliwością obsługi w rękawiczkach i jednoczesnego wyświetlenia 12 krzywych na jednym ekranie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11.:

DOTYCZY: Załącznik nr 1.8 do SIWZ – Część 8 – Kardiomonitor noworodkowy z wyposażeniem – 6 szt. kardiomonitorów + centrala

Pkt. 8.: Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor z możliwością rozbudowy każdego z oferowanych monitorów o następujące dodatkowe moduły pomiarowe:

- dodatkowe 6 kanałów pomiaru IBP
- inwazyjny pomiar rzutu minutowego serca metodą termodylucji
- nieinwazyjny pomiar rzutu serca
- pomiar CO2
- pomiar BIS
- analizator gazów anestetycznych
- podłączenie zewnętrznych urządzeń
- pomiar mechaniki oddechowej?

Większość z wymaganych modułów nie ma zastosowania na oddziale noworodkowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12.:

DOTYCZY: Załącznik nr 1.8 do SIWZ – Część 8 – Kardiomonitor noworodkowy z wyposażeniem – 6 szt. kardiomonitorów + centrala

Pkt. 9: Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor wyposażony w możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z m.in. respiratorów oraz aparatów do znieczulania kilku różnych producentów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18 120.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Pytanie nr 13.:

DOTYCZY: Załącznik nr 1.8 do SIWZ – Część 8 – Kardiomonitor noworodkowy z wyposażeniem – 6 szt. kardiomonitorów + centrala

Pkt. 16: Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z funkcją analizy odcinka ST z jednoczesnym pomiar odchylenia odcinka ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach (do 12) w zakresie od -2,0 do +2,0 mV oraz prezentacją zmian odchylenia ST w postaci wartości liczbowych wyświetlanych na głównym ekranie kardiomonitora bez konieczności wchodzenia do menu lub otwierania dodatkowych okien?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14.:

DOTYCZY: Załącznik nr 1.8 do SIWZ – Część 8 – Kardiomonitor noworodkowy z wyposażeniem – 6 szt. kardiomonitorów + centrala

Pkt. 17: Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor umożliwiający pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną z zakresem pomiarowym częstości oddechu od 0 do 150 R/min oraz z możliwością wyboru odprowadzenia do monitorowania respiracji i prędkości przesuwu krzywych: 6.25; 12,5; 25 mm/s?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15.:

DOTYCZY: Załącznik nr 1.8 do SIWZ – Część 8 – Kardiomonitor noworodkowy z wyposażeniem – 6 szt. kardiomonitorów + centrala

Pkt. 19: Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z funkcją monitorowania NIBP - nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi metodą oscylometryczną, pomiar w trybach ręcznym, automatycznym (z regulowanym interwałem w zakresie 1 - 480 minut) oraz ciągłym (powtarzające się pomiary w czasie co 5 minut). Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem krwi w zakresie od 40 do 240 P/min, prezentacją wartości: skurczowej, rozkurczowej, średniej, bez funkcji stazy, z funkcją wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18 120.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Pytanie nr 16.:

DOTYCZY: Załącznik nr 1.8 do SIWZ – Część 8 – Kardiomonitor noworodkowy z wyposażeniem – 6 szt. kardiomonitorów + centrala

Pkt. 21: Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor umożliwiający pomiar temperatury w dwóch torach pomiarowych (na wszystkich stanowiskach) z wyświetlaniem T1, T2 oraz różnicy między nimi, ale bez możliwości rozbudowy o 3 i 4 tor pomiarowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17.:

DOTYCZY: Załącznik nr 1.8 do SIWZ – Część 8 – Kardiomonitor noworodkowy z wyposażeniem – 6 szt. kardiomonitorów + centrala

Pkt. 23: Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor umożliwiający ustawianie granic alarmowych przez użytkownika na jednym wspólnym dla wszystkich parametrów, dedykowanym do tego ekranie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 18.:

DOTYCZY: Załącznik nr 1.8 do SIWZ – Część 8 – Kardiomonitor noworodkowy z wyposażeniem – 6 szt. kardiomonitorów + centrala

Pkt. 26: Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z historią alarmów w ilości 400 przypadków w monitorze wraz z krzywą która wywołała alarm i ponad 10 000 przypadków w centrali, która również jest przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19.:

DOTYCZY: Załącznik nr 1.8 do SIWZ – Część 8 – Kardiomonitor noworodkowy z wyposażeniem – 6 szt. kardiomonitorów + centrala

Pkt. 32: Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami i możliwością rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje w postaci wymiennych modułów, wyposażony w tryb nocny, tryb „stand by”, tryb zegara analogowego oraz cyfrowego z odliczaniem sekundowym, ale nie wyposażony w funkcję „stoper”?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18 120.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Pytanie nr 20.:

DOTYCZY: Załącznik nr 1.8 do SIWZ – Część 8 – Kardiomonitor noworodkowy z wyposażeniem – 6 szt. kardiomonitorów + centrala

Pkt. 33: Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor wyposażony w możliwość rozbudowy o oprogramowanie wspomagające terapię poprzez narzędzia do wizualizacji MEWS (Zmodyfikowana Skala Wczesnego Ostrzegania)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 21.:

DOTYCZY: Załącznik nr 1.8 do SIWZ – Część 8 – Kardiomonitor noworodkowy z wyposażeniem – 6 szt. kardiomonitorów + centrala

Pkt. 35: Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor wyposażony w statyw jezdny z minimum 4 kołami, każde z własną blokadą oraz wyposażony w koszyk na akcesoria – 2 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 22.

Dotyczy : Część 4

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Bilirubinometru renomowanej firmy na światowym rynku o parametrach:

L.p.	Parametr
1.	Urządzenie fabrycznie nowe
2.	Pojemność akumulatora pozwalająca na wykonanie przynajmniej 100 pojedynczych pomiarów po pełnym naładowaniu
3.	Średni błąd pomiarowy maks. +/- 1,5 mg/dl (+/- 25,5 μmol/L) dla pacjentów >35 tygodnia wieku ciążowego
4.	Średni błąd pomiarowy maks. +/- 1,6 mg/dl (+/- 27,4 μmol/L) dla pacjentów 24-35 tygodnia wieku ciążowego
5.	Zakres pomiarowy min. 0,0 do 20,0 mg/dL (0 do 340 μmol/L)
6.	Masa z akumulatorem 160g
7.	Urządzenie wyposażone w ładowarkę
8.	Urządzenie wyposażone w port komunikacji USB
9.	Urządzenie wyposażone w lampę LED zapewniającą min. 200 000 pomiarów
10.	Urządzenie wyposażone w ekran dotykowy
11.	Urządzenie wyposażone w skaner kodów kreskowych – na potrzeby rejestracji pomiarów pacjentów w historii urządzenia

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wyzd. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18 120.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



12.	Pamięć do 40 pomiarów
13.	Niezbędne akcesoria do wykonania min. 1000 pomiarów łącznie z kalibracją lub testowaniem prawidłowości kalibracji
14.	Nie posiada na wyposażeniu Film instruktażowy w języku polskim na płycie CD (przy dostawie)
15.	Oprogramowanie do automatycznego zapisu pomiarów w komputerze PC

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 23.

Czy Zamawiający oczekuje urządzenie niewrażliwe na artefakty ruchowe oraz ką t przyłożenia urządzenia do pacjenta a miejscem pomiaru jest górna część małżowiny usznej za pomocą wbudowanego klipsa?

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje, ale dopuszcza.

Pytanie Nr 24

Dotyczy: Cześci 6

Czy Zamawiający dopuści Lampa do fototerapii która w pozycji 2 parametrów technicznych posiada Natężenie:

-światło niebieskie; wartość szczytowa od 450 do 475nm, szczytowe natężenie na powierzchni ciała pacjenta 30-35 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$

I w pozycji 11 Wyposażenie każdej lampy: Kocyc o wymiarach 24,1 cm x 36,8 cm, 734 cm²
Pokrowiec na kocyc jednorazowego użytku – 50 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W związku z powyższym Załącznik Nr 1.6 do SIWZ, PKT. 11 otrzymuje następujące brzmienie:

(...)

11.Wyposażenie każdej lampy:

Kocyc o wymiarach 24,1 cm x 36,8 cm, 819 cm² (**$\pm 15\%$**)

Pokrowiec na kocyc jednorazowego użytku – 50 szt.

Becik dýdykowany do fototerapii – 2 szt.

Pytanie Nr 25.

Czy zamawiający oczekuje aby każda lampa posiadała na wyposażeniu specjalny becik dedykowany do fototerapii umożliwiający bez konieczności przerywania terapii naświetlania: karmienie, karmienie piersią, kangurowanie. Becik posiada specjalne rozkładane skrzydła ułatwiające kangurowanie?

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wyzd. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18 120.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Odpowiedź: Zamawiający oczekuje aby każda lampa posiadała na wyposażeniu becik dedykowany do fototerapii. W związku z powyższym, Załącznik Nr 1.6 do SIWZ – „Lampa do fototerapii łóżeckowa” – Pkt.11 otrzymuje następujące brzmienie:

„(...)

11. Wyposażenie każdej lampy:

Koczek o wymiarach 24,1 cm x 36,8 cm, 819 cm² ($\pm 15\%$)

Pokrowiec na koczek jednorazowego użytku – 50 szt


Becik dedykowany do fototerapii – 2 szt.

(...)”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu, jako niezgodna z SIWZ.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu

Marcin Rybka

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18 120.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).

