



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Łódź, dnia 25 października 2018 roku

IMŁ/BZ/26-...**3**.....BI/ZP/2018

**Wykonawcy,
którzy pobrali SIWZ**

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego/wyposażenia dla IMŁ
Sp. z o.o.**

Znak sprawy: 26/ZP/PN/18

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Inwestycje Medyczne Łódzkiego Spółka z o.o., podaje odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 1.

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

PAKIET NR: XIII

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy z płynną regulacją natężenia światła przez obrót uchwyty sterylne, w zakresie 10-100%, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2.

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

PAKIET NR: XIII

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy ze średnicą oświetlonego pola 150 mm, co jest parametrem minimalnie różnym od oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3.

Dotyczy Pakiet nr II Pozycja 2. Torba reanimacyjna z wyposażeniem

Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu zgodny z wymaganiami normy PN-EN 794-3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie renomowanego europejskiego producenta firmy Weinmann model Medumat Standard A będący na wyposażeniu wielu szpitali w Polsce posiadający poniższe parametry:

- Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu zgodny z wymaganiami normy EN 794-3
- Respirator pneumatyczny elektryczny – sterowanie elektroniczne pracą respiratora
- Respirator fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i usterek
- Przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci od 10 kg
- Autotest poprawności działania wykonywany po każdym uruchomieniu respiratora
- Tryb wentylacji kontrolowanej IPPV
- Tryb wentylacji wspomagananej SIMV
- Elektronicznie kontrolowany stosunek wdechu do wydechu uwzględniający zmianę częstotliwości oddechowej przez użytkownika

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18.120.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

- Układ pacjenta wraz z zastawką pacjenta
- Możliwość wykonania przez pacjenta oddechu spontanicznego w dowolnym momencie cyklu wentylacji
- System elektroniczny zapobiegający wzbudzeniu alarmu wysokiego ciśnienia w przypadku chwilowego wzrostu ciśnienia w drogach oddechowych np. przy kaszlu pacjenta
- Wyposażony w wbudowany manometr i zastawkę ciśnieniową bezpieczeństwa regulowaną płynnie w zakresie 20-60 mbar
- Wentylacja 100% -tlenem i mix tlenowy ok 60 %
- Niezależna regulacja objętości minutowej i częstotliwości oddechowej
- Regulacja objętości oddechowej w zakresie 3 - 20 l/min
- Pojedynczy oddech w zakresie 75 – 4000 ml
- Regulacja częstotliwości oddechowej w zakresie min. 8 - 40 oddechów/ min.
- Waga respiratora ok. 1.1 kg
- Manometr manualny
- Parametry monitorowane: częstość oddechów, objętość minutowa, ciśnienie
- Alarmy bezpieczeństwa - optyczne i dźwiękowe: wysokiego ciśnienia wentylacji, niskiego ciśnienia, wentylacji/rozłączenia, niskiego ciśnienia tlenu na przyłączy tlenowym, rozładowania baterii, alarm autotestu
- Zasilanie bateryjne – czas pracy baterii przynajmniej 2 lata w warunkach pracy jako respirator transportowy
- Przerzutnik (trigger) ≥ 6 l/min
- Bezpiecznik chroniący aparat przed wewnętrznymi spięciami
- Temperatura pracy w zakresie od: -18°C do $+60^{\circ}\text{C}$
- Zastawka PEEP mocowana bezpośrednio do zaworu pacjenta zakres regulacji do 20 cmH₂O
- Tolerancja elektromagnetyczna zgodna z normami EN 60601-1-2i EN 794-3: Eliminacja zakłóceń wg EN 55011; Odporność na zakłócenia radiowe wg EN 61000 – 4 – 2
- Wyposażenie respiratora: przewód pacjenta wielorazowego użytku, zastawka pacjenta, przewód zasilający do tlenu z szybkozłączem typu AGA długość 2m, zastawka PEEP
- Przenośny zestaw tlenowy zgodny z opisem Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4.

dotyczy pakiet XI.1 i 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenia o pojemności 200 L?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5.

dotyczy pakiet XI.1 i 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem temperatur 2-8 °C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6.

dotyczy pakiet XI.1 i 2

Czy Zamawiający dopuści przezroczyste hartowane, ocynkowane drzwi ze szkła refleksyjnego?

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18.120.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7.

Dotyczy: Pakiet X, poz. 1 - Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej / wózek – łóżko (BO, OIT) – 8 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek nie wyposażony w wieszak na pompy infuzyjne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8.

Dotyczy: Pakiet X, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w zdejmowany materac bez uchwytów do przenoszenia pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9.

Dotyczy: Pakiet X, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający kąt odchylenia oparcia pleców 0 – 75°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10.

Pakiet XIII – Lampa bezcieniowa przejezdna (typu LED) / Lampa zabiegowa przejezdna

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową o głębi ostrości L1+L2 na poziomie $\geq 97\text{cm}$?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11.

Pakiet XIII – Lampa bezcieniowa przejezdna (typu LED) / Lampa zabiegowa przejezdna

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową o współczynniku oddawania barw na poziomie $Ra \geq 94$?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12.

Pakiet XIII – Lampa bezcieniowa przejezdna (typu LED) / Lampa zabiegowa przejezdna

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową z regulowaną temperaturą barwową w zakresie od 3500 do 5000°K w sześciu krokach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13.

Dotyczy części nr IV:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 system ogrzewania pacjenta różniący się względem SIWZ:

- system filtracji 0,2 μm
- możliwość zamocowania do pionowych rur bądź uchwytów (stojak do kroplówek, łóżko pacjenta)
- 4 zakresy temperatur: temperatura otoczenia, $36^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$, $40^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$, $44^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
- brak licznika przepracowanych godzin



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

- w ofercie 16 rodzajów kołderek grzewczych przystosowanych do urządzenia, w których ciepłe powietrze rozprowadzane jest równomiernie poprzez podłużnie ułożone kanały tubowe, na których spodniej stronie znajdują się otworki wylotowe. Konstrukcja kocyka pozwala na równomierne oddawanie ciepła pacjentowi dzięki unikatowemu rozmieszczeniu otworów
- zestawie kocyki wielodostępowe – 25 szt, kocyki na całe ciało dla dorosłych o wymiarach 203 x 102 cm- 3szt; kocyki na całe ciało dla dzieci o wymiarach 146 x 102 cm- 1 szt

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14.

Dotyczy części nr IV. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 urządzenie do aktywnej regulacji temperatury ciała pacjenta różniący się względem SIWZ:

- domyślna temperatura po włączeniu: temperatura otoczenia
- ustalona temperatura osiągnięta jest w zależności od warunków otoczenia w czasie max 7 minut
- 4 zakresy temperatur: temperatura otoczenia, $36^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$, $40^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$, $44^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
- producent określa parametry pobór mocy, określa parametry elektryczne: zasilanie 230 VAC, 50/60 Hz, 4.0A
- przewód zasilający 3,5m
- system filtracji 0,2 μm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15.

dotyczy CIĄGŁY POMIAR RZUTU MINUTOWEGO SERCA – 3 SZT. NA CAŁY ZESTAW MONITORÓW – pozycja 301

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga w pkt. 301 zaoferowania urządzenia, które posiada 3 technologie do pomiaru CCO (wszystkie metody dostępne w jednym module lub urządzeniu zewnętrznym):


- metodą termodylucji przezpłucnej (w każdym z 3 oferowanych urządzeń),
- metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi z jednego dostępu tętniczego (w każdym z 3 oferowanych urządzeń),
- metodą nieinwazyjną wykorzystującą zaawansowaną technologię ciągłego nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia w tętnicy ramiennej na podstawie krzywej ciśnienia tętniczego w palcu (w min. 1 urządzeniu zewnętrznym z możliwością podłączenia do dowolnego z nich)

Min. 1 moduł lub urządzenie zewnętrzne do pomiaru CCO wyposażone w moduł optyczny do ciągłego pomiaru saturacji żylniej: SCVO2 i SVO2 przy pomocy wkłucia centralnego trójświatłowego z możliwością kalibracji in-vivo i in-vitro."

Odpowiedź: Zgodnie z pozycją 301 Zamawiający wymaga:

Ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą PICCO lub równoważną lub Ciągły pomiar rzutu minutowego serca (CCO), który można realizować min. 3 różnymi metodami (wszystkie metody muszą być dostępne w jednym module lub urządzeniu zewnętrznym)::

- metodą termodylucji przezpłucnej (w każdym z 3 oferowanych modułów lub urządzeniach zewnętrznym),



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

- metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi z jednego dostępu tętniczego (w każdym z 3 oferowanych modułów lub urządzeniach zewnętrznych),

- metodą nieinwazyjną wykorzystującą zaawansowaną technologię ciągłego nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia w tętnicy ramiennej na podstawie krzywej ciśnienia tętniczego w palcu (w min. 1 oferowanym module lub urządzeniu zewnętrznym z możliwością podłączenia do dowolnego z nich),

Min. 1 moduł lub urządzenie zewnętrzne do pomiaru CCO wyposażone w moduł optyczny do ciągłego pomiaru saturacji żylniej: SCVO2 i SVO2 przy pomocy wkłucia centralnego trójświatłowego z możliwością kalibracji in-vivo i in-vitro.

Pytanie 16.

dotyczy INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA IBP - WE WSZYSTKICH MONITORACH - pozycja 405

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane przetworniki jednorazowe do pomiaru IBP były kompatybilne z urządzeniami do pomiaru CCO zaoferowanymi w pkt. 300 pakiecie 1.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 17.

dotyczy zadania XVI, pkt 15

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z ekranem LCD?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18.

dotyczy zadania XVI, pkt 16

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z czułością 5/10/20 mm/mV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19.

dotyczy zadania XVI, pkt 35

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z eksportem badań do komputera zamiast do pamięci USB lub SD?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20.

dotyczy zadania XVI, pkt 48

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wózka pod aparat EKG o wymiarach 430 x 540 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21.

Załącznik nr 1, pakiet XV – Aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego

Opis przedmiotu zamówienia – pozycja 21:



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia z baterią zapewniającą pracę aparatu przez min. 15 minut, co skutecznie zabezpiecza pacjenta przez okres oczekiwania na powrót zasilania sieciowego, bądź umożliwi skuteczną dyslokację aparatu i/lub pacjenta na dużej przestrzeni.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 22.

Załącznik nr 1, pakiet XV – Aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego

Opis przedmiotu zamówienia – pozycja 25:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia z dwoma podgrzewaczami dializatu oraz substytutu, co skutecznie zabezpiecza krew pacjenta przed hemolizą możliwą w przypadku kontaktu zimnego płynu z krwią w układzie pozaustrojowym

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 23.

Załącznik nr 1, pakiet XV – Aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego

Opis przedmiotu zamówienia – pozycja 26:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia z regulacją temperatury dializatu/substytutu w zakresie 35 – 39 °C, co skutecznie zapewnia pełny komfort termiczny pacjenta. Stosowanie regulacji temperatury w zakresie powyżej 39 °C może grozić zniszczeniem białek osocza pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 24.

Załącznik nr 1, pakiet XV – Aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego

Opis przedmiotu zamówienia – pozycja 29:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia posiadającego 4 niezależne wagi: dializatu, substytutu oraz 2 wagi filtratu. Z uwagi na inne rozwiązania konstrukcyjne pomiar wagowy cytrynianu jest zastąpiony przez detektor – licznik kropeł roztworu

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 25.

Załącznik nr 1, pakiet XV – Aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego

Opis przedmiotu zamówienia – pozycja 36:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia posiadającego 2 detektory powietrza, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo pacjenta

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 26.

Załącznik nr 1, pakiet XV – Aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego

Opis przedmiotu zamówienia – pozycja 37:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia posiadającego 2 pułapki powietrza, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo pacjenta i skuteczność prowadzonego zabiegu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Pytanie 27.

Załącznik nr 1, pakiet XV – Aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego

Opis przedmiotu zamówienia – pozycja 40:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia z pamięcią wszystkich zdarzeń do 48 godzin zabiegu

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 28.

Załącznik nr 1, pakiet XV – Aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego

Opis przedmiotu zamówienia – pozycja 41:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o masie z akcesoriami max. 100 kg. Wymóg ten nie posiada istotnego znaczenia dla leczenia pacjenta a aparat wyposażony jest dodatkowo w 4 kółka ułatwiające jego przemieszczanie – personel oddziału nie musi dźwigać urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 29.

PAKIET III ORAZ XXI

Czy Zamawiający zrezygnuje z instalacji oraz szkolenia, a dopuści wysyłkę firmą kurierską? Sprzęt jest zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawiać żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 30.

POZYCJA NR 1 – PRZEPLYWOMIERZ DO TLENU

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki w opisie przedmiotu Zamówienia – „przyłącze wlotowe szybkozłącze SGA” ?

Czy Zamawiający wymaga „przyłącze wlotowe szybkozłącze AGA”?

Odpowiedź: Zamawiający popełnił omyłkę – zapis został poprawiony.

Pytanie 31.

Pakiet IV Poz. 1 System ogrzewania pacjenta

Pkt. 15

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaczepu, w przypadku zaoferowania przewodu wzmocnionego drutem, zabezpieczającym przed zaginaniem - prosimy o określenie jak będzie oceniany przewód tego typu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż parametr w pkt. 15 jest nieobligatoryjny.

Pytanie 32.

Pakiet IV Poz. 1 System ogrzewania pacjenta

Pkt. 18



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Prosimy o odstąpienie od wymogu podstawy jezdnej, w przypadku zaoferowania urządzenia przeznaczonego do montażu na stojaku do kroplówek

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 33.

Pakiet IV Poz. 1 System ogrzewania pacjenta

Pkt. 19

Prosimy o dopuszczenie montażu na stojaku do kroplówek za pomocą wbudowanej klamry i odstąpienie od wymogu montażu na łóżku

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34.

Pakiet IV Poz. 1 System ogrzewania pacjenta

Pkt. 23

Prosimy o dopuszczenie urządzenia umożliwiającego chłodzenia pacjenta powietrzem w temp. otoczenia - prosimy o podanie jak będzie oceniana ta funkcjonalność

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż parametr w pkt. 23 jest nieobligatoryjny.

Pytanie 35.

Pakiet IV Poz. 1 System ogrzewania pacjenta

Pkt. 26

Prosimy o dopuszczenie licznika przepracowanych godzin wskazującego konieczność wymiany filtra (wskaźnik diodowy)

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż parametr w pkt. 26 jest nieobligatoryjny.

Pytanie 36.

Pakiet IV Poz. 2 Urządzenie do aktywnej regulacji temperatury ciała pacjenta

Pkt. 38

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania w którym trzeba wybrać oczekiwaną temperaturę po włączeniu urządzenia (względny bezpieczeństwa obsługi)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37.

Pakiet IV Poz. 2 Urządzenie do aktywnej regulacji temperatury ciała pacjenta

Pkt. 42

Prosimy o dopuszczenie poboru mocy szczytowy: 1400 W średni: 700 W

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 38.

Pakiet IV Poz. 2 Urządzenie do aktywnej regulacji temperatury ciała pacjenta

Pkt. 49

Prosimy o odstąpienie od wymogu podstawy jezdnej, w przypadku zaoferowania urządzenia przeznaczonego do montażu na stojaku do kroplówek

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.



Pytanie 39.

Pakiet XVIII

Poz. 1 - Komplet ochronny przed promieniowaniem jonizującym

Prosimy o doprecyzowanie, czy fartuchy mają być wykonane z ciężkiej gumy ołowiowej, z lekkiej gumy ołowiowej (fartuch dwustronny jest w przybliżeniu lżejszy o ok. 0,5 kg), czy też z gumy bezołowiowej (lżejszy o ok. 1,0 kg od ciężkiego fartucha ołowiowego)?

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania fartuchów wykonanych z włókien poliestrowych pokrytych silikonem, nie zawierających lateksu ani polichloru winylu, niezwilżalnego, co sprawia, że jest odporny na zaplamienia, o właściwościach antybakteryjnych i antygrzybiczych? Jeśli tak, prosimy o dopuszczenie fartuchów do wyboru w czterech kolorach.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 40.

Pakiet XVIII

Pkt. 20

Prosimy o dopuszczenie wieszaka z trzema obrotowymi ramionami umocowany na ruchomym statywie jezdnym

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41.

Pakiet XXI

Poz. 2 – mankiet do szybkich przetoczeń

Pkt. 13

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg przezroczystości mankietu, jeśli będzie posiadał przednią kieszeń z siateczki, umożliwiającej podgląd poziomu płynu.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 42.

PAKIET NR XV 1 Aparat do leczenia nerkozastępczego

Czy Zamawiający dopuści aparat z baterią, która w przypadku braku zasilania sieciowego zapewnia możliwość prowadzenia pełnego zabiegu przez co najmniej 10 minut? Możliwość podtrzymania pracy aparatu przez 10 minut umożliwia skuteczne podjęcie działań przez personel, a także włączenie zasilania awaryjnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.


Pytanie 43.

PAKIET NR XV 1 Aparat do leczenia nerkozastępczego

Czy Zamawiający dopuści aparat z regulowaną ultrafiltracją w zakresie 0- 33 ml/min? Przepływ taki, ze względu na budowę drenów w kasecie (zmniejszona ilość krwi pozaustrojowej), pozwala na skuteczne wykonanie zabiegów wymienionych w SIWZ przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 44.



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

PAKIET NR XV 1 Aparat do leczenia nerkozastępczego

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie aparatu z przepływem płynu substytucyjnego w zakresie 0-133 ml/min? Przepływ taki, ze względu na budowę drenów w kasecie (zmniejszona ilość krwi pozaustrojowej), pozwala na skuteczne wykonanie zabiegów wymienionych w SIWZ przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 45.

PAKIET NR XV 1 Aparat do leczenia nerkozastępczego

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie aparatu z przepływem płynu dializacyjnego w zakresie 0-133 ml/min? Przepływ taki, ze względu na budowę drenów w kasecie (zmniejszona ilość krwi pozaustrojowej), pozwala na skuteczne wykonanie zabiegów wymienionych w SIWZ przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 46.

PAKIET NR XV 1 Aparat do leczenia nerkozastępczego

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie aparatu bez systemu odpowietrzania drenów substytutu, dializatu, filtratu? W oferowanym aparacie nie występuje ten system ze względu na prostsze rozwiązanie – podgrzewanie krwi wracającej do pacjenta, podgrzewanie płynów z bikarbonatem w składzie może prowadzić do zapowietrzania hemofiltera po stronie płynu, co skutkuje mniejszą wydajnością zabiegu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga: Odpowietrzanie drenów substytutu, dializatu, filtratu – niezależne.

Pytanie 47.

PAKIET NR XV 1 Aparat do leczenia nerkozastępczego

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie aparatu z możliwością podaży płynu dializacyjnego z dwóch worków jednocześnie (2x5 litrów), co zapewni zmniejszenie częstotliwości wymiany przez obsługę dializatu podczas zabiegu? Zawieszenie większej ilości worków dializatu jest stosowane tylko przez jedną firmę co wyklucza inne aparaty na rynku z postępowania przetargowego, które spełniają jednocześnie wymagania terapeutyczne Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga: Możliwość poboru płynu dializacyjnego z min. 4 worków po 5L jednocześnie.

Pytanie 48.

PAKIET NR XV 1 Aparat do leczenia nerkozastępczego

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie aparatu z możliwością zapamiętywania ostatnich 100 zabiegów oraz z możliwością ich archiwizacji na nośniku zewnętrznym (port usb) oraz z funkcją zapamiętywania zdarzeń do 90 godzin? Aparat zapisuje zabiegi i użytkownik ma możliwość przenieść te dane na nośnik, z którego ma możliwość wydruku i dołączenia do historii choroby pacjenta.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 49.

pakiet 4 Części 1 System ogrzewania Pacjenta,

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 31 materac grzewczy pod pacjenta o wymiarach 81 x 152 cm

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18.120.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50.

pakiet 4 Część 2 Urządzenie do aktywnej regulacji temperatury ciała pacjenta
Pozycja 38.

Czy Zamawiający ma na myśli aparat do ogrzewania pacjenta, który temperaturę 38 osiągnie po zadaniu mu tejże temperatury na wyświetlaczu. Aparat po włączeniu do prądu jest w opcji czuwania, jest to rozwiązanie funkcjonalne a zarazem ekonomiczne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.

Pytanie 51.

pakiet 4 Część 2 Urządzenie do aktywnej regulacji temperatury ciała pacjenta
Poz. 45

Czy Zamawiający dopuści aparat o wadze 7,3 kg. 0,3 kg nie wpływa znacząco na obniżenie komfortu pracy, tym bardziej że aparat jest umieszczony na podstawie jezdnej

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52.

pakiet 4 Część 2 Urządzenie do aktywnej regulacji temperatury ciała pacjenta
Pozycja 42

Czy Zamawiający dopuści aparat o średnim poborze mocy 800W, z uwagi na fakt, że urządzenie umożliwia szybkie podniesienie temperatury do 42 st. moc grzałki musi być większa

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53.

PAKIET VI

Stół operacyjny (sala operacyjna 1/BLO/12; 1/BLO/15; 1/BLO/19) - 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny w którym oparcie pleców dzielone jest w proporcji 1:3 z możliwością mechanicznego wypiętrzenia klatki piersiowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 54.

PAKIET VI

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny 5 segmentowy składający się z podglówka, segmentu oparcia pleców z mechanicznym wypiętrzeniem klatki piersiowej, segment siedziska, podnóżków dwuczęściowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 55.

PAKIET VI

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z podstawą wyposażoną w cztery pojedyncze koła o średnicy 80 mm, blokowaną za pomocą elektrohydraulicznie wysuwanych stopek uruchamianych z pilota?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie 56.

PAKIET VI

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający osłonę podstawy w kształcie prostokąta, której kształt umożliwi częściowe wsunięcie stół operatora przy dłuższych bokach ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 57.

PAKIET VI

Czy Zamawiający dopuści, aby stół operacyjny posiadał elementy blatu wykonane ze stopu aluminium anodowanego, a podstawa i kolumna pokryte stałą nierdzewną? Aluminium anodowane jest również metalem nierdzewnym, z grupy metali lekkich, a więc nie ma różnicy w trwałości antykorozyjnej obu metali. Obecnie czołowi producenci stołów operacyjnych bardzo często wykonują elementy konstrukcyjne z odlewów aluminiowych z uwagi na zalety takiego rozwiązania tzn.: przy zachowaniu tych samych właściwości antykorozyjnych jak stal nierdzewna blat z aluminium anodowanego jest lżejszy i bardziej sztywny, a przy odpowiedniej konstrukcji odlewów przenosi większe obciążenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 58.

PAKIET VI

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny bez możliwości dostępu stóp operatora w podstawie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 59.

PAKIET VI

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w tunel na kasetę RTG od segmentu głowy do segmentu siedziska?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 60.

PAKIET VI

Czy Zamawiający z możliwością zamiany tylko podglówka z podnóżkami?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 61.

PAKIET VI

Czy Zamawiający z możliwością zamiany segmentów bez dodatkowych zabezpieczeń uzyskiwanych pokrętelem ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 62.

PAKIET VI

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z obsługą funkcji stołu za pomocą pilota przewodowego poprzez układ elektrohydrauliczny ?



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515
90-051 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 63.

PAKIET VI

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny bez możliwości regulacji płyty nożnej z pilota?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 64.

PAKIET VI

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości 530 mm- 1010 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 65.

PAKIET VI

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją podnóżków w zakresie +30/ -90 w płaszczyźnie góra dół?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 66.

PAKIET VI

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z elektrohydrauliczną regulacją segmentu pleców w zakresie od -30 do +80 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 67.

PAKIET VI

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z dopuszczalnym obciążeniem do 300 kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 68.

PAKIET X

Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej 8 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek nie posiadający na wyposażeniu wieszaka na pompy infuzyjne oraz półki na monitor?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 69.

PAKIET X

Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej 8 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek posiadający kąt odchylenia oparcia pleców od 0 do 65°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 70.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18.120.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET I

Pkt. 18 Czy Zamawiający dopuści awaryjne zasilanie elektryczne na 30 min. w warunkach ekstremalnych i 90 min w warunkach standardowych ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 71.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET I

Pkt. 31 Czy Zamawiający dopuści aparat z obiegiem tlenowym w zakresie 25 l/min do 75 l/min. ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 72.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET I

Pkt. 36 Czy Zamawiający przyzna punkty za większą przekątną ekranu -15”?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 73.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET I

Pkt. 81 Czy Zamawiający zrezygnuje z punktacji funkcjonalności opisanej w punkcie 81, jako potencjalnie niebezpiecznego rozwiązania umożliwiającego ujawnienie danych wrażliwych i dostanie się ich w ręce osób niepowołanych, co jest sprzeczne z RODO? Oferowany aparat umożliwia zgrywanie danych do pamięci USB do celów serwisowych

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 74.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET I

Pkt. 119 Czy Zamawiający przydzielili dodatkowe punkty w ocenie technicznej za zaoferowanie algorytmu pomiarowego EK Pro, który jako jedyny spełnia wymogi AHA i realizuje wieloodprowadzeniową analizę arytmii w 4 odprowadzeniach jednocześnie zapewniając najwyższą jakość rozpoznawania arytmii i minimalizację wystąpień fałszywych alarmów?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 75.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET I

Pkt. 129 Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru w zakresie 1-120 odd/min +/-1 odd/min?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 76.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET I

Pkt.131 Czy mając na uwadze fakt, że jedynie algorytm Masimo ma potwierdzoną badaniami odporność na niską perfuzję i artefakty ruchowe, Zamawiający będzie wymagał dostarczenia właśnie algorytmu Masimo SET? Algorytm ten jest dostępny w ofercie wszystkich producentów monitorów wysokiej klasy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.



Pytanie 77.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET I

Pkt.145 Czy Zamawiający przydzielili dodatkowe punkty w ocenie technicznej za zaoferowanie kardiomonitora, który umożliwia jednoczesne, ciągłe monitorowanie parametrów PPV i SPV na wybranym kanale ciśnienia tętniczego, z możliwością ich jednoczesnej prezentacji na ekranie głównym monitora, w polu parametru?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 78.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET I

Pkt.156 Czy Zamawiający przydzielili dodatkowe punkty w ocenie technicznej za zaoferowanie pomiaru głębokości uśpienia metodą Entropii, która w odróżnieniu od BIS pozwala na rozróżnienie aktywności mózgu od aktywności mięśni czołowych dzięki uzupełnieniu pomiaru EEG o elektromiografię (FEMG), dzięki czemu jakość pomiaru jest zdecydowanie wyższa?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 79.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET I

Pkt.159 Czy Zamawiający przydzielili dodatkowe punkty w ocenie technicznej za zaoferowanie pomiaru zwiótkzenia metodą elektromiografii, która uznawana jest za złoty standard pomiaru NMT i pozwala minimalizować ryzyko resztkowej blokady mięśniowej?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 80.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET I

Pkt.197 Czy Zamawiający przydzielili dodatkowe punkty w ocenie technicznej za zaoferowanie algorytmu pomiarowego EK Pro, który jako jedyny spełnia wymogi AHA i realizuje wieloodprowadzeniową analizę arytmii w 4 odprowadzeniach jednocześnie zapewniając najwyższą jakość rozpoznawania arytmii i minimalizację wystąpień fałszywych alarmów?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 81.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET I

Pkt. 198 Czy Zamawiający wymaga, aby monitory rozpoznawały i alarmowały o wystąpieniu migotania przedsionków, co jest główną przyczyną udaru niedokrwinnego mózgu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 82.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET I

Pkt.207 Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru w zakresie 1-120 odd/min z +/-1 odd/min?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 83.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET I



Pkt.209 Czy mając na uwadze fakt, że jedynie algorytm Masimo ma potwierdzoną badaniami odporność na niską perfuzję i artefakty ruchowe, Zamawiający będzie wymagał dostarczenia właśnie algorytmu Masimo SET? Algorytm ten jest dostępny w ofercie wszystkich producentów monitorów wysokiej klasy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 84.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET I

Pkt.215 Czy Zamawiający przydzieli dodatkowe punkty w ocenie technicznej za zaoferowanie algorytmu pomiarowego Dinamap SuperSTAT, wykorzystującego dwutubowy system wężyków i mankietów, odpornego na artefakty i niemiarową akcję serca?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 85.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET I

Pkt. 237 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor modułowy 15 [“] (działający w systemie wymiennych modułów pomiarowych) dedykowany do zastosowań w obszarze anestezji i intensywnej terapii?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 86.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET I

Pkt. 244 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor umożliwiający jednoczesne monitorowanie: EKG (zgodnie z wymogami), oddech, SpO2, NIBP 2x Temperatura, do 4x IBP, z możliwością podłączenia 2 dodatkowych modułów jednocześnie i zamiennego stosowania modułów: PICCO, BIS lub entropia, NMT, CO2?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 87.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET I

Pkt. 246 Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w ekran o przekątnej ekranu 15 cali?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 88.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET I

Pkt. 258 Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje dostarczenia opisanego modułu, czy jedynie możliwości rozbudowy o podłączenie wymienionych w punkcie 258 urządzeń, w przyszłości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga podłączenia min. monitora hemodynamicznego (ciągłego rzutu minutowego serca).

Pytanie 89.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET I

Pkt 258 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych z wyświetlaniem parametrów na ekranie oferowanego monitora i przesyłanie ich do stacji



centralnego monitorowania realizowane jest przez moduł interfejsowy, a przesyłanie tych danych za pośrednictwem protokołu HL7 realizowane jest przez dodatkowy serwer komunikacyjny?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 90.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET I

Pkt. 259 Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy o dostęp do szpitalnego systemu bazy danych za pośrednictwem dodatkowego komputera medycznego montowanego na stanowisku pacjenta? Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwa jest zawsze jednoczesna obserwacja parametrów życiowych pacjenta i praca z systemem szpitalnym.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 91.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET I

Pkt. 261 Czy Zamawiający uzna za równoważne i będzie punktował możliwość rozbudowy o dostęp do obrazów radiologicznych i innych z diagnostyki obrazowej za pośrednictwem dodatkowego komputera medycznego montowanego na stanowisku pacjenta? Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwa jest zawsze jednoczesna obserwacja parametrów życiowych pacjenta i praca z systemem szpitalnym.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 92.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET I

Pkt. 262 Czy Zamawiający wymaga, aby komunikacja pomiędzy monitorami była zależna jedynie od funkcjonowania sieci typu Ethernet i nie wymagała pracy dodatkowych urządzeń jak centrala/serwer/itp.? Dzięki temu również na wypadek awarii centrali/serwera/itp. możliwy będzie zdalny nadzór nad monitorowanymi w sieci pacjentami, a więc zapewniony będzie wysoki poziom bezpieczeństwa.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 93.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET I

Pkt. 271 Czy Zamawiający przydzieli dodatkowe punkty w ocenie technicznej za zaoferowanie algorytmu pomiarowego EK Pro, który jako jedyny spełnia wymogi AHA i realizuje wieloodprowadzeniową analizę arytmii w 4 odprowadzeniach jednocześnie zapewniając najwyższą jakość rozpoznawania arytmii i minimalizację wystąpień fałszywych alarmów?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 94.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET I

Pkt. 272 Czy Zamawiający wymaga, aby monitory rozpoznawały i alarmowały o wystąpieniu migotania przedsionków, co jest główną przyczyną udaru niedokrwionego mózgu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 95.



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET I

Pkt. 281 Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru w zakresie 1-120 odd/min +/-1 odd/min?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 96.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET I

Pkt. 283 Czy mając na uwadze fakt, że jedynie algorytm Masimo ma potwierdzoną badaniami odporność na niską perfuzję i artefakty ruchowe, Zamawiający będzie wymagał dostarczenia właśnie algorytmu Masimo SET? Algorytm ten jest dostępny w ofercie wszystkich producentów monitorów wysokiej klasy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 97.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET I

Pkt. 289 Czy Zamawiający przydzieli dodatkowe punkty w ocenie technicznej za zaoferowanie algorytmu pomiarowego Dinamap SuperSTAT, wykorzystującego dwutubowy system wężyków i mankietów, odpornego na artefakty i niemiarową akcję serca?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 98.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET I

Pkt. 291 Czy Zamawiający przydzieli dodatkowe punkty za zaoferowanie mankieta do pomiaru ciśnienia u pacjentów otyłych na przedramię?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 99.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET I

Pkt. 297 Czy Zamawiający przydzieli dodatkowe punkty w ocenie technicznej za zaoferowanie kardiomonitora, który umożliwi jednocześnie, ciągłe monitorowanie parametrów PPV i SPV na wybranym kanale ciśnienia tętniczego, z możliwością ich jednoczesnej prezentacji na ekranie głównym monitora, w polu parametru?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 100.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET I

Pkt. 322 Czy Zamawiający będzie wymagał aby centrala obsługiwana była za pośrednictwem ekranu dotykowego, co niezwykle ułatwia codzienną pracę?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 101.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET I

Pkt. 322 Czy Zamawiający będzie wymagał, aby ekrany centrali były certyfikowane jako wyrób medyczny, co pozwala na ich bezpieczną instalację w punkcie pielęgniarskim np. na sali intensywnego nadzoru?



Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 102.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET I

Pkt. 326 Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia rozwiązania VPN, co wpłynie na zwiększenie kosztu rozwiązania, czy jedynie możliwości rozbudowy o taką funkcjonalność w przyszłości lub wykorzystania szpitalnego rozwiązania VPN?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga: Udostępnianie danych pacjentów upoważnionym osobom przez Intranet i Internet za pośrednictwem bezpiecznego łącza VPN lub innego odpowiednio bezpiecznego połączenia, wg zasad ustalonych w porozumieniu z Działem IT Użytkownika.

Pytanie 103.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET I

Pkt. 376 Czy Zamawiający przydzieli dodatkowe punkty w ocenie technicznej za zaoferowanie algorytmu pomiarowego EK Pro, który jako jedyny spełnia wymogi AHA i realizuje wieloodprowadzeniową analizę arytmii w 4 odprowadzeniach jednocześnie zapewniając najwyższą jakość rozpoznawania arytmii i minimalizację wystąpień fałszywych alarmów?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 104.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET I

Pkt. 377 Czy Zamawiający wymaga, aby monitory rozpoznawały i alarmowały o wystąpieniu migotania przedsionków, co jest główną przyczyną udaru niedokrwienego mózgu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 105.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET I

Pkt. 387 Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru w zakresie 1-120 odd/min +/-1 odd/min?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 106.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET I

Pkt. 389 Czy mając na uwadze fakt, że jedynie algorytm Masimo ma potwierdzoną badaniami odporność na niską perfuzję i artefakty ruchowe, Zamawiający będzie wymagał dostarczenia właśnie algorytmu Masimo SET? Algorytm ten jest dostępny w ofercie wszystkich producentów monitorów wysokiej klasy.


Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 107.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET I

Pkt. 395 Czy Zamawiający przydzieli dodatkowe punkty w ocenie technicznej za zaoferowanie algorytmu pomiarowego Dinamap SuperSTAT, wykorzystującego dwutubowy system wężyków i mankietów, odpornego na artefakty i niemiarową akcję serca?

Odpowiedź: Nie.



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Pytanie 108.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET I

Pkt. 397 Czy Zamawiający przydzieli dodatkowe punkty za zaoferowanie mankietu do pomiaru ciśnienia u pacjentów otyłych na przedramię?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 109.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET I

Pkt. 403 Czy Zamawiający przydzieli dodatkowe punkty w ocenie technicznej za zaoferowanie kardiomonitora, który umożliwi jednocześnie, ciągle monitorowanie parametrów PPV i SPV na wybranym kanale ciśnienia tętniczego, z możliwością ich jednoczesnej prezentacji na ekranie głównym monitora, w polu parametru?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 110.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET XVI

Pkt. 15 i Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez ekranu dotykowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 111.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET XVI

Pkt. 29 Czy Zamawiający zrezygnuje z punktacji funkcjonalności opisanej w punkcie 29 lub uzna za równoważną aparat posiadający wzrokowa i jakościową ocenę jakości podłączenia elektrod z trzy stopniową skalą jakości? Pragniemy zauważyć iż wymagany parametr nie ma wartości klinicznej i jest bardzo uciążliwy dla personelu wykonującego dużą ilość badań EKG.

Odpowiedź: Zamawiający uzna za równoważną aparat posiadający wzrokowa i jakościową ocenę jakości podłączenia elektrod z trzy stopniową skalą jakości.

Pytanie 112.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET XVI

Pkt. 39 Czy Zamawiający będzie punktował, na zasadzie równoważności, aparat z archiwizacją na pamięciach SD? Zamawiający poprzez wymóg archiwizacji EDM wskazuje na jednego Polskiego producenta aparatury medycznej

Odpowiedź: Zamawiający będzie punktował, na zasadzie równoważności, aparat z archiwizacją na pamięciach SD.

Pytanie 113.

Wzór umowy

Par. 7 - W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.



Pytanie 114.

Załącznik nr 1 do SIWZ, pakiet XIX:

Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w przedmiotowym postępowaniu przetargowym moduł 2 zestawu urządzeń do telepatologii: System mikroskopii wirtualnej z serwerem i oprogramowaniem do przesyłania obrazu mikroskopowego (preparaty wirtualne) o parametrach jak poniżej.

Uzasadnienie:

Z opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie XIX wynika, że celem Zamawiającego jest zakup i wdrożenie w szpitalu kompleksowego systemu do zdalnej oceny zarówno materiału makroskopowego jak i mikroskopowego. W module 1 Zamawiający wymaga dostarczenia systemu, który umożliwi zdalną ocenę, na żywo materiału pooperacyjnego w oparciu o który następnie przygotowywane są preparaty mikroskopowe. Tymczasem w module 2, Zamawiający opisał urządzenie, które oferuje wyłącznie możliwość zeskanowania preparatu mikroskopowego bez możliwości zdalnej oceny na żywo preparatu. Zamawiający opisał starej generacji skaner preparatów mikroskopowych na min. 12 szkiełek. Zwracamy uwagę Zamawiającego, że ten opisany skaner z uwagi na swoją przestarzałą konstrukcję, czas potrzebny na zeskanowanie całego preparatu mikroskopowego (ok. 10 min. / 1 preparat, 40x), oraz brak funkcji umożliwiającej zdalny podgląd na żywo preparatu mikroskopowego nie będzie mogło być wykorzystane do zdalnej oceny badań śródoperacyjnych jak również nie będzie mogło być wykorzystywane do szybkich konsultacji on-line. W sytuacji kiedy Zamawiający zamierza skanować dziennie do 60 preparatów mikroskopowych (w celach konsultacji, archiwizacji, itp...) a także zamierza wykorzystać zakupiony sprzęt do zdalnej oceny, na żywo, preparatów mikroskopowych z badań śródoperacyjnych, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w przedmiotowym postępowaniu przetargowym urządzenia, które oferuje 2 tryby pracy. Pierwszy tryb to klasyczna funkcja skanowania preparatów mikroskopowych (wydajność proponowanego urządzenia to zeskanowanie ok 60 preparatów/dzień). Drugi tryb to funkcja tzw. „live microscope”, czyli mikroskop wirtualny, „na żywo”, które pozwala na zdalną ocenę, na żywo, preparatów mikroskopowych. Tryb pracy „mikroskop na żywo”, umożliwi zdalne sterowanie urządzeniem (preparatem), przez lekarza który znajduje się w innej lokalizacji. System został specjalnie zaprojektowany do zdalnej oceny badań śródoperacyjnych. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w oferowanym, postępowaniu przetargowym urządzenia o parametrach opisanych poniżej:

- Urządzenie do zdalnego oglądania preparatów mikroskopowych z możliwością zdalnego dostępu i sterowania pracą urządzenia (lice microscope)
- Funkcja skanowania preparatów
- Akceptowalny wymiar szkiełek 1"x3" (26mm x x76mm); 0,9-1,2mm
- Podajnik na 2 szkiełka
- Miska rewolwerowa na 5 obiektów
- Wbudowane obiektywy:
 - 2x N.A.0.06 W.D.5.8
 - 4x N.A.0.1 W.D. 18.5
 - 10x N.A.0.25 W.D. 10.6



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

- 20x N.A.0.5 W.D. 2.1
 - 40x N.A.0.65 W.D. 0.6mm
 - Możliwość rozbudowy i zastosowania opcjonalnych obiektywów:
 - 60x regulowana korekcja dla szkiełka 0.11-.0.23
 - rozdzielczość optyczna:
 - 4.54 um/pixel przy ob.2x
 - 2.72 um/pixel przy ob.4x
 - 0.908 um/pixel przy ob.10x
 - 0.454 um/pixel przy ob.20x
 - 0.227 um/pixel przy ob.40x
 - 0.151 um/pixel przy ob.60 (obiektyw opcjonalny)
 - System wyposażony standardowo w 5 obiektywów dających możliwość na żywo bardzo szybkiej nawigacji preparatu w różnych powiększeniach
 - System posiada oprogramowanie serwerowe na którym można przechowywać zeskanowane preparaty mikroskopowe i udostępniać je do konsultacji zdalnej
 - Urządzenie do zdalnego oglądania preparatów mikroskopowych z możliwością zdalnego dostępu i sterowania pracą urządzenia on-line
 - Urządzenie dodatkowo wyposażone w funkcję skanowania preparatów mikroskopowych bez konieczności wprowadzania zmian w budowie urządzenia
 - Funkcja strumieniowania przesyłania obrazu mikroskopowego wraz z funkcją przesuwania preparatu, zmiany obiektywu i kontroli ostrości
 - Funkcja zdalnego przełączania preparatów umieszczonych w podajniku urządzenia
 - Funkcja automatycznego ustawiania ostrości z możliwością manualnej korekcji
 - Funkcja zapisu wielowarstwowych plików TIFF w celu archiwizacji obserwowanego obszaru w kilku płaszczyznach ostrości
 - Automatyczny zapis każdej sesji online w osobnych ustrukturyzowanych folderach zawierających min. informacje:
 - zapisane przez użytkownika obszary
 - zapis makro zdjęcia całego slajdu i etykiety slajdu
 - zapis obszaru etykiety preparatu w oddzielnym pliku
 - zapis adnotacji w pliku xml
 - Funkcja nanoszenia adnotacji i wykonywania pomiarów na zdjęciu
 - akceptowany wymiar szkiełek 1"x3" (25mmx x75mm)
- Wymiary urządzenia: 360mm x 295mm x 250mm
- Waga urządzenia: 14,5 kg
- Stacja robocza do kontroli urządzenia rekomendowana przez producenta systemu zapewniająca pełną kontrolę urządzenia i jego płynną pracę nie gorsza niż:
- Intel Core i5
 - RAM 16 GB DDR3
 - 500 GB SSD



- USB 3.0, Ethernet 1Gb/s

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 115.

Dotyczy § 3 ust. 10 wzoru umowy – załącznik do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin?

Obowiązek taki ciążyący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 116.

Dotyczy § 7 ust. 1 h wzoru umowy – załącznik do SIWZ

Prosimy o rezygnację z zapisu dot. kary umownej za niedostarczenie sprzętu zastępczego.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 117.

Dotyczy Pakietu VI

Stół operacyjny (sala operacyjna 1/BLO/12; 1/BLO/15; 1/BLO/19)

Czy Zamawiający zezwoli na wydłużenie terminu dostawy do 10 tygodni co pozwoli na obniżenie ceny oferty?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 118.

Dotyczy Pakietu VI

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny mobilny z kołami zabudowanymi w podstawie o średnicy 1000 mm z centralną blokadą kół. Centralna blokada kół w postaci elektrohydraulicznie chowanych kół w podstawie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 119.

Dotyczy Pakietu VI

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny z podstawą w kształcie litery U zawieszony na wysokości uniemożliwiającej wsunięcia stóp operatora pod podstawę co może powodować potknięcie lub zablokowanie stopy operatora? Podstawa stołu posiada specjalny kształt z wycięciami które pozwalają na podejście bardzo blisko blatu stołu z każdej strony.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 120.

Dotyczy Pakietu VI

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny z blatem modułowym z możliwością montażu płyty plecowej, podgłówek, podnóżka i innych segmentów (np. z włókien węglowych) z obu



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515
90-051 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

stron stołu operacyjnego z systemem hakowym mocowania co jest rozwiązaniem nowocześniejszym, bezpiecznym i bardziej praktycznym od wymaganego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 121.

Dotyczy Pakietu VI

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny obsługiwany za pomocą pilota przewodowego przez układ elektrohydrauliczny pozwalający na regulację takich funkcji jak:

- regulacja wysokości,
- przechyły boczne,
- Trendelenburga/Antytrendelenburga,
- pozycja flex/reflex,
- płyta nożna oddzielnie prawa i lewa lub razem,
- płyta plecowa,
- pozycja „0”,
- przesuw wzdłużny,
- blokowanie/odblokowanie do podłoża,
- włączanie/wyłączanie systemu

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 122.

Dotyczy Pakietu VI

Czy Zamawiający dopuści do postępowania i przyzna również 5 pkt. za stół operacyjny z możliwością jazdy wielokierunkowej bez potrzeby jej aktywacji?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 123.

Dotyczy Pakietu VI

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny z możliwością obsługi większości funkcji stołu z panelu sterującego (pełniącego również rolę sterownika awaryjnego) umieszczonego na kolumnie stołu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 124.

Dotyczy Pakietu VI

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny z płytą pleców dolną regulowaną w zakresie $-45^{\circ}/+90^{\circ}$ i górną płytą przyłączaną do dolnej regulowaną jednocześnie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 125.

Część 10

Czy Zamawiający dopuści regulację kąta odchylenia segmentu pleców do 75 stopni? Parametr ten nieznacznie odbiega od oczekiwanego.



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515
90-051 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 126.

Część 10

Czy Zamawiający dopuści obciążenie robocze 220 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 127.

Część 13

Czy Zamawiający dopuści współczynnik oddawania barw Ra 93?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 128.

Część 13

Czy Zamawiający dopuści lampę zużywającą maksymalnie 50W?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 129.

SIWZ, Rozdział IV Termin wykonania, Pakiet XIX:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w zakresie Pakietu XIX na wydłużenie czasu wykonania zamówienia do 12 tygodni od wezwania Zamawiającego?

Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez zapis „od wezwania Zamawiającego”? Czy Zamawiający po podpisaniu umowy wystosuje do Wykonawcy odpowiednie wezwanie, w jakim czasie Wykonawca może spodziewać się takiego wezwania?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy pkt. IV SIWZ, które przyjmują brzmienie: „Termin wykonania zamówienia na dostawę sprzętu medycznego/wyposażenia:

- do 6 tygodni od pisemnego wezwania Zamawiającego (dotyczy części 1-18, 20,21);
- do 12 tygodni od pisemnego wezwania Zamawiającego (dotyczy części 19)”.

Zamawiający po podpisaniu umowy wystosuje do Wykonawców odpowiednie pisemne wezwanie (przewidywany termin wystosowania wezwania: I kwartał 2019 roku).

Pytanie 130.

Dotyczy SIWZ, Rozdział Vc, pkt 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w zakresie Pakietu XIX na przedłożenie przez Wykonawcę folderów, katalogów oferowanego przedmiotu zamówienia w języku angielskim na potwierdzenie parametrów?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 131.

Dotyczy SIWZ, Formularz ofertowy – Załącznik nr 2 do SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w treści Formularza Ofertowego jedynie tych punktów dotyczących poszczególnych części, na które Wykonawca składa ofertę, dzięki czemu oferta będzie miała bardziej przejrzysty charakter?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Pytanie 132.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozbudowanie tabeli formularza cenowego w Pakiecie nr XIX poprzez wskazanie kilku pozycji sprzętowych objętych różną stawką podatku VAT, a wchodzących w skład całości zestawu urządzeń w ramach oby modułów?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 133.

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1 do SIWZ; Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet XIX, moduł 1, pkt. 9-11:

W związku z tym, że w ramach modułu 1 zestawu urządzeń do telepatologii znajduje się:

- system zdalnej komunikacji do oceny pobierania materiału makroskopowego z możliwością rejestracji przebiegu procesu oraz
- stacja do wykrawania wycinków tkankowych

i posiadają one inną nazwę, model/typ oraz producent/kraj czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozbudowanie tabeli o powyższe pozycje przy stacji do wykrawania wycinków tkankowych czy preferuje wykorzystanie oryginalnego niezmodyfikowanego pliku z odpowiednim wytłumaczeniem/opisem np. z wykorzystaniem średników/ukośników?

Odpowiedź: Zamawiający wnosi o wykorzystanie oryginalnego niezmodyfikowanego pliku z odpowiednim wytłumaczeniem/opisem np. z wykorzystaniem średników/ukośników.

Pytanie 134.

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet XIX, moduł 2, pkt. 64-66:

W związku z tym, że w ramach modułu 2 zestawu urządzeń do telepatologii znajduje się:

- system mikroskopii wirtualnej (skaner preparatów histologicznych, system do telekonsultacji i zarządzania wirtualnymi preparatami, oprogramowanie do przeglądania wirtualnych preparatów oraz oprogramowanie do obsługi skanera)

- serwer
- stacja konsultacyjna

i posiadają one inną nazwę, model/typ oraz producent/kraj czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozbudowanie tabeli o powyższe pozycje przy serwerze i stacji konsultacyjnej czy preferuje wykorzystanie oryginalnego niezmodyfikowanego pliku z odpowiednim wytłumaczeniem/opisem np. z wykorzystaniem średników/ukośników?

Odpowiedź: Zamawiający wnosi o wykorzystanie oryginalnego niezmodyfikowanego pliku z odpowiednim wytłumaczeniem/opisem np. z wykorzystaniem średników/ukośników.

Pytanie 135.

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet XIX, moduł 1, pkt. 29 i 38:

Zamawiający w punkcie 29 opisu przedmiotu zamówienia umieścił zapis o stacji roboczej z dotykowym ekranem rekomendowanej przez producenta systemu zapewniającej płynną pracę urządzenia i kontrolę



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515
90-051 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.impl.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
impl@impl.biz.pl

jego wszystkich parametrów natomiast w punkcie 38 opisu przedmiotu zamówienia umieścić zapis o komputerze dla stanowiska lokalnego o parametrach gwarantujących właściwe działanie systemu. Pragniemy podkreślić, iż do płynnej pracy urządzenia i kontroli jego wszystkich parametrów wymagana jest jedna stacja robocza z dotykowym ekranem i takie rozwiązanie nie zmienia funkcjonalności dla użytkownika. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, że Zamawiający wymaga jednej stacji roboczej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jednej stacji roboczej.

Pytanie 136.

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet XIX, moduł 1, pkt. 106 i 136:

Zamawiający w punkcie 106 opisu przedmiotu zamówienia umieścił zapis o serwerze zapewniającym płynną obsługę oprogramowania (do telekonsultacji i zarządzania wirtualnymi preparatami) natomiast w punkcie 136 opisu przedmiotu zamówienia opisał minimalne parametry serwera do przechowywania wirtualnych slajdów.

Pragniemy podkreślić, iż do prawidłowego działania systemu i uzyskania pełnej funkcjonalności oprogramowania wystarczy zainstalowanie jednego serwera. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, że Zamawiający wymaga jednego serwera, którego szczegółowe parametry zostały wydzielone i opisane w innej pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jednego serwera, którego szczegółowe parametry zostały wydzielone i opisane w innej pozycji.

Pytanie 137.

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ:

§7 ust. 1 pkt. b) i d)-h): Prosimy o zmianę ww. postanowień wzoru umowy poprzez zastąpienie użytego sformułowania „za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia” zwrotem „za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”. Opóźnienie oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, podczas gdy zwłoka (tzw. kwalifikowane opóźnienie) oznacza uchybienie terminowi spowodowane przyczynami, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Zdaniem Wykonawcy karę umowną należy kwalifikować jako zryczałtowane odszkodowanie, przy czym przesłanką warunkującą zapłatę tegoż odszkodowania mogą być wyłącznie okoliczności, za które dłużnik (w niniejszej sprawie Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z tych przyczyn kara umowna nie może być zastrzegana na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Stąd też Wykonawca wnosi o zastąpienie pojęcia: „opóźnienia” określeniem „zwłoki”.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 138.

§7 ust. 1: Prosimy o modyfikację ww. postanowień umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto nie brutto.



VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 139.

§8 pkt. 1) lit. a): Prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie zapisu „ponad 30 dni”, a także dodatkowego postanowienia w następującym brzmieniu:

„Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin do wykonania obowiązku umownego.”

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 140.

Dotyczy Pakietu 12 poz. 1:

Dot. pkt 15: Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie pozwalało na wykonanie dezynfekcji pomieszczeń o podanej w p. 15 SIWZ kubaturze w pełnym spektrum biobójczym (tj. bakteriobójczym, wirusobójczym, grzybobójczym, sporobójczym)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 141.

Dotyczy Pakietu 12 poz. 1:

Dot. pkt 18: Prosimy o doprecyzowanie czy zaoferowany wraz z urządzeniem środek może zawierać jony metali ciężkich czy nie? Opis p. 18 SIWZ z jednej strony dopuszcza takie środki, a w innej kombinacji nie pozwala na ich obecność. Jony metali osadzają się na dezynfekowanych powierzchniach, a następnie z nich przenoszone są na ręce i odzież personelu i pacjentów, skąd mogą łatwo akumulować się w organizmie.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 142.

Dotyczy Pakietu 12 poz. 1:

Dot. pkt 19: Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem 10 butelek czy 10 litrów środka dezynfekcyjnego? W przypadku butelek 1l nie ma różnicy ale w przypadku opakowań 5l 10 szt oznacza 50l, co znacząco podnosi koszt zakupu urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem 10 litrów środka dezynfekcyjnego.

Pytanie 143.

Dotyczy Pakietu 12 poz. 1:

Dot. pkt 22: Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wprowadzając punktację za potencjalnie awaryjny podzespół jakim jest turbina? Na rynku jest wiele urządzeń pozwalających na otrzymanie mgły mikrozołowej bez konieczności stosowania tego typu rozwiązań.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 144.

Dotyczy Pakietu 12 poz. 1:



Dot. pkt 23: Prosimy o podanie w jaki sposób Zamawiający będzie mierzył prędkość wyrzutu środka przy dyszy?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 145.

Dotyczy Pakietu 12 poz. 1:

Dot. pkt 26: Prosimy o doprecyzowanie jaką skutecznością bójczą wobec bakterii, grzybów, wirusów i sporów ma charakteryzować się zaoferowane urządzenie? Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie osiągało pełne spektrum bójcze (wobec bakterii, grzybów, wirusów oraz sporów) w ciągu jednego procesu dezynfekcji? Na rynku dostępne są urządzenia wymagające dla osiągnięcia pełnego spektrum powtórzenia procesu zamglawiania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 146.

Dotyczy Pakietu 12 poz. 1:

Dot. pkt 26: Czy Zamawiający wymaga aby skuteczność bójcza była potwierdzona badaniami zgodnie z normą NFT 72-281 (2014)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 147.

Dotyczy Pakietu 12 poz. 1:

Dot. pkt 30: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje systemu opóźnienia startu stanowiącego integralną część urządzenia, a nie timera zewnętrznego, podłączanego do gniazda elektrycznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje, ale dopuszcza ww.

Pytanie 148.

Dotyczy Pakietu 12 poz. 1:

Dot. pkt 31: Ideą dezynfekcji przez zamglawianie jest to by uzyskać mgłę mikrozoolową, która ze względu na małe rozmiary cząsteczek dociera wszędzie. Jeśli wymagane jest stosowanie dodatkowych elementów, oznacza to, że urządzenie nie spełnia wymagań. W przewodzie takim następuje skroplenie się środka dezynfekcyjnego, przez co zmieniają się jego właściwości fizyko-chemiczne, co może mieć wpływ na skuteczność procesu dezynfekcji. Dodatkowo, oprzyrządowanie takie wymaga kierowania węża przez operatora, co może mieć wpływ na jego zdrowie i życie. Prosimy o odstąpienie od wymogu możliwości podłączenia elastycznego węża.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pkt. 31 w pakiecie XII jest nieobligatoryjny.

Pytanie 149.

Dotyczy Pakietu 12 poz. 2:

Dot. pkt 38: Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie pozwalało na wykonanie dezynfekcji pomieszczeń o podanej w p. 15 SIWZ kubaturze w pełnym spektrum biobójczym (tj. bakteriobójczym, wirusobójczym, grzybobójczym, sporobójczym)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.



Pytanie 150.

Dotyczy Pakietu 12 poz. 2:

Dot. pkt 41: Prosimy o doprecyzowanie czy zaoferowany wraz z urządzeniem środek może zawierać jony metali ciężkich czy nie? Opis p. 18 SIWZ z jednej strony dopuszcza takie środki, a w innej kombinacji nie pozwala na ich obecność. Jony metali osadzają się na dezynfekowanych powierzchniach, a następnie z nich przenoszone są na ręce i odzież personelu i pacjentów, skąd mogą łatwo akumulować się w organizmie.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 151.

Dotyczy Pakietu 12 poz. 2:

Dot. pkt 42: Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem 40 butelek czy 40 litrów środka dezynfekcyjnego? W przypadku butelek 1l nie ma różnicy ale w przypadku opakowań 5l 40 szt oznacza 200l, co znacząco podnosi koszt zakupu urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem 40 litrów środka dezynfekcyjnego.

Pytanie 152.

Dotyczy Pakietu 12 poz. 2:

Dot. pkt 45: Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wprowadzając punktację za potencjalnie awaryjny podzespół jakim jest turbina? Na rynku jest wiele urządzeń pozwalających na otrzymanie mgły mikrocząsteczkowej bez konieczności stosowania tego typu rozwiązań.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 153.

Dotyczy Pakietu 12 poz. 2:

Dot. pkt 46: Prosimy o podanie w jaki sposób Zamawiający będzie mierzył prędkość wyrzutu środka przy dyszy?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 154.

Dotyczy Pakietu 12 poz. 2:

Dot. pkt 49: Prosimy o doprecyzowanie jaką skutecznością bójczą wobec bakterii, grzybów, wirusów i sporów ma charakteryzować się zaoferowane urządzenie. Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie osiągało pełne spektrum bójcze (wobec bakterii, grzybów, wirusów oraz sporów) w ciągu jednego procesu dezynfekcji? Na rynku dostępne są urządzenia wymagające dla osiągnięcia pełnego spektrum powtórzenia procesu zamglawiania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 155.

Dotyczy Pakietu 12 poz. 2:

Dot. pkt 49: Czy Zamawiający wymaga aby skuteczność bójcza była potwierdzona badaniami zgodnie z normą NFT 72-281 (2014)

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Pytanie 156.

Dotyczy Pakietu 12 poz. 2:

Dot. pkt 53: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje systemu opóźnienia startu stanowiącego integralną część urządzenia, a nie timera zewnętrznego, podłączanego do gniazda elektrycznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje, ale dopuszcza ww.

Pytanie 157.

Dotyczy Pakietu 12 poz. 2:

Dot. pkt 54: Ideą dezynfekcji przez zamglawianie jest to by uzyskać mgłę mikrocząsteczkową, która ze względu na małe rozmiary cząsteczek dociera wszędzie. Jeśli wymagane jest stosowanie dodatkowych elementów, oznacza to, że urządzenie nie spełnia wymagań. W przewodzie takim następuje skroplenie się środka dezynfekcyjnego, przez co zmieniają się jego właściwości fizyko-chemiczne, co może mieć wpływ na skuteczność procesu dezynfekcji. Dodatkowo, oprzyrządowanie takie wymaga kierowania węży przez operatora, co może mieć wpływ na jego zdrowie i życie. Prosimy o odstąpienie od wymogu możliwości podłączenia elastycznego węża.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pkt. 54 w pakiecie XII jest nieobligatoryjny.

Pytanie 158.

Dotyczy : Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny wyposażony w panel awaryjny umieszczony na kolumnie stołu, w którym sterowanie możliwe jest poprzez naciśnięcie przycisku aktywującego sterowanie na czas 15 sekund? Jest to rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego w siwz z uwagi na możliwość aktywacji i obsługi panelu awaryjnego jednym palcem, bez konieczności angażowania obu rąk.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 159.

Dotyczy : Pakiet 6

2. Pozycjoner żelowy półwałek, 150 mm.

Czy Zamawiający dopuści pozycjoner żelowy półwałek o wymiarach: 50cm x 15cm x 10 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 160.

3. Pozycjoner żelowy, półwałek 110 mm

Czy Zamawiający dopuści pozycjoner żelowy półwałek o wymiarach: 50cm x 10cm x 8,5 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 161.

4. Pozycjoner klatki piersiowej

Czy Zamawiający dopuści pozycjoner klatki piersiowej o wymiarach 60cm x 49cm x 15,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 162.

Dotyczy: Pakiet XIII Lampa bezcieniowa przejezdna typu LED - 2 sztuki



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

(dot. poz. 21) Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową przejezdną z płynną regulacją natężenia oświetlenia w zakresie 45-100%?. Parametr ten jest lepszy od opisanego i pozwala na dostosowanie natężenia do przeprowadzanego zabiegu medycznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 163.

Dotyczy: Pakiet XIV Czy Zamawiający wymaga , aby środek kompatybilny z urządzeniem był w 100 % biodegradowalny i był bez zawartości srebra , które w kontakcie z personelem lub pacjentem może powodować choroby mi.n. srebrzycę ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 164.

Dotyczy: Pakiet XIV Czy Zamawiający dopuści do postępowania środek kompatybilny z urządzeniem oparty na 2 % stężeniu nadtlenu wodoru , który jest w 100 % biodegradowalny i bezpieczny zarówno dla personelu , pacjentów oraz środowiska, jak również skuteczny wobec bakterii, grzybów , wirusom oraz sporom . Płyn dedykowany do urządzenia w butelkach 750 ml ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 165.

Dotyczy: Pakiet XIV Czy Zamawiający dopuści do postępowania środek kompatybilny z urządzeniem oparty na 6 % stężeniu nadtlenu wodoru, który jest w 100 % biodegradowalny i bezpieczny zarówno dla personelu , pacjentów oraz środowiska, jak również skuteczny wobec bakterii, grzybów , wirusom oraz sporom?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 166.

Dotyczy: Pakiet XIV Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie bez możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych oraz miejsc trudnodostępnych

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 167.

Dot. Załącznik nr 4 do SIWZ - umowa

Par. 1 ust. 7 lit. b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 168.

Par. 2 ust. 5, 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 169.

Par. 2 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wyzd. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18.120.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 170.

Par. 5 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 171.

Par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 172.

Par. 7 ust. 1 lit. b, d-f, h Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 173.

Par. 7 ust. 1 lit. g Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 174.

Par. 8 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 175.

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia PAKIET NR VII, poz. 3 - Ssak próżniowy niskopodciśnieniowy


Zamawiający w punkcie 3 opisuje ssak próżniowy niskopodciśnieniowy. Taki opis sugeruje ssak o niskim zakresie regulacji podciśnienia do zastosowań pediatrycznych, z regulacją np. 0-220mbar. Zamawiający jednak precyzuje wymagania parametru regulacja podciśnienia w zakresie min. 0-1 bar. Opis taki jest naszym zdaniem sprzeczny z definicją ssaka niskopodciśnieniowego. W związku z tym zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający miał na myśli ssak próżniowy niskopodciśnieniowy o wartości regulacji podciśnienia na przykład 0-220mbar, czy ssak wysokopodciśnieniowy o wartości regulacji podciśnienia 0-1bar?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli ssak próżniowy niskopodciśnieniowy o wartości regulacji podciśnienia na przykład 0-220mbar.

Pytanie 176.

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia PAKIET NR VII, poz. 3 - Ssak próżniowy niskopodciśnieniowy

Informujemy, że obecne na rynku regulatory podciśnienia z zakresem podciśnienia 0-1 bar posiadają ten zakres wartości jedynie naniesiony na skalę wakuometru ssaka. Maksymalny zakres regulacji wartości podciśnienia odbywa się przeważnie w zakresie 0-950mbar, co wynika ze względów bezpieczeństwa i



konstrukcji membrany ssaka. Producenci nie zalecają regulacji wartości podciśnienia do pełnej wartości -1bar. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie ssaka o wartości regulacji podciśnienia w zakresie 0-950mbar – opisaney w specyfikacji technicznej urządzenia natomiast z podziałką wakuometru z zakresem 0-1bar

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 177.

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia PAKIET NR VII, poz. 3 - Ssak próżniowy niskopodciśnieniowy

W odniesieniu do powyższych pytań zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o doprecyzowanie, w jaki sposób Zamawiający będzie przyznawał punkty za parametr „Regulacja podciśnienia w zakresie min. 0-1 bar”? Czy jako parametr wyższy niż wymagany Zamawiający rozumie większą wartość podciśnienia niż określona (aktualnie 1bar), czyli na przykład 1,1 bar? Czy Zamawiający jako wyższą wartość rozumie wartość wyższą matematycznie, tj. -0,220 bar jest większe niż -1 bar (wartości podciśnienia wyrażone w barach są wartościami ujemnymi)?

Odpowiedź: Zamawiający jako wyższą wartość rozumie wartość wyższą matematycznie, tj. -0,220 bar jest większe niż -1 bar (wartości podciśnienia wyrażone w barach są wartościami ujemnymi).

Pytanie 178.

Pakiet I:

Lp. 52: Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania z rozwiązaniem równoważnym, które umożliwi automatyczne wstępne ustawianie parametrów wentylacji na podstawie wybranej przez użytkownika kategorii pacjenta: dorosły, dziecko, noworodek? Aparat po wybraniu kategorii pacjenta dostosuje zarówno parametry wentylacji jak i granice alarmowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 179.

Pakiet I:

Lp. 53: Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania z rozwiązaniem równoważnym umożliwiającym regulację czasu plateau wdechu w jednostkach [%] zamiast [s]? Zakres od 0 do 60% dokładnie odpowiada ustawieniu czasu plateau od 0 do 3 s czyli szerszy od wymaganego 0,2 do 1,5 s.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 180.

Pakiet I:


Lp. 113, 191, 265, 371: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zapamiętywaniem 100 przypadków zdarzeń alarmowych wraz z 3 krzywymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 181.

Pakiet I:

Lp. 318: Czy Zamawiający dopuści centralę zbiorczą z dostępem do systemu monitorowania i do danych z wybranego monitora na komputerze PC, który podłączony jest do sieci informatycznej szpitala (z min. 3 komputerów jednocześnie dla tego samego pacjenta) bez pośrednictwa przeglądarki internetowej?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 182.

Pakiet V:

Ze względu na możliwość zainstalowania diatermii chirurgicznych z przystawką argonową, diatermii chirurgicznej typ A i diatermii chirurgicznej typ B na kolumnach chirurgicznych, ale z odpowiednimi uchwytami na butle na kolumnach, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie diatermii bez wózków pod aparaturę opisanych w poz. 52, 108, 157?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 183.

Pakiet V:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie diatermii chirurgicznej z przystawką argonową z mniejszą ilością osprzętu do koagulacji argonowej, bo jest to osprzęt wielorazowy z możliwością sterylizacji parowej tj.:

- dot. pkt. 70 uchwyt elektrod argonowych z przyciskami i kablem szt.1,
- dot. pkt. 71 Elektroda argonowa dł. 9-10cm z wysuwaną szpatułką szt.1,
- dot. pkt. 72 Elektroda argonowa dł. 3-4 cm z wysuwaną szpatułką szt.1,
- dot. pkt. 73 Butla argonowa 5L szt.1?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 184.

Pakiet VI:

Poz. 2 Pozycjoner żelowy półwałek 150 mm 2 szt.: Czy Zamawiający dopuści pozycjoner wykonany z wysokoelastycznej pianki w pokrowcu zdejmowanym paroprzepuszczalnym i wodoodpornym, z powierzchnią materaca antypoślizgową, o wymiarach 200x500x100?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 185.

Pakiet VI: Poz. 3 Pozycjoner żelowy półwałek 110 mm: Czy Zamawiający dopuści pozycjoner wykonany z wysokoelastycznej pianki w pokrowcu zdejmowanym paroprzepuszczalnym i wodoodpornym, z powierzchnią materaca antypoślizgową, o wymiarach 150x500x120mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 186.

Pakiet VI: Poz. 4 Pozycjoner klatki piersiowej: Czy Zamawiający dopuści dwuczęściowy pozycjoner wykonany z wysokoelastycznej pianki w pokrowcu zdejmowanym paroprzepuszczalnym i wodoodpornym, z powierzchnią materaca antypoślizgową, o łącznych wymiarach 600x500x160mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 187.

Pakiet VI: Poz. 5 Pozycjoner głowy w pozycji brzusznej: Czy Zamawiający dopuści pozycjoner wykonany z wysokoelastycznej pianki w pokrowcu zdejmowanym paroprzepuszczalnym i wodoodpornym, z powierzchnią materaca antypoślizgową, o wymiarach 320x170mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Pytanie 188.

Pakiet VI: Poz. 6 Krążek pod głowę: Czy Zamawiający dopuści krążek pod głowę wykonany z wysokoelastycznej pianki w pokrowcu zdejmowanym paroprzepuszczalnym i wodoodpornym, z powierzchnią materaca antypoślizgową, o wymiarach 220x60 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 189.

Pakiet VI: Poz. 7 Pozycjonery przeciwoleżynowe: Czy Zamawiający dopuści pozycjonery wykonane z wysokoelastycznej pianki w pokrowcu zdejmowanym paroprzepuszczalnym i wodoodpornym, z powierzchnią materaca antypoślizgową, o wymiarach:

- uniwersalny 500x520x50 mm,

- $\frac{3}{4}$ długości 1000x520x50 mm,

- pełna długość 2000x520x50 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 190.

Pakiet VI: 8 klin do pozycjonowania pacjenta: Czy Zamawiający dopuści pozycjoner wykonany z wysokoelastycznej pianki w pokrowcu zdejmowanym paroprzepuszczalnym i wodoodpornym, z powierzchnią materaca antypoślizgową, o wymiarach 350x150x100 mm lub o wymiarach 350x150x80 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 191.

Dot. Pakiet I. Aparat do znieczulenia ogólnego z kardiomonitorem anestezjologicznym – załącznik nr 1 Ad pkt 13

Czy Zamawiający dopuści aparat w wersji kolumnowej bez szuflad?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 192.

Dot. Pakiet I. Ad pkt 14

Prosimy o podanie szacunkowego ciężaru 4 szt. pomp infuzyjnych.

Odpowiedź: Około 12 kg.

Pytanie 193.

Dot. Pakiet I. Ad pkt 23

Czy Zamawiający dopuszcza aparat z mieszalnikiem elektronicznym?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 194.

Dot. Pakiet I. Ad pkt 23

Czy Zamawiający przyzna dodatkowe punkty w przypadku zaoferowania aparatu z elektronicznym mieszalnikiem?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 195.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi


XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18.120.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Dot. Pakiet I. Ad pkt 29

Czy Zamawiający przyzna dodatkowe punkty dla czujników wielorazowego użytku, które mogą być sterylizowane parowo?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 196.

Dot. Pakiet I. Ad pkt 33

Czy Zamawiający przyzna dodatkowe punkty w przypadku zaoferowania mechanicznej zastawki APL z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia bez konieczności skręcania zastawki do minimum?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 197.

Dot. Pakiet I. Ad pkt 36

Czy Zamawiający dopuści respirator z ekranem nie dotykowym, sterowanym pokrętle i przyciskami funkcyjnymi?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 198.

Dot. Pakiet I. Ad pkt 45

Czy Zamawiający zrezygnuje z trybu wentylacji z gwarantowaną objętością?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 199.

Dot. Pakiet I. Ad pkt 52

Czy Zamawiający dopuści aparat z funkcją ustawienia wstępnych parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej należnej masy ciała, zostanie dopuszczony do postępowania?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 200.

Dot. Pakiet I. Ad pkt 53

Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją plateau w zakresie od 0 do 60 %?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 201.

Dot. Pakiet I. Ad pkt 94, 155 i 158

Czy Zamawiający dopuści pomiar BIS, NMT i ciągłego rzutu minutowego serca w postaci urządzeń zewnętrznych, z wyświetlaniem danych na ekranie oferowanego monitora?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 202.

Dot. Pakiet I. Ad pkt 124

Czy Zamawiający skoryguje oczywistą pomyłkę? - do monitorowania 12 rzeczywistych odprowadzeń EKG stosuje się układ 10 elektrod, zgodnie z wymaganiem w punkcie 276.

Odpowiedź: Tak.



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515
90-051 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60
fax /+48/ 42 206 88 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

Pytanie 203.

Dot. Pakiet I. Ad pkt 134

Czy Zamawiający dopuści pomiar drugiej saturacji możliwy za pomocą zewnętrznego monitora podłączanego do oferowanego monitora?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 204.

Dot. Pakiet I. Ad pkt 202

Czy Zamawiający skoryguje oczywistą pomyłkę? - do monitorowania 12 rzeczywistych odprowadzeń EKG stosuje się układ 10 elektrod, zgodnie z wymaganiem w punkcie 276.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 205.

Dot. Pakiet I. Ad pkt 244 i 311

Czy Zamawiający dopuści pomiar BIS, NMT i ciągłego rzutu minutowego serca w postaci urządzeń zewnętrznych, z wyświetlaniem danych na ekranie oferowanego monitora?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 206.

Dot. Pakiet I. Ad pkt 319

Prosimy o potwierdzenie, że połączenia przewodowe między monitorami a serwerownią o raz między centralami a serwerownią zapewnia Zamawiający i że nie trzeba ich uwzględniać w ofercie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 207.

Dot. Pakiet I. Ad pkt 382

czy Zamawiający skoryguje oczywistą pomyłkę? - do monitorowania 12 rzeczywistych odprowadzeń EKG stosuje się układ 10 elektrod, zgodnie z wymaganiem w punkcie 276.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 208.

Pakiet V poz.2 lp.83

Dotyczy Ilość gniazd przyłączeniowych zestawu Czy zamawiający odstąpi od konieczności zaoferowania gniazda argonowego -1. W Pakiecie V poz.2 zamawiający wymaga zaoferowania diatermii chirurgicznej bez przystawki argonowej, tak więc gniazdo argonowe w tym zestawie nie będzie mogło być wykorzystywane ?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje.

Pytanie 209.

Pakiet V poz.3 lp.132

Dotyczy Ilość gniazd przyłączeniowych zestawu Czy zamawiający odstąpi od konieczności zaoferowania gniazda argonowego -1. W Pakiecie V poz.3 zamawiający wymaga zaoferowania diatermii chirurgicznej bez przystawki argonowej, tak więc gniazdo argonowe w tym zestawie nie będzie mogło być wykorzystywane ?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje.



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Pytanie 210.

dotyczy pakietu XII

Zgodnie z definicją wyrobu medycznego podaną w art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń nie jest wyrobem medycznym.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń posiadające deklaracje zgodności CE producenta potwierdzającą dopuszczenie do obrotu? Środki dezynfekujące kompatybilne z urządzeniem są produktami biobójczymi zarejestrowanymi w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, przeznaczonymi do dezynfekcji powietrza, powierzchni, materiałów, wyposażenia i sprzętu w miejscach publicznych włącznie z placówkami służby zdrowia, obszarem klinicznym i w przemyśle.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 211.

dotyczy pakietu XII

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało możliwość dezynfekcji pomieszczeń o kubaturze od 10 do 1000m³ ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 212.

dotyczy pakietu XII

Czy Zamawiający wymaga aby system do dezynfekcji pomieszczeń (urządzenie + środek) posiadał potwierdzoną badaniami skuteczność zgodnie z normą NFT 72-281 (2014) – jedyną normą na świecie dotyczącą skuteczności dezynfekcji przez zamgławianie (fumigację)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 213.

dotyczy pakietu XII

Czy Zamawiający wymaga zgodnie z polskim prawem, aby środki dezynfekcyjne przeznaczone do urządzenia posiadały pozwolenie na obrót jako produkt biobójczy wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 214.

dotyczy pakietu XII

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w ergonomiczną rączkę, wygodną w użytkowaniu z tworzywa sztucznego umieszczaną na frontowej części sprzętu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 215.

dotyczy pakietu XII

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wygodny wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 216.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18.120.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Pakiet nr XI

Wymogi ogólne

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną i chłodziarki do przechowywania farmaceutyków niebędące wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Z 2010 r. Nr 107 poz. 679 ze zm.)? Zaproponowane chłodziarki są urządzeniami laboratoryjnymi posiadającym certyfikat CE. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 217.

Pakiet nr XI

Chłodziarka farmaceutyczna- 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną z zakresem temperatury od +20C do +80C? Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Charakterystyki Produktów Leczniczych wskazują na konieczność zapewnienia podczas przechowywania i dystrybucji leków stabilnych warunków termicznych w granicach od +2°C do +8°C. Zaproponowana przez nas chłodziarka spełnia powyższe wytyczne. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 218.

Pakiet nr XI

Chłodziarka do przechowywania farmaceutyków- 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę do przechowywania farmaceutyków z zakresem temperatury od +20C do +80C? Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Charakterystyki Produktów Leczniczych wskazują na konieczność zapewnienia podczas przechowywania i dystrybucji leków stabilnych warunków termicznych w granicach od +2°C do +8°C. Zaproponowana przez nas chłodziarka spełnia powyższe wytyczne. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 219.

Pakiet nr 6

Dot. Poz. 15.

Czy Zamawiający dopuści stół z podstawą w kształcie litery Y, która odznacza się jednakową lub nawet lepszą funkcjonalnością niż podstawa stołu w kształcie litery U?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 220.

Pakiet nr 6

Dot. Poz. 22

Czy Zamawiający dopuści stół z nowoczesnym systemem szybkozłączy automatycznych bez dodatkowego pokrętkła, które jest rozwiązaniem przestarzałym i utrudniającym obsługę?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 221.

Pakiet nr 6

Dot. Poz. 37

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18.120.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Czy Zamawiający dopuści stół z podnóżkiem regulowanym w zakresie od +70° do -105°?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 222.

Pakiet nr 6

Dot. Poz. 39

Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w górną płytę plecową regulowaną w zakresie -45° do +80° łącznie z płytą plecową dolną?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 223.

Pakiet nr 6

Dot. Poz. 47

Czy Zamawiający dopuści stół z pozycjonerem żelowym, półwałkiem o wymiarach 405x150x100 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 224.

Pakiet nr 6

Dot. Poz. 53

Czy Zamawiający dopuści stół z pozycjonerem żelowym, półwałkiem o wymiarach 405x150x100 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 225.

Pakiet nr 6

Dot. Poz. 75-77

Czy Zamawiający dopuści stół z pozycjonerami przeciwośluzowymi: uniwersalnym o wymiarach 500x500x10 mm, ¾ długości o wymiarach 1170x500x10 oraz z pozycjonerem dwuczęściowym o łącznej długości 1670 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 226.

Pakiet 13

Czy Zamawiający dopuści lampę z 4 diodami o średnicy oświetlanego pola 140 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 227.

Pakiet XXI

Poz. 2 – mankiet do szybkich przetoczeń

Prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 228.

Dotyczy części nr XXI:



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 2 (mankiet do szybkich przetoczeń płynów) lub możliwość składania oferty na poszczególne pozycje w pakiecie, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców i wybranie najkorzystniejszej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić odpowiedzi przy sporządzaniu ofert.

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu została przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 25 października 2018r.

W załączeniu do niniejszych wyjaśnień:

- Załącznik nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia w częściach 1-21)
- Przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Z poważaniem,

Dorota Kowal-Kądrowska

Z-ca Dyrektora Biura Inwestycji

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**I.1) Nazwa i adresy**

Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. J. Piłsudskiego 12 lok. 515

Łódź

90-051

Polska

Osoba do kontaktów: Kinga Teodorczyk

Tel.: +48 422068860

E-mail: zamowienia.publiczne@iml.biz.pl

Faks: +48 422068861

Kod NUTS: PL711

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.iml.biz.pl>

Sekcja II: Przedmiot**II.1) Wielkość lub zakres zamówienia****II.1.1) Nazwa:**

Dostawa sprzętu medycznego/wyposażenia dla IMŁ S. z o.o.

Numer referencyjny: 26/ZP/PN/18

II.1.2) Główny kod CPV

33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego/wyposażenia dla IMŁ Sp. z o.o., ujętego w częściach od 1 do 21 zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia podzielony jest na części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferta może obejmować całość przedmiotu zamówienia lub wybrane części, a jeżeli część obejmuje więcej niż jedną pozycję, oferta dla swojej ważności w tej części musi być złożona na wszystkie jej pozycje. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w min.2018 roku, nie powystawowy, nieregenerowany, kompletny i powinien być gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi oraz musi być wolny od wad fizycznych i prawnych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające**VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

25/10/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: nkazijan
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-135952
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 177-400784
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 11/09/2018

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.7

Część nr: 19

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.2.7 Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (dotyczy części 19)

Zamiast:

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 70

Powinno być:

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 84

VII.2) Inne dodatkowe informacje: