



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515
90-051 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 2068860
fax /+48/ 42 20688 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

Łódź, 03.08.2020r.

3305-5/60/ZO/COV/20

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Zaukupu Tomograf komputerowy 64 rzędowy lub więcej w zabudowie kontenerowej

Znak sprawy : 60/ZO/COV/20

Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na zapytania w zakresie Zapytania ofertowego 60/ZO/COV/20

Pytanie nr 1:

Dot. Załącznik nr 2 wymagania techniczne, Generator/ Lampa RTG pkt 22

W punkcie 22 „Generator/ Lampa RTG” Zamawiający wymaga najkrótszy czas pełnego obrotu (360°) układu lampa rtg - detektor $\leq 0,35$ s. Parametr jaki posiada nas system to 0,374s. Prosimy o dopuszczenie powyższej wartości. Wskazane wartości nie różnią się znacząco przez co nie mają wpływu na jakość obrazowania.

Dopuszczenie ww. parametru wpłynie na zwiększenie konkurencji oraz uzyskanie konkurencyjnej oferty.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 2:

Dot. Załącznik nr 2 wymagania techniczne, Parametry jakościowe pkt 32

W punkcie 32 „Parametry jakościowe” Zamawiający wymaga maksymalnej rozdzielczości wysokokontrastowa w płaszczyźnie X,Y, w czasie pełnego skanu dla min. 64 warstw akwizycyjnych, w matrycy 512x512 dla fantomu 20 cm w punkcie 50 % MTF w polu akwizycyjnym 50 cm min. 12 lp/cm”. Prosimy o dopuszczenie wartości 7.5lp/cm.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 3:

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Dot. Załącznik nr 2 wymagania techniczne, Parametry jakościowe pkt 36

W punkcie 36. „Parametry jakościowe” Załącznika nr 2., Zamawiający wymaga dynamicznego kolimatora, ograniczającego promieniowanie w osi Z na początku i końcu skanu spiralnego. Pragniemy poinformować, iż proponowane przez nas rozwiązanie z oprogramowaniem O-Dose, dobiera parametry ekspozycji zgodnie ze specyfiką badania i anatomią pacjenta ograniczając niepotrzebną dawkę podaną pacjentowi. Wobec powyższego, prosimy o zmianę ww. parametru na wartość nie wymaganą.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 4:

Dot. Załącznik nr 2 wymagania techniczne, Gantry i stół pkt 10

W punkcie 10 *Gantry i Stół* Zamawiający wymaga : Automatyczne pozycjonowanie pacjenta do zaprogramowanego punktu referencyjnego wybieranego na gantry (min. trzy programowane pozycje).

Prosimy o dopuszczenie systemu bez powyższego rozwiązania.

Odp.: Zamawiający udzielił odpowiedzi w w/w zakresie na pytanie i jest ona wiążąca (pytanie nr 5 w wyjaśnieniach z dnia 03.08.2020 roku (1) – 3305-4/60/ZO/COV/20)

Pytanie nr 5:

Dot. Załącznik nr 2 wymagania techniczne, informacje ogólne pkt 7

Prosimy o usunięcie ww. punktu. Wskazujemy, iż dopuszczenie do obrotu następuje na podstawie zgłoszenia wyrobu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Dyrektor ds. Operacyjnych


Jarosław Jermalonek

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).

