



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515
90-051 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 2068860
fax /+48/ 42 20688 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

Łódź, dnia 23.02.2022r.

IMŁ/BZ/3-1/ZO/COV/22

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania na dostawę aparatu USG w ilości 1 sztuki.

Znak sprawy: 3/ZO/COV/22.

Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na zapytania w zakresie zapytania ofertowego nr 3/ZO/COV/22.

Pytanie nr 1

Dotyczy: załącznik nr 2 punkt: 8

Czy zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta bez możliwość zduplikowania obrazu diagnostycznego (B, B+CD/PD) na dotykowym ekranie LCD?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dotyczy: załącznik nr 2 punkt: 14

Czy zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta bez wbudowanej nagrywarki? Chcielibyśmy podkreślić, iż istnieje możliwość zapisu na zewnętrznych dyskach oraz pendrive w formatach: DICOM, AVI, JPEG. Bardzo prosimy zmianę zapisu co pozwoli na zwiększenie konkurencyjności.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wýdz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 66 344 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Rzeczpospolita
Polska



województwo
łódzkie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie nr 3

Dotyczy: załącznik nr 2 punkt: 17

Czy zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta gdzie liczba cyfrowych kanałów odbiorczych przetwarzania ultradźwiękowego wynosi 2,580,480? Parametry ten nie wpływa na jakość obrazowania, bardzo prosimy zmianę zapisu co pozwoli na zwiększenie konkurencyjności

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4

Dotyczy: załącznik nr 2 punkt: 18

Czy zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta o dynamice systemu 256 dB? Pragniemy zauważyć, iż przy tak niewielkiej różnicy wymaganym przez Zamawiającego parametrze w żaden sposób nie wpływa na jakość obrazowania.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5

Dotyczy: załącznik nr 2 punkt: 20

Czy zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta bez wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki z min. 4 regulatorami, ale z automatyczną optymalizacją obrazu po naciśnięciu przycisku QSCAN?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6

Dotyczy: załącznik nr 2 punkt: 33

Czy zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta gdzie uchyłność bramki Dopplera kolorowego na głowicy liniowej w aplikacji naczyniowej wynosi: 0° , $\pm 15^\circ$, $\pm 20^\circ$, $\pm 30^\circ$?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7

Dotyczy: załącznik nr 2 punkt: 40

Czy zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta gdzie liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D 23000 klatek oraz zapis Dopplera

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 66 344 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Rzeczpospolita
Polska



województwo
łódzkie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



spektralnego wynosi 30 sekund ? Parametry ten nie wpływa na jakość obrazowania, bardzo prosimy zmianę zapisu co pozwoli na zwiększenie konkurencyjności

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Dotyczy: załącznik nr 2 punkt: 51

Czy zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta gdzie funkcja automatycznej optymalizacji obrazu 2D jest uruchomiana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu)? Parametr ten nie wpływa na ergonomię pracy ultrasonografu, bardzo prosimy zmianę zapisu co pozwoli na zwiększenie konkurencyjności

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9

Dotyczy: załącznik nr 2 punkt: 54

Czy zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta gdzie praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych występuje z regulacją z 7 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich głowicach convexowych i liniowych. Opcja dostępna dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego? Pragniemy zauważyć, iż przy tak niewielkiej różnicy wymaganym przez Zamawiającego parametrze w żaden sposób nie wpływa na jakość obrazowania.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10

Dotyczy: załącznik nr 2 punkt: 57

Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta bez parametru ciągłej dynamiki ogniskowania wiązki odbieranej? Prosimy o zmianę w tym zapisie gdyż pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 66 344 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Rzeczpospolita
Polska



województwo
łódzkie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie nr 11

Dotyczy: załącznik nr 2 punkt:69

Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z sondą Liniową szerokopasmową o zakresie częstotliwości 4-18 MHz o liczbie elementów 288? Pragniemy zauważyć, iż przy tak niewielkiej różnicy wymaganym przez Zamawiającego parametrze w żaden sposób nie wpływa na jakość obrazowania.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12

Dotyczy: załącznik nr 2 punkt:70

Czy zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta gdzie jest możliwość pracy z oprogramowaniem określającym sztywność tkanek za pomocą metody Strain ale bez fuzji obrazów? Prosimy o zmianę w tym zapisie gdyż pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13

Dotyczy: załącznik nr 2 punkt: 73

Czy zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z głowicą liniową do badań naczyniowych szerokopasmowa o zakresie częstotliwości 2-9 MHz gdzie szerokość pola widzenia głowicy występuję w zakresie maksymalnie 44 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 14

Dotyczy: załącznik nr 2 punkt: 84

Czy zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta bez możliwości rozbudowy o oprogramowanie do badań kardiologicznych dzieci i dorosłych w tym obrazowanie 3D Live? Prosimy o zmianę w tym zapisie gdyż pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 66 344 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Rzeczpospolita
Polska



województwo
łódzkie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie nr 15

Dotyczy: załącznik nr 2 punkt: 90

Czy zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta bez możliwości rozbudowy o głowicę przezprzełykową wielopłaszczyznową wykonaną w technologii matrycowej o częstotliwości pracy co najmniej od 2 do 5 MHz i ilością elementów min. 2000 i możliwością obsługi opcji 3D Live? Prosimy o zmianę w tym zapisie gdyż pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 16

Dotyczy: załącznik nr 2 punkt: 91

Czy zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o głowicę liniową, śródooperacyjną w kształcie litery „T” szerokopasmową o zakresie częstotliwości co od 3.0 – 7.0 MHz gdzie szerokość pola widzenia głowicy maksymalnie do 90°?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 17

Dotyczy: załącznik nr 2 punkt: 92

Czy zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta możliwość rozbudowy o głowicę micro- convex wykonaną w technologii wielorzędowej z obrazowaniem harmonicznym o zakresie częstotliwości 4-10 MHz o liczbie elementów: 128 o polu widzenia 90°?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Prezes Zarządu
Robert Sobczak
Robert Sobczak

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 66 344 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Rzeczpospolita
Polska



województwo
łódzkie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



