




Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 2068860
fax /+48/ 42 20688 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl



Rzeczpospolita
Polska



województwo
łódzkie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Łódź, 02.01.2023r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy ogłoszenia nr 28/ZO/COV/22- dostawa laparoskopu z osprzętem (1 zestaw) oraz kardiomonitorów (2 szt.).

Zamawiający, zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawnienia źródła zapytań:

Pytania dot. Załącznika nr 2a – laparoskop z osprzętem

Pytanie :

Dotyczy załącznika nr 2a (zadanie 1) część XVI poz. 30. Prosimy o dopuszczenie imadła laparoskopowego o średnicy 5 mm, długości 310 mm, prostego samocentrującego, wyposażonego w osiową rączkę z wbudowaną ochroną przeciw przeciążeniom pozwalającą na swobodne trzymanie w każdej pozycji, kanał do płukania, możliwość zablokowania mechanizmu trzymającego.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia parametry techniczne załącznika nr 2a bez zmian.

Pytania dot. Załącznika nr 2b - kardiomonitor

Pytanie :

Punkt 1- Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor o konstrukcji modułowo-kompaktowej?

Pytanie :

Punkt 5- Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor wyposażony w kolorowy ekran LCD wysokiej jakości o przekątnej przynajmniej 14,6” do wyświetlania parametrów z kardiomonitora?

Pytanie :

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 108.544.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).






Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 2068860
fax /+48/ 42 20688 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl



Rzeczpospolita
Polska



województwo
łódzkie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Punkt 6- Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z możliwością sterowania funkcjami monitorowania za pomocą minimum ekranu dotykowego i przycisków funkcyjnych?

Pytanie :

Mocowanie kardiomonitora -Punkt 17 Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z możliwością regulacji wysokości kardiomonitora w standardowy sposób niewymagający stosowania np. sprężyn gazowych, siłowników z uwagi na niewielką masę kardiomonitora?

Pytanie :

Ad 6. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z komunikacją z użytkownikiem przez system menu w języku polskim, ze sterowaniem funkcjami monitorowania za pojemnościowego ekranu dotykowego, pozwalającego na obsługę funkcji gestów?

Pytanie :

Ad 12. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z czasem ładowania akumulatora do 90% pojemności w ciągu 4,5 godziny?

Pytanie :

(Dotyczy pkt. 6) Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością sterowania funkcjami za pomocą tylko i wyłącznie ekranu dotykowego?

Pytanie :

(Dotyczy pkt. 16) Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości dodatkowej rozbudowy o podgląd danych życiowych pacjenta z monitorów na komputerach PC podłączonych do sieci Ethernet szpitala?

Pytanie :

(Dotyczy pkt. 17) Czy Zamawiający dopuści uchwyt ścienny z możliwością położenia monitora w 3 płaszczyznach (obrót, nachylenie i regulacja wysokości) bez wspomaganie gazowego lub dedykowane mocowanie na szynę lub rurę z możliwością ustawienia tylko kąta widzenia?

Pytanie :

(Dotyczy pkt. 43) Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z prezentacją jednostek CO2 w mmHg, powszechnie stosowanej w środowisku medycznym?

Pytanie :

(Dotyczy pkt. IBP i etCO2) Czy Zamawiający może opisać liczbę akcesorii jaką oczekuje dla pomiarów IBP na kanał oraz dla pomiaru EtCo2?

Pytanie :

poz. 3 Ogólne parametry techniczne

W związku z tym, że Zamawiający wymaga dostarczenia monitorów modułowych wyposażonych w moduły pomiarowe czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia wraz z monitorami modułów transportowych z własnym, niezależnym ekranem do monitorowania pacjenta w czasie przewożenia pacjenta?

Pytanie :

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 108.544.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).






Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 2068860
fax /+48/ 42 20688 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl



Rzeczpospolita
Polska



województwo
łódzkie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



poz. 29 Ogólne parametry techniczne

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z modułem SpO2 w równoważnej technologii iMAT zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale i niskiej perfuzji?

Pytanie :

poz. 51 Ogólne parametry techniczne

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z funkcją ręcznej oraz automatycznej, na podstawie typu pacjenta, konfiguracji granic alarmowych wszystkich parametrów, na jednym wspólnym i dedykowanym do tego ekranie?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia parametry techniczne załącznika nr 2b bez zmian.

PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY

Pytanie :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy wynikających z § 4 Warunki gwarancji i serwisu na następujące:

„(...) 4. Czas reakcji serwisu maksymalnie **do 48 godzin.**

Pytanie :

5. W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy (min. 2), gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji, chyba że producent wymaga wykonywania przeglądów w innych interwałach czasowych.

Pytanie :

6. Dopuszcza się **maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego podzespołu uprawniające do wymiany wadliwego podzespołu na nowy, wolny od wad.**

Pytanie :

7. Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych.

Pytanie :

8. ~~W przypadku naprawy urządzenia powyżej 5 dni roboczych wymagane jest wstawienie urządzenia zastępczego tej samej klasy na czas naprawy. (...)~~

Prosimy zamawiającego o rezygnację wstawienia sprzętu zastępczego. Obowiązek taki ciążący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.

Pytanie :

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 108.544.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).






Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 2068860
fax /+48/ 42 20688 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl



Rzeczpospolita
Polska



województwo
łódzkie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

a) w wysokości 10% **niezrealizowanej części** wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od części lub całości umowy lub innego sposobu rozwiązania umowy z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w tym wskazanych w §7 ust.1 lit a, b i c;

b) w wysokości **0,5%** wartości brutto niezrealizowanej części umowy, - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy** w stosunku do terminu wskazanego w § 1 ust. 6 niniejszej umowy;

c) w wysokości **0,5%** ceny brutto urządzenia podlegającego naprawie, , w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 4 ust. 4 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (przystąpienie serwisu do naprawy), **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto urządzenia podlegającego naprawie**;

Pytanie :

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Pytanie :

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Pytanie :

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku od towarów i usług (VAT)? (dot. §3 ust. 10)

Odpowiedź:

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 108.544.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105
90-135 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 2068860
fax /+48/ 42 20688 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl



Rzeczpospolita
Polska



województwo
łódzkie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Zamawiający informuje iż ewentualne zmiany zapisów umowy zostaną doprecyzowane w momencie podpisania umowy z wybranym oferentem.

POZOSTAŁE PYTANIA

Pytanie :

Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisów w punkcie 4 - środki dowodowe, odnośnie zadania nr 1 na następujące:

„wykaz jednej dostawy na spełnienie warunku zdolności technicznej lub zawodowej, wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz których dostawa została wykonana, dowody określające czy dostawa, została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wykazane przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane lub są wykonywane – 1 dostawa *dotycząca sprzętu medycznego przedmiotu zamówienia tj. laparoskop z osprzętem* na wartość brutto min. 340 000,00 zł.”

Środek dowody jakim jest wykaz dostaw ma na celu potwierdzenie warunku zdolności technicznej lub zawodowej, tym samym wykazując się dostawą innych urządzeń medycznych w sposób wystarczający potwierdza się swoją zdolność do realizacji dostaw różnego rodzaju sprzętu medycznego w tym laparoskopów.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy dotyczących przedmiotowych środków dowodowych bez zmian.

Pytanie :

Prosimy o podanie informacji Kto jest Zamawiającym w n.w postępowaniu ?

W umowie i w ogłoszeniu są różne adresy.

Prosimy o podanie dokładnych danych

Adres

Nr NIP

Odpowiedź:

Zamawiającym jest Województwo Łódzkie z siedzibą w Łodzi, przy al. Piłsudskiego 8, 9-051 Łódź, NIP 725-17-39-344

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 108.544.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).

