




## Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105  
90-135 Łódź  
NIP: 726-26-54-060  
[www.iml.biz.pl](http://www.iml.biz.pl)

tel. /+48/ 42 2068860  
fax /+48/ 42 20688 61  
REGON: 101745880  
[iml@iml.biz.pl](mailto:iml@iml.biz.pl)



Rzeczpospolita  
Polska



województwo  
łódzkie

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Łódź, 31.01.2023r.

### DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy ogłoszenia nr 30/ZO/COV/22- dostawa laparoskopu z osprzętem (1 zestaw)

Zamawiający, zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawnienia źródła zapytań:

#### **Pytania dot. Załącznika nr 2 – laparoskop z osprzętem**

**Pytanie:** część XV poz. 30. Prosimy o dopuszczenie imadła laparoskopowego o średnicy 5 mm, długości 310 mm, prostego samocentrującego, wyposażonego w osiową rączkę z wbudowaną ochroną przeciw przeciążeniom pozwalającą na swobodne trzymanie w każdej pozycji, kanał do płukania, możliwość zablokowania mechanizmu trzymającego.

**Pytanie:** Dot. Pkt I.3 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterownik bez opisanej funkcji?

**Pytanie:** Dot. Pkt I.4 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterownik z wyjściami cyfrowymi: 3G-SDI, HD-SDI, DVI – dla obrazu 2D oraz 3G-SDI, DVI-D dla obrazu 3D?

**Pytanie:** Dot. Pkt I.6 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterownik bez opisanej funkcji?

**Pytanie:** Dot. Pkt I.7 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterownik z wbudowanym źródłem światła LED?

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 108.544.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).






## Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105  
90-135 Łódź  
NIP: 726-26-54-060  
[www.iml.biz.pl](http://www.iml.biz.pl)

tel. /+48/ 42 2068860  
fax /+48/ 42 20688 61  
REGON: 101745880  
[iml@iml.biz.pl](mailto:iml@iml.biz.pl)



Rzeczpospolita  
Polska



województwo  
łódzkie

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**Pytanie:** Dot. Pkt I.8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterownik z zoomem cyfrowym x1,5?

**Pytanie:** Dot. Pkt I.9 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterownik z możliwością jasności obrazu w skali -8 do 8?

**Pytanie:** Dot. Pkt I.10 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterownik z możliwością regulacji kontrastu w skali 3 stopniowej?

**Pytanie:** Dot. Pkt I.11 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterownik z możliwością wyostrzenia krawędzi w skali 3 stopniowej?

**Pytanie:** Pyt. 9. Dot. Pkt I.12 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterownik z możliwością indywidualnego zaprogramowania trybów pracy?

**Pytanie:** Dot. Pkt I.13 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterownik z możliwością przypisania indywidualnych ustawień dla 20 użytkowników?

**Pytanie:** Dot. Pkt I.14 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterownik bez opisanej funkcji?

**Pytanie:** Dot. Pkt II.3 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wideolaparoskop z funkcją continuous autofocus jako rozwiązanie równoważne?

**Pytanie:** Dot. Pkt II.6 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wideolaparoskop bez możliwości współpracy z jednorazowymi rękawami sterylnymi?

**Pytanie:** Dot. Pkt II.7 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wideolaparoskop z 3 programowalnymi przyciskami z możliwością zaprogramowania różnych funkcji?

**Pytanie:** Dot. Pkt II.10 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wideolaparoskop o średnicy 10,07 mm?

**Pytanie:** Dot. Pkt II.11 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wideolaparoskop o długości części roboczej 330 mm?

**Pytanie:** Dot. Pkt II.12 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wideolaparoskop z przewodem długości 2780 mm?

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 108.544.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





## Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105  
90-135 Łódź  
NIP: 726-26-54-060  
[www.iml.biz.pl](http://www.iml.biz.pl)

tel. /+48/ 42 2068860  
fax /+48/ 42 20688 61  
REGON: 101745880  
[iml@iml.biz.pl](mailto:iml@iml.biz.pl)



Rzeczpospolita  
Polska



województwo  
łódzkie

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**Pytanie:** Dot. Pkt II.13 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wideolaparoskop z typem ochrony BF?

**Pytanie:** Dot. Pkt II.14 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw bez rękawów sterylnych

**Pytanie:** Dot. Pkt III.19 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wideolaparoskop z funkcją continuous autofocus jako rozwiązanie równoważne dla skanowania progresywnego jako rozwiązanie równoważne?

**Pytanie:** Dot. Pkt III.22 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wideolaparoskop bez możliwości współpracy z jednorazowymi rękawami sterylnymi?

**Pytanie:** Dot. Pkt III.23 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wideolaparoskop z 3 programowalnymi przyciskami z możliwością zaprogramowania różnych funkcji?

**Pytanie:** Dot. Pkt III.26 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wideolaparoskop o średnicy 10,20 mm?

**Pytanie:** Dot. Pkt III.27 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wideolaparoskop o długości części roboczej 330 mm?

**Pytanie:** Dot. Pkt III.28 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wideolaparoskop z przewodem długości 2780 mm?

**Pytanie:** Dot. Pkt III.29 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wideolaparoskop z typem ochrony BF?

**Pytanie:** Dot. Pkt III.30 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw bez rękawów sterylnych ?

**Pytanie:** Dot. Pkt IV.1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania głowicę z trzema przetwornikami CMOS?

**Pytanie:** Dot. Pkt IV.2 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania głowicę 2D bez skanowania progresywnego?

**Pytanie:** Dot. Pkt IV.3 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania głowicę z zoomem optycznym x2 i ogniskową 15,9-31,3?

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 108.544.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





## Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105  
90-135 Łódź  
NIP: 726-26-54-060  
[www.iml.biz.pl](http://www.iml.biz.pl)

tel. /+48/ 42 2068860  
fax /+48/ 42 20688 61  
REGON: 101745880  
[iml@iml.biz.pl](mailto:iml@iml.biz.pl)



Rzeczpospolita  
Polska



województwo  
łódzkie

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**Pytanie:** Dot. Pkt IV.4 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania głowicę bez konieczności potwierdzenia parametru szybkości migawki?

**Pytanie:** Dot. Pkt IV.5 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania głowicę z 3 programowalnymi przyciskami ?

**Pytanie:** Dot. Pkt IV.6 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania głowicę z możliwością przypisania większej ilości funkcji?

**Pytanie:** Dot. Pkt IV.9 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania głowicę z typem ochrony BF?

**Pytanie:** Dot. Pkt VII.1 Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu źródło LED bez konieczności potwierdzania parametru żywotności?

**Pytanie:** Dot. Pkt VII.2. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu źródło światła LED wbudowane w sterownik kamery obsługiwane przez panel dotykowy? Regulacja ręczna natężenia światła sterowana z przycisków na panelu dotykowym.

**Pytanie:** Dot. Pkt VII.4. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu źródło światła zintegrowane ze sterownikiem kamery wyświetlające na wyświetlaczy informacje o trybie pracy i natężeniu światła?

**Pytanie:** Dot. Pkt VII.5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania źródło światła pozwalające na montaż światłowodu różnych producentów za pomocą dedykowanych adapterów?

**Pytanie:** Dot. Pkt VII.6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania źródło światła bez opisanej funkcji?

**Pytanie:** Dot. Pkt VII.7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania źródło światła bez konieczności potwierdzenia parametru temperatury barwy?

**Pytanie:** Dot. Pkt VII.8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania źródło światła bez konieczności potwierdzenia parametru strumienia świetlnego?

**Pytanie:** Dot. Pkt VII.9. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowania źródło światła zintegrowane ze sterownikiem kamery z typem ochrony BF?

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 108.544.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).






## Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105  
90-135 Łódź  
NIP: 726-26-54-060  
[www.iml.biz.pl](http://www.iml.biz.pl)

tel. /+48/ 42 2068860  
fax /+48/ 42 20688 61  
REGON: 101745880  
[iml@iml.biz.pl](mailto:iml@iml.biz.pl)



Rzeczpospolita  
Polska



województwo  
łódzkie

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**Pytanie:** Dot. Pkt VII. 10. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu źródło światła bez adaptera do diagnostyki światłowodów?

**Pytanie:** Dot. Pkt VIII.1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania insuflator o przepływie do 45 l/min

**Pytanie:** Dot. Pkt VIII 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania insuflator bez zaprogramowanych programów.

**Pytanie:** Dot. Pkt VIII 4. Czy Zamawiający dopuści insuflator o regulacji ciśnienia 3-25 mmHg

**Pytanie:** Dot. Pkt VIII .5 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania insuflator z podgrzewaniem gazu jako osobny system?

**Pytanie:** Dot. Pkt VIII 10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania insuflator bez kolorowego, dotykowego wyświetlacza.

**Pytanie:** Dot. Pkt VIII 11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania insuflator bez obsługi w języku polskim?

**Pytanie:** Dot. Pkt VIII 14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania insuflator z możliwością podłączenia 1 butli z CO2 lub połączenie z centralnym systemem ściennym zasilania w CO2

**Pytanie:** Dot. Pkt IX, 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompe o ciśnieniu płukania 450 mmHG?

**Pytanie:** Dot. Pkt XI.3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania optykę o długości roboczej 317,1 mm?

**Pytanie:** Dot. Pkt XII, 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania optykę o długości roboczej 315,9 mm?

**Pytanie:** Dot. Pkt XIII,1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania światłowodów o średnicy wiązki 4,25 mm

**Pytanie:** Dot. Pkt XIII, 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania światłowodów o długości 3 m?

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 108.544.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).






## Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105  
90-135 Łódź  
NIP: 726-26-54-060  
[www.iml.biz.pl](http://www.iml.biz.pl)

tel. /+48/ 42 2068860  
fax /+48/ 42 20688 61  
REGON: 101745880  
[iml@iml.biz.pl](mailto:iml@iml.biz.pl)



Rzeczpospolita  
Polska



województwo  
łódzkie

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**Pytanie:** Dot. Pkt XIV i XV. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie narzędzi do osobnego pakietu?

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia treść punktów I.4, I.9, I.12, I.13, II.7, II.11, III.23, III.27, IV.1, IV.5, IV.6, VII.5, XV.30 załącznika nr 2 "Opz Laparoskop z osprzętem", która otrzymuje następujące brzmienie:

L.P	PARAMETRY/WARUNEK	Spełnienie wymaganego parametru/warunku (tak/nie)	Wartość oferowanych parametrów/opis spełnienia warunku
<b>I</b>	<b>Uniwersalny sterownik kamery 2D/3D</b>		
4	Wyjścia cyfrowe 4x 3G-SDI, 4x DVI-D, HD-SDI, rozdzielczość 1080p, 50Hz/60Hz / dopuszcza się sterownik z wyjściami cyfrowymi: 3G-SDI, HD-SDI, DVI – dla obrazu 2D oraz 3G-SDI, DVI-D dla obrazu 3D	TAK/NIE Podać	
9	Możliwość dostosowania jasności obrazu w skali -5 do 5/ dopuszcza się skalę – 8 do 8	TAK/NIE Podać	
12	Zaprogramowane tryby pracy: chirurgia ogólna , ginekologia, urologia, cardio/torako /dopuszcza się sterownik z możliwością indywidualnego zaprogramowania trybów pracy	TAK/NIE Podać	
13	Możliwość przypisania indywidualnych ustawień dla 3 użytkowników / dopuszcza się sterownik z możliwością przypisania indywidualnych ustawień dla 20 użytkowników	TAK/NIE Podać	
<b>II</b>	<b>Wideolaparoskop 3D Full HD 0°</b>		
7	Przyciski - 4 przyciski z możliwością zaprogramowania 8 różnych funkcji np. takich jak: włączanie/wyłączanie światła, wywołanie menu, obrót 180° przełączanie 2D/3D, zapis zdjęć/video, jasność, kontrast, zoom cyfrowy balans bieli, wywołanie dodatkowych efektów wizualizacji pola operacyjnego: podbicie koloru czerwonego, algorytm redukcji zadymienia. / dopuszcza się 3 programowalne przyciski z możliwością zaprogramowanych różnych funkcji	TAK/NIE Podać	
11	Długość części roboczej 315mm z zamontowanym rękawem sterylnym / dopuszcza się długość części roboczej 330 mm	TAK/NIE Podać	
<b>III</b>	<b>Wideolaparoskop 3D Full HD 30°</b>		

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 108.544.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





## Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105  
90-135 Łódź  
NIP: 726-26-54-060  
[www.iml.biz.pl](http://www.iml.biz.pl)

tel. /+48/ 42 2068860  
fax /+48/ 42 20688 61  
REGON: 101745880  
[iml@iml.biz.pl](mailto:iml@iml.biz.pl)



Rzeczpospolita  
Polska



województwo  
łódzkie

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



23	Przyciski - 4 przyciski z możliwością zaprogramowania 8 różnych funkcji np. takich jak: włączanie/wyłączanie światła, wywołanie menu, obrót 180° przełączanie 2D/3D, zapis zdjęć/video, jasność, kontrast, zoom cyfrowy balans bieli, wywołanie dodatkowych efektów wizualizacji pola operacyjnego: podbicie koloru czerwonego, algorytm redukcji zadymienia. / dopuszcza się 3 programowalne przyciski z możliwością zaprogramowania różnych funkcji	TAK/NIE Podać	
27	Długość części roboczej 315mm z zamontowanym rękawem sterylnym / dopuszcza się długość części roboczej 330 mm	TAK/NIE Podać	
<b>IV</b>	<b>Głowica kamery 2D wyposażona w przetwornik obrazu typu CMOS</b>		
1	Kamera Full HD, Typ przetwornika: 1/3 "CMOS / dopuszcza się głowicę z trzema przetwornikami CMOS	TAK/NIE Podać	
5	4 przyciski zdalnego sterowania na głowicy kamery z możliwością dowolnej konfiguracji opcji jak np. sterowanie rejestratorem / nawigacja oraz zmiana ustawień w menu jednostki sterującej kamerą./ dopuszcza się 3 programowalne przyciski	TAK/NIE Podać	
6	Przyciski na głowicy kamery z możliwością przypisania maksymalnie 8 funkcjom, zgodnie z potrzebami klienta/ dopuszcza się głowicę z możliwością przypisania większej ilości funkcji	TAK/NIE Podać	
<b>VII</b>	<b>Źródło światła LED</b>		
5	Gniazdo światłowodów - montaż przewodu światłowodowego wideolaparoskopu, możliwość zamontowania tradycyjnych światłowodów różnych producentów Aesculap, Storz, Olympus, Wolf / dopuszcza się źródło światła pozwalające na montaż światłowodu różnych producentów za pomocą dedykowanych adapterów	TAK/NIE Podać	
<b>XV</b>	<b>Narzędzia laparoskopowe – zestaw chirurgiczny</b>		
30	Imadło laparoskopowe o średnicy 5 mm, długości 310 mm, proste samocentrujące, wyposażone w osiową rączkę z wbudowaną ochroną przeciw przeciążeniom pozwalającą swobodne trzymanie w każdej pozycji. , kanał do płukania, twardą wkładką węglową możliwość zablokowania mechanizmu trzymającego. – 1 szt.	TAK/NIE	

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wyzd. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 108.544.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





## Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105  
90-135 Łódź  
NIP: 726-26-54-060  
[www.iml.biz.pl](http://www.iml.biz.pl)

tel. /+48/ 42 2068860  
fax /+48/ 42 20688 61  
REGON: 101745880  
[iml@iml.biz.pl](mailto:iml@iml.biz.pl)



Rzeczpospolita  
Polska



województwo  
łódzkie

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



### PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY

**Pytanie:** Pyt. 57 Dot. warunków serwisu pkt. 3, projektu umowy par. 4 ust. 4

**Pytanie:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji do 2 dni roboczych?

**Pytanie:** Pyt. 58 Dot. projektu umowy par. 4 ust. 6

**Pytanie:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na:

Dopuszcza się trzy naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej tkwiącej w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, w przypadku czwartej usterki, całe urządzenie zostanie wymienione na nowe.

**Pytanie:** Pyt. 59 Dot. warunków serwisu pkt. 4, projektu umowy par. 4 ust. 7

**Pytanie:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 12 dni roboczych?

**Pytanie:** Pyt. 60 Dot. projektu umowy par. 8 ust. 1 pkt. b i c

**Pytanie:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy / ceny brutto urządzenia podlegającego naprawie?

**Pytanie:** Pyt. 61 Dot. projektu umowy par. 8 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby naliczone kary umowne na podstawie § 8 nie mogły przewyższać 30% wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż ewentualne zmiany zapisów umowy zostaną doprecyzowane w momencie podpisania umowy z wybranym oferentem.

### POZOSTAŁE PYTANIA

**Pytanie:** Pyt. 62 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyposażenia, które jest objęte stawką VAT 23%, nie jest wyrobem medycznym i w związku z tym nie posiada dokumentów dopuszczających?

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 108.544.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).








## Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Narutowicza 34 lok. 105  
90-135 Łódź  
NIP: 726-26-54-060  
[www.iml.biz.pl](http://www.iml.biz.pl)

tel. /+48/ 42 2068860  
fax /+48/ 42 20688 61  
REGON: 101745880  
[iml@iml.biz.pl](mailto:iml@iml.biz.pl)



Rzeczpospolita  
Polska



województwo  
łódzkie

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie pozycji w formularzu ofertowym zawierającej inną stawkę VAT?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyposażenia, które jest objęte stawką VAT 23% wraz z podaniem uzasadnienia dlaczego dany wyrób nie jest wyrobem medycznym i czy w wymaganym zakresie może nie figurować w ewidencji jako wyrób medyczny. W zakresie formularza ofertowego Wykonawca w zależności od potrzeb dodaje wiersz/ wiersze by rozbić stawek VAT nie budziło żadnych wątpliwości.

**Pytanie:** Czy w przypadku gdy oferta będzie zawierała braki w przedmiotowych środkach dowodowych (dokumenty dopuszczające, ulotki) Zamawiający przed jej odrzuceniem wezwie Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje iż zgodnie z zapisami pkt. III. Warunki udziału w postępowaniu, w opublikowanym ogłoszeniu, przedmiotowe środki dowodowe muszą być złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą pod rygorem jej odrzucenia.

**Pytanie:** Czy w przypadku gdy materiały – ulotki, katalogi, opisy produktu nie potwierdzają wszystkich wyspecyfikowanych parametrów technicznych, Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie dodatkowo oświadczenia autoryzowanego dystrybutora producenta o spełnianiu parametrów przez ofertowany sprzęt?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie dodatkowo oświadczenia autoryzowanego dystrybutora producenta o spełnianiu parametrów przez ofertowany sprzęt, jako przedmiotowy środek dowodowy wraz z ofertą.

Załącznik do niniejszego pisma stanowi :

Załącznik nr 2 OPZ Laparoskop z osprzętem zmiana.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 108.544.000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).

